

Konin, 09.09.2019 r.

WSZ-EP-32/885/2019

wg rozdzielnika

**WYJAŚNIENIA DO SIWZ**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na zakup urządzeń i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, nr sprawy: WSZ-EP-32/2019**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wanny wirowej o poniższych parametrach ?

**Wirówka 1115EZ** przeznaczona jest do masażu wirowego kończyn dolnych oraz odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Zabieg prowadzony jest za pomocą 12 dysz z regulacją kierunku podzielonych na 3 niezależne sekcje. System sterowania ich pracą pozwala na wybór 7 możliwych kombinacji. Dzięki dwóm poziomom napełnienia, wanna umożliwia znaczne oszczędności wody. Wykonana została z wytrzymałego tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego włóknem szklanym.

**Właściwości:**

- prysznic ręczny,
- system dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody (12 dysz w 3 niezależnych sekcjach),
- odpływ półautomatyczny,
- dwa poziomy napełnienia (80 i 210 litrów),
- kombinowana praca sekcji,
- dotykowy panel sterowania.

**Wyposażenie**

12 dysz do masażu podwodnego w 3 niezależnych sekcjach TAK

Prysznic ręczny TAK

Automatyczny system napełnienia z elektronicznym termometrem TAK

Dotykowy panel sterowania TAK

Timer z automatycznym wyłączeniem zabiegu TAK

Zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho” TAK

Stopień ułatwiający wchodzenie do wanny TAK

**Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ (ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH), który Zamawiający zamieści na stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl) oraz [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl).**

Sporządziła: S. Skrycka