

Załącznik nr 2g do SWZ

Nr postępowania: ZP/175/008/D/23

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY

Część 7

Dostawa zestawów diagnostycznych.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość [opak.]	Opis oferowanego przedmiotu zamówienia oraz producent i numer katalogowy	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1.	<u>Zestaw ELISA do ilościowego oznaczania wydzielniczej IgA w ślinie i stolcu</u> <ul style="list-style-type: none"> standardy w formie liofilizowanej o punktach odcięcia: 0; 22.2; 66.6; 200; 600 ng/ml, kontrole w formie liofilizowanej na dwóch poziomach zawarte w zestawie, zestaw zawiera bufor ekstrakcyjny do przygotowania próbek kału, objętość próbki: ślina 10 ul, kał 15 mg czasy inkubacji do 2,5h Opakowanie : 96 testów	6				
2.	<u>Zestaw przeznaczony do pomiaru aktywności katalazy w osoczu, surowicy, lizatach erytrocytów, homogenatach tkankowych i lizatach komórkowych</u> <ul style="list-style-type: none"> kontrola w formie liofilizowanej zawarta w zestawie, standard gotowy do użycia, odczyt absorbancji przy dł. 540 nm Opakowanie : 480 testów	3				

3.	<u>Zestaw przeznaczony do pomiaru aktywności SOD w osoczu, surowicy, homogenatach tkankowych i lizatach komórkowych</u> <ul style="list-style-type: none"> zakres zestawu 0.005-0.050 U/ml, odczyt absorbancji przy dł. 440-460 nm Opakowanie : 480 testów	3				
4.	<u>Zestaw przeznaczony do pomiaru peroksydaz zależnych od glutationu w osoczu, lizatach erytrocytów, homogenatach tkankowych i lizatach komórkowych</u> <ul style="list-style-type: none"> kontrola w objętości 50 µl zawarta w zestawie, odczyt absorbancji przy dł. 340 nm Opakowanie : 480 testów	3				
RAZEM						

Wartość na formularzu „Oferta” nie może być rozbieżna z wartością wynikającą z formularza rzeczowo-cenowego, który jest załącznikiem do „Oferty” .Cena powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym