

Piekary Śląskie, dn. 26.10.2022 r.

ZP - 14/2022

**Wyjaśnienia treści SWZ
do wszystkich zainteresowanych**

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym
na dostawę wyrobów medycznych**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania, którego treść wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Pakiet nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie środków o jednoczesnym działaniu hemostatycznym i antybakteryjnym, uzyskanym z oksydowanej regenerowanej celulozy, przyspieszający kaskadę krzepnięcia i wytwarzający skrzep hemostatyczny; maksymalny czas biodegradacji po aplikacji do 3 dni; biokompatybilny, wolny od pirogenów; posiadający wskazania do stosowania w chirurgii ogólnej, urologii, ginekologii, możliwość stosowania w procedurach laparoskopowych; produkowany w postaci proszku w jednorazowym aplikatorze; możliwość stosowania aplikacji jako proszek.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2 – dot. Pakiet nr 5, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści długość całkowitą 16cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 – dot. Pakiet nr 5, pozycja nr 3

Czy zamawiający dopuści prostokątne myjki do bezwodnego mycia ciała, niewymagające spłukiwania, zawierające delikatny, oczyszczający, odświeżający i nawilżający preparat, z dodatkowymi właściwościami ochronnymi i odżywczymi dla skóry m.in. dzięki zawartości w składzie wyciągu z aloesu, wykonane z miękkiej włókniny w rozmiarze 22cm x 22cm, nasączone 2% roztworem chlorheksydyny, jednorazowego użytku, pakowane w opakowanie foliowe po 4 sztuki z przeliczeniem ilość, zarejestrowane jako wyrób medyczny?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 – dot. Pakiet nr 5, pozycja nr 4

Czy zamawiający dopuści kolor granatowy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 – dot. Pakiet nr 5, pozycja nr 4

Czy zamawiający dopuści rozmiar 110cm x 220cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 – dot. Pakiet nr 5, pozycja nr 6

Czy zamawiający dopuści myjki o gramaturze 100g/m²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie nr 7 – dot. Pakiet nr 5, pozycja nr 6

Czy zamawiający dopuści myjki jednostronnie nasączone środkiem myjącym?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8 – dot. Pakiet nr 5, pozycja nr 6

Czy zamawiający dopuści myjki pakowane po 24 sztuki z przeliczeniem ilości?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9 – dot. Pakiet nr 5, pozycja nr 7

Czy zamawiający dopuści ochraniacze wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 – dot. Pakiet nr 5, pozycja nr 7

Czy zamawiający dopuści ochraniacze o wymiarach 35cm x 17cm?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11 – dot. Pakietu nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści sukienki operacyjne w rozmiarach S-XL?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 – dot. Pakietu nr 1, poz. 8

Czy Zamawiający może określić jakiego rozmiaru serwety oczekuje?

Odp.: 45 x 45 cm.

Pytanie nr 13 – dot. Pakietu nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw z 2 szt. fartucha standard w rozmiarze XL 125 cm zamiast 1 szt.? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 – dot. Pakietu nr 2, poz. 7-8

Czy Zamawiający dopuści zestawy bez „2 szt. ręczników min. 20 cm x 40 cm”? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 – dot. Pakietu nr 2, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw z 4 szt. serwety do rąk z włókniny zamiast 2 szt.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 – dot. Pakietu nr 3, poz. 1-4, 7

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z włókniny polipropylenowej oraz folii polietylenowo-polipropylenowej o chłonności 570%?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 – dot. Pakietu nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 150x90cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 – dot. Pakietu nr 3, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 150x90cm i otwór 8cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19 – dot. Pakietu nr 3, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 40x50cm?


Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 – dot. Pakietu nr 3, poz. 9Czy Zamawiający dopuści gramaturę 35 g/m²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 – dot. Pakietu nr 3, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:



Opis składnika	Ilość
KIESZEŃ PE 2-KOMOROWA 42X35CM KSZTAŁTKA PRZYŁ	1
SERWETA L2 200X180CM O10X20 PRZYŁ WARSTWA CHŁ	1
KOMPRES Z GAZY 17N 10X10CM 16W RTG	30
KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM	4
TUPFER A 17N 20X20CM RTG	10
POKROWIEC PE NA STOLIK MAYO PROSTOKĄT 145X80CM 24GSM 50MIC Z WARSTWĄ CHŁONNĄ 76X85CM NIEBIESKI	1
SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM	1
TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYŁ	1
MATODRESS FARTUCH CHIRURGICZNY STANDARD L	1
MATODRESS FARTUCH CHIRURGICZNY STANDARD XL	2

Serweta L2 – Gramatura 56g/m², wykonana z włókniny polipropylenowej oraz folii polietylenowo-Polipropylenowej, Opakowanie: Torebka papierowo-foliowa.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 – dot. Pakietu nr 4, poz. 1Czy Zamawiający dopuści gramaturę 45 g/m²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 – dot. Pakietu nr 5, poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'20szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 – dot. Pakietu nr 5, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści podkład 33cm x 50cm, rolka 50 szt., dł. 25m?

Odp.: W zakresie pakietu nr 5 nie ma poz. 16. Jeśli pytanie dot. pakietu nr 6: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25 – dot. Pakietu nr 5, poz. 26

Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą a'500 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: W zakresie pakietu nr 5 nie ma poz. 26. Jeśli pytanie dot. pakietu nr 6: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 – dot. Pakietu nr 5, poz. 26

Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT? Parametry minimalne medycznej waty bawełnianej są identyczne lub wyższe, jak w przypadku waty bawełniano - wiskozowej. Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.

Odp.: W zakresie pakietu nr 5 nie ma poz. 26. Jeśli pytanie dot. pakietu nr 6: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.

PROKURENT

Izabela Bacik