


Miechów, dnia 31 sierpnia 2020 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

**Nr sprawy: 23/2020** - Dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitala św. Anny w Miechowie.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zostały zadane następujące pytania:


1. Dotyczy zadania nr 3–stolik do instrumentowania typu Mayo. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do instrumentowania typu Mayo o regulowanym blacie za pomocą dźwigni nożnej ??  
Odp. Tak, dopuszczamy.
2. Dotyczy zadania nr 3–stolik do instrumentowania typu Mayo. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do instrumentowania typu Mayo, którego zakres regulacji blatu jest od 902 mm do 1302 mm?  
Odp. Tak, dopuszczamy.
3. Dotyczy zadania nr 3–stolik do instrumentowania typu Mayo. Czy Zamawiający dopuści do stolika do instrumentowania typu May zblatemo wymiarach: 600x400 mm?Stolik, który chcemy zaoferować posiada większyblat, który umożliwia większą ilość miejsca.  
Odp. Tak, dopuszczamy.
4. Dotyczy zadania nr 3–stolik do instrumentowania typu Mayo. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowaniastolik, którego blat roboczy pozostaje w pozycji stałej, nie jest obrotowy?  
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
5. Dotyczy zadania nr 7 –stolik do pielęgnacji i przewijania niemowląt. Czy Zamawiający dopuści stolik do pielęgnacji i przewijania niemowląt który posiada wymiary: - wysokość całkowitą 990 mm - głębokość 750 mm, -szerokość 960 mm ? Stolik do pielęgnacji i przewijania niemowląt, który chcemy zaoferować posiada większe leżysko, jest głębszy oraz szerszy, co daje większe bezpieczeństwo dziecku, oraz lepszą jakość pracy personelowi  
Odp. Tak, dopuszczamy.
6. Dotyczy pakietu 5. Stojak do kroplówek – 21szt. Pkt. 2.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stojak do kroplówek, którego podstawa wykonana jest z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, natomiast kolumna i głowica są chromowane? Jak na zdjęciu poniżej:



Odp. Tak, dopuszczamy.

7.

Dotyczy pakietu 5. Stojak do kroplówek – 21szt. Pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stojak do kroplówek, którego podstawa wykonana jest ze stali nierdzewnej, natomiast kolumna i głowica są chromowane? Jak na zdjęciu poniżej:



Odp. Tak, dopuszczamy.

8.

Dotyczy pakietu 5. Stojak do kroplówek – 21szt. Pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stojak do kroplówek, którego wysokość regulowana jest w zakresie: od 135cm do 210cm?

Odp. Tak, dopuszczamy.

9.

Dotyczy pakietu 10. Szafa lekarska – 3szt. Pkt. 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości szafę lekarską wyposażoną w 4 półki, szklane o udźwigu 25kg każda?

Odp. Tak, dopuszczamy.

10.

Dotyczy pakietu 10. Szafa lekarska – 3szt. Pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości szafę lekarską, o wymiarach:

- wysokość: 1800mm,
- szerokość: 900mm,
- głębokość: 420mm,

?

***Poniżej zdjęcie poglądowe szafy, którą chcielibyśmy zaferować w postępowaniu:***



Odp. Tak, dopuszczamy.

11.

Dotyczy pakietu 11. Szafa stojąca na sprzęt – 2szt. Pkt. 4. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości szafę, wyposażoną w 4 półki, szklane o udźwigu 25kg każda?

Odp. Tak, dopuszczamy.

12.

Dotyczy pakietu 11. Szafa stojąca na sprzęt – 2szt. Pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości szafę, o wymiarach:

- wysokość: 1800mm,
- szerokość: 600mm,
- głębokość: 420mm,

?

***Poniżej zdjęcie poglądowe szafy, którą chcielibyśmy zaferować w postępowaniu:***



Odp. Tak, dopuszczamy.

13.

Dotyczy pakietu 19. Waga niemowlęca – 2szt. Pkt. 11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wagę niemowlęcą, posiadającą IV (4) klasę dokładności?

*Poniżej zdjęcie poglądowe wagi, którą chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:*



Odp. Tak, dopuszczamy.

14.

Dotyczy zadania nr 1 – Wózek opatrunkowy/zabiegowy- 5 szt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o poniższych parametrach?

- Wózek medyczny z trzema szufladami
- Błat roboczy wykonany z tworzywa sztucznego ABS, korpus wózka stalowy, lakierowany proszkowo
- Fronty i uchwyty szuflad wykonane z estetycznego tworzywa sztucznego
- Szerokość wózka 720 mm
- Głębokość wózka 610 mm
- Wysokość wózka 1080 mm
- Wózek na 4 kółkach, w tym dwa z blokadą



(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

Odp. Dopuszczamy, nie wymagamy.

**15.**

Zadanie nr 5 – stojak do kroplówek, L.p. 2.: Czy Zamawiający dopuści Stojak Pokryty farbą proszkową bez powłoki chromowej?

Odp. Nie dopuszczamy.

**16.**

Zadanie nr 5 – stojak do kroplówek, L.p. 5.: Czy Zamawiający dopuści Stojak Wysokość min. 136cm – max. 240 cm?

Odp. Tak, dopuszczamy.

**17.**

Dotyczy załącznika nr 2a do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 4 – stół zabiegowy (10 szt.). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o wymiarach: blat - 1000x600mm, wymiary zewnętrzne (uwzględniające rączkę do prowadzenia i odbojnik przy kołach) - 1115x670x880mm?

Odp. Tak, dopuszczamy.

**18.**

Dotyczy załącznika nr 2a do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 4 – stół zabiegowy (10 szt.). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o wymiarach: blat - 1000x650mm, wymiary zewnętrzne (uwzględniające rączkę do prowadzenia i odbojnik przy kołach) - 1115x720x880mm?

Odp. Tak, dopuszczamy.

**19.**

Dotyczy załącznika nr 2a do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 5 – stojak na kroplówki (21szt.). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka na kroplówki wykonanego ze stali nierdzewnej (kolumna – część wysuwana i niewysuwana, głowica z haczykami) w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL?

Odp. Tak, dopuszczamy.

**20.**

Dotyczy załącznika nr 2a do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 5 – stojak na kroplówki (21szt.). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka na kroplówki z zakresem regulacji wysokości 1200/2150mm?

Odp. Tak, dopuszczamy.

**21.**

Dotyczy załącznika nr 2a do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 5 – stojak na kroplówki (21szt.). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka na kroplówki wyposażonego tylko w zacisk do regulacji wysokości?

Odp. Dopuszczamy, nie wymagamy.

**22.**

Dotyczy załącznika nr 2a do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 6 – szafa na leki (6 szt.). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy wyposażonej w zawias puszkowy?

Odp. Tak, dopuszczamy.

**23.**

Dotyczy załącznika nr 2a do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 6 – szafa na leki (6 szt.). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy z drzwiami przeszklonymi szkłem bezpiecznym, wyposażoną w 4 półki ze stali nierdzewnej, przestawne co 45mm?

Odp. Nie dopuszczamy.

**24.**

Dotyczy załącznika nr 2a do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 6 – szafa na leki (6 szt.). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy o głębokości 470mm?

Odp. Tak, dopuszczamy.

**25.**

Dotyczy załącznika nr 2a do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 10 – szafa lekarska (3 szt.). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy wykonanej z blachy o grubości minimum 1mm?

Odp. Tak, dopuszczamy.

**26.**

Dotyczy załącznika nr 2a do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 10 – szafa lekarska (3 szt.). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy wyposażonej w 5 półek ze stali nierdzewnej, przestawnych co 45mm?

Odp. Nie dopuszczamy.

**27.**

Dotyczy załącznika nr 2a do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 10 – szafa lekarska (3 szt.). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy z możliwością montażu kółek, przy założeniu, że decyzja Zamawiającego nastąpi przed uruchomieniem procesu produkcyjnego szafy? Z uwagi na ryzyko przewrócenia się szafy np. przy otwieraniu drzwi, wnioskuję również o wyrażenie zgody na możliwość wykonania szafy o głębokości minimum 550mm (jeśli szafa byłaby na kółkach), co zapewni stabilność.

Odp. Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

**28.**

Dotyczy załącznika nr 2a do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 10 – szafa lekarska (3 szt.). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy o głębokości 470mm (na nóżkach)?

Odp. Tak, dopuszczamy.

**29.**

Dotyczy załącznika nr 2a do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 11 – szafa stojąca na sprzęt (2 szt.). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy wykonanej z blachy o grubości minimum 1mm?

Odp. Tak, dopuszczamy.

**30.**

Dotyczy załącznika nr 2a do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 11 – szafa stojąca na sprzęt (2 szt.). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy wyposażonej w 5 półek ze stali nierdzewnej, przestawnych co 45mm?

Odp. Nie dopuszczamy.

**31.**

Dotyczy załącznika nr 2a do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 11 – szafa stojąca na sprzęt (2 szt.). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy z możliwością montażu kółek, przy założeniu, że decyzja Zamawiającego nastąpi przed uruchomieniem procesu produkcyjnego szafy? Z uwagi na ryzyko przewrócenia się szafy np. przy otwieraniu drzwi, wnioskuję również o wyrażenie zgody na możliwość wykonania szafy o głębokości minimum 550mm (jeśli szafa byłaby na kółkach), co zapewni stabilność.

Odp. Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

**32.**

Dotyczy załącznika nr 2a do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 11 – szafa stojąca na sprzęt (2 szt.). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy o głębokości 470mm (na nóżkach)?

Odp. Tak, dopuszczamy.

**33.**

Dotyczy zadania nr 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania do 5 tygodni licząc od dnia podpisania umowy? Prośbę swoją motywujemy okresem wakacyjnym i wydłużonymi terminami dostaw na podzespoły do mebli od naszych poddostawców

Odp. Zgodnie z SIWZ.

**34.**

Dotyczy zadania nr 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania do 5 tygodni licząc od dnia podpisania umowy? Prośbę swoją motywujemy okresem wakacyjnym i wydłużonymi terminami dostaw na podzespoły do mebli od naszych poddostawców.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

**35.**

Dotyczy zadania nr 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania do 4 tygodni licząc od dnia podpisania umowy? Prośbę swoją motywujemy okresem wakacyjnym i wydłużonymi terminami dostaw na podzespoły do mebli od naszych poddostawców.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

**36.**

Dotyczy zadania nr 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania do 5 tygodni licząc od dnia podpisania umowy? Prośbę swoją motywujemy okresem wakacyjnym i wydłużonymi terminami dostaw na podzespoły do mebli od naszych poddostawców.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

**37.**

Dotyczy zadania nr 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania do 5 tygodni licząc od dnia podpisania umowy? Prośbę swoją motywujemy okresem wakacyjnym i wydłużonymi terminami dostaw na podzespoły do mebli od naszych poddostawców.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

38.

Zadanie nr 14 – materac przeciwodleżynowy (11 szt.)– Pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z pompą o wydajności 6 litrów na minutę ? Oferowany parametr mieści się w zakresie wymaganym przez Zamawiającego i nie będzie miała negatywnego wpływu na jakość pracy oraz skuteczność terapii.

Odp. Tak, dopuszczamy.

39.

Zadanie nr 14 – materac przeciwodleżynowy (11 szt.)– Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z manualną regulacją utrzymywanego ciśnienia w zakresie od 30 – 60 mmHg? Taki zakres jest całkowicie wystarczający do skutecznej terapii.

Odp. Tak, dopuszczamy.

40.

Zadanie nr 14 – materac przeciwodleżynowy (11 szt.) – Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z czasem pełnego cyklu: 10 min ?

Odp. Tak, dopuszczamy.

41.

Zadanie nr 14 – materac przeciwodleżynowy (11 szt.) – Pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy o wymiarach  $196 \times 86 \times 20$ cm dopasowanego do łóżka  $200 \times 90$  cm ?

Odp. Nie dopuszczamy.

42.

Dot. Zadania nr 1 wózek opatrunkowy/zabiegowy. Czy Zamawiający dopuści bardzo podobny i równie wygodny wózek o poniższych parametrach?

Stolik oddziałowy: 1xblat, 2x szuflada pod blatem, 2xpółka, 2xuchwyt do prowadzenia

WYKONANIE:

- stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo na białe, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiającą dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą

- blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, montowany na stałe do stelaża, z podniesionym rantem

- szuflada stalowa lakierowana proszkowo na białe

Wymiary całkowite: 770x480x880 mm

wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm

wymiary powierzchni użytkowej blatu górnego: 702x412x17 mm

wymiary blatu dolnego: 655x415x20 mm

wymiary powierzchni użytkowej blatu górnego: 652x412x17 mm

[szerokośćxgłębokośćxwysokość]





zdjęcie poglądowe oferowanego rozwiązania

Zaproponowane rozwiązanie jest również funkcjonalne i odporne na uszkodzenia jak wózek z tworzywa. Prosimy o dopuszczenie ww. propozycji.

**Odp. Nie dopuszczamy.**

43.

Dot. Zadania nr 1 wózek opatrunkowy/zabiegowy. Czy Zamawiający dopuści bardzo podobny i również wygodny wózek o poniższych parametrach?

Stolik oddziałowy: 1xblat, 2x szuflada pod blatem, 1xpółka, 1xwygodny uchwyt do prowadzenia z kształtownika

WYKONANIE:

- stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo na białe, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiające dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą

- blat /półka ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, w formie wyjmowanej tacy

- szuflada stalowa lakierowana proszkowo na białe

Wymiary całkowite: 805x480x890 mm

wymiary powierzchni użytkowej blatu: 610x360x17 mm

wymiary szuflady: 655x385x155 mm

wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]



zdjęcie poglądowe oferowanego rozwiązania

Zaproponowane rozwiązanie jest również funkcjonalne i odporne na uszkodzenia jak wózek z tworzywa. Prosimy o dopuszczenie ww. propozycji.

**Odp. Nie dopuszczamy.**

44.

Dot. Zadania nr 3 stolik do instrumentowania typu Mayo. Czy Zamawiający dopuści nożną regulację wysokości stolika? Takie rozwiązanie będzie bardziej funkcjonalne i wygodne dla użytkownika.

Odp. Tak, dopuszczamy.

45.

Dot. Zadania nr 3 stolik do instrumentowania typu Mayo. Czy Zamawiający dopuści bardzo zbliżoną regulację wysokości stolika w zakresie 850-1300 mm? Wysokość ta tylko nieznacznie odbiega od oczekiwań Zamawiającego, ponadto jest ona optymalna i ergonomiczna zarówno dla osoby pracującej na siedząco jak i stojącej. Prosimy o dopuszczenie ww. zakresu regulacji.

Odp. Tak, dopuszczamy.

46.

Dot. Zadania nr 3 stolik do instrumentowania typu Mayo. Czy Zamawiający dopuści bardzo zbliżoną regulację wysokości stolika w zakresie 950-1320 mm? Wysokość ta tylko nieznacznie odbiega od oczekiwań Zamawiającego, ponadto jest ona optymalna i ergonomiczna zarówno dla osoby pracującej na siedząco jak i stojącej. Prosimy o dopuszczenie ww. zakresu regulacji.

Odp. Tak, dopuszczamy.

47.

Dot. Zadania nr 3 stolik do instrumentowania typu Mayo. Czy Zamawiający dopuści blat bez opcji obrotu ? Takie działanie zagwarantuję większą stabilność i nośność blatu. Stolik posiadający konstrukcję opartą na rurce będzie miał mniejszą siłę docisku mechanizmu blokującego niż płaska powierzchnia, co za tym idzie przy większym obciążeniu np. przy przypadkowym podparciu się przez operatora stolik może ulec niekontrolowanemu obniżeniu lub nawet wywrócić się stwarzając tym samym niebezpieczeństwo zarówno dla pacjenta jak i personelu medycznego. Przypominamy, że stolik zgodnie z oczekiwaniami ma posiadać kółka dzięki którym będzie możliwa zmiana ustawienia kąta blatu co zagwarantuję swobodę pracy. Prosimy o odstąpienie od opcji obrotu blatu.

Odp. Nie dopuszczamy.

48.

Dot. Zadania nr 3 stolik do instrumentowania typu Mayo. Czy Zamawiający dopuści stolik posiadający 4 kółka jezdne wszystkie z blokadą? Takie rozwiązanie zapewni łatwiejsze przemieszanie stolika oraz zagwarantuje większą stabilność konstrukcji i bezpieczeństwo użytkownika dzięki większej ilości punktów podparcia. Prosimy o dopuszczenie ww. ilości kół.

Odp. Tak, dopuszczamy.

49.

Dot. Zadania nr 4 stolik zabiegowy. Prosimy o doprecyzowanie czy blat ma posiadać przegłębienie zapobiegające przypadkowemu zsuwaniu się przedmiotów, czy ma być całkowicie płaski bez zabezpieczenia?

Odp. Dopuszczamy, nie wymagamy.

50.

Dot. Zadania nr 4 stolik zabiegowy. Prosimy o potwierdzenie, że stolik ma być wykonany w całości ze stali kwasoodpornej, gwarantującej wysoką odporność na korozję i środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w placówkach medycznych.

Odp. Dopuszczamy, nie wymagamy.

51.

Dot. Zadania nr 4 stolik zabiegowy. Czy Zamawiający dopuści stolik o grubości blachy 1,5 mm ? Takie działanie zagwarantuję dużą nośność stołu chirurgicznego i nada konstrukcji odpowiedniej sztywności oraz stabilności zwiększając tym samym bezpieczeństwo.

Odp. Tak, dopuszczamy.

52.

Dot. Zadania nr 7 stolik do pielęgnacji i przewijania niemowląt. Czy Zamawiający zamiast podstawy wykonanej z rurek stalowych dopuści podstawę wykonaną z kształtownika stalowego? Takie rozwiązanie nada większej stabilności całej konstrukcji, jednocześnie nie wpłynie negatywnie na funkcjonalność przewijaka.

**Odp.** Tak, dopuszczamy.

53.

Dot. Zadania nr 7 stolik do pielęgnacji i przewijania niemowląt. Czy Zamawiający zamiast stanowiska wyposażonego w stópki dopuści bardziej wygodne 4 koła ( w tym 2 z blokadą) z niebrudzącymi powierzchniami oponkami ? Takie działanie zagwarantuje dużą większą wygodę , łatwość przemieszczania mebla oraz ułatwi codzienne sprzątanie. Prosimy o dopuszczenie ww. rozwiązania.

**Odp.** Tak, dopuszczamy.

54.

Dot. terminu realizacji zadań 1,3,4,5,7,10,11,. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu dotyczącego terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 5 tygodni ? Zmiana ww. zapisu zapewni Wykonawcy należyty czas na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy z należytą wysoką starannością, dokładnością. Proponowany zaś termin dostawy do 4 tygodni z punktu widzenia Wykonawcy będzie w okresie jesiennym bardzo trudny, a wręcz niemożliwy do wykonania ze względu na przypadającą co roku w tym czasie szczytową ilość zamówień w branży medycznej. Ponadto w miesiącach jesiennych planowane jest spowolnienie „mocy produkcyjnych” w zakładach pracy i fabrykach ze względu na planowany wzrost ilości zachorowań na Covid-19 i zachowanie odpowiednich standardów pracy i procedur z tym związanych. Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.

**Odp.** Zgodnie z SIWZ.

55.

Załącznik nr 2a do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zadania 1 – 14):zad. 1 pkt.13; zad.3 pkt 11; zad.4 pkt 12; zad.5 pkt 11; zad.6 pkt 11; zad. 7 pkt 9; zad.10 pkt 10; zad.11 pkt 10; zad.18 pkt 10. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zmianę zapisu na: wymiana podzespołu na nowy po trzykrotnej nieskutecznej próbie jego naprawy.

**Odp.** Zgodnie z SIWZ.

56.

Czy zamawiający dla wydłużenia okresu legalizacji pierwotnej wymaga daty produkcji 2020?

**Odp.** Zgodnie z SIWZ.

57.

Szkolenie, instalacja i montaż wykonany przez osoby do tego przeszkoloną przez producenta daje 100% pewności, że sprzęt spełnia wszystkie parametry jakościowe i gwarancyjne. Personel wie jak obsługiwać i dbać o przedmiot zamówienia. Takie rozwiązanie nie wpływa na wycenę produktu jak często sugeruje polski dystrybutor Chińskich wag medycznych w zadawanych przez siebie pytaniach do postępowań przetargowych. Czy w związku z powyższym, zamawiający wymaga takiego szkolenia,instalacji?

**Odp.** Zgodnie z SIWZ.

58.

Dotyczy zadania nr 20. Czy zamawiający mając na uwadze pomiar małych dzieci i dorosłych pacjentów powyżej 200 cm, wymaga wzrostomierza o zakresie pomiaru 7-230 cm?

**Odp.** Zgodnie z SIWZ.

59.

Dotyczy zadania nr 20. Proponowana waga posiada podgumowane stopki zapewniające bezpieczne użytkowanie. Dodatkowe kółka transportowe pozwalają na proste przesuwanie wagi np. przy sprzątnięciu lub ważeniu pacjentów nie mogących chodzić. Jednocześnie kółka nie wpływają na bezpieczne użytkowanie wagi jak często w zadawanych pytaniach sugeruje polski dystrybutor Chiński wag wprowadzając zamawiającego w błąd. Czy w związku z powyższym zamawiający wymaga aby oferowana waga miała takie kółka?

Odp. Nie wymagamy.

60.

Dotyczy zadania nr 20. Zintegrowana platforma z pomostem wagi daje 100% bezpieczeństwo, w przypadku stąpienia przez pacjentana róg wagi - waga z pacjentem nie wywróci się. Platforma luźno położna na pomości i nie przymocowana niesie za sobą ryzyko kontuzji pacjenta. W takich sytuacjach pacjent może dochodzić roszczeń od placówki a ta ponieść koszty odszkodowania. Czy zamawiający wymaga aby oferowana waga miała zintegrowaną z pomostem, bezpieczną platformę antypoślizgową

Odp. Nie wymagamy.

61.

Dotyczy zadania nr 20. Wyświetlacz z funkcją wyboru ustawienia przód lub tył ułatwia personelowi ważenie pacjentów w różnych sytuacjach. Czy zamawiający wymaga aby produkt miał możliwość ustawienia wyświetlacza wg wymagań personelu szpitala zgodnie z SIWZ? Funkcja ta nie podnosi ceny wagi a wynika z innowacyjnego rozwiązania konstrukcyjnego.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

62.

Dotyczy zadania nr 21. Czy Zamawiający dopuści wymiary wagi 360x1340x520? Wymiary w SIWZ są wymiarami wagi bez wzrostościomierza, a Zamawiający opisał wagę wyposażoną we wzrostościomierz.

Odp. Tak, dopuszczamy.

63.

Zadanie nr 14 – materac przeciwodleżynowy (11 szt.). Czy w rozumieniu pkt 2 Zamawiający dopuści regulację polegającą na automatycznym dostosowaniu ciśnienia do określonej wagi pacjenta?

Odp. Dopuszczamy, nie wymagamy.

64.

Zadanie nr 14 – materac przeciwodleżynowy (11 szt.). Czy w rozumieniu pkt 3. Zamawiający dopuści 18 komór, które wypełniają się powietrzem w systemie co trzecia (1:3)?

Odp. Tak, dopuszczamy.

65.

Zadanie nr 14 – materac przeciwodleżynowy (11 szt.). Czy w rozumieniu pkt 5 Zamawiający dopuści ciśnienie robocze w zakresie 20-120 mmHg?

Odp. Tak, dopuszczamy.

**66.**

Zadanie nr 14 – materac przeciwdleżynowy (11 szt.). Czy w rozumieniu pkt. 8 Zamawiający dopuści wymiary po napompowaniu 200x80x10cm?

Odp. Tak, dopuszczamy.