

Toruń, dnia 13-06-2024 r.

W.Sz.Z: TZ-280-54/24

dotyczy: postępowania na **dostawę odczynników wraz z dzierżawą aparatu do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów metodą spektrometrii mas oraz materiałów kontrolnych wraz z programem porównań międzylaboratoryjnych.**

W związku z otrzymanymi zapytaniem do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp, udziela poniższych odpowiedzi oraz dokonuje zmiany treści SWZ:

Pytanie Nr 1:

Dotyczy Załącznika nr 2/1b dla Zadania 1 – Wymagania ogólne - Lp. 1:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania najnowszej generacji systemu MALDI TOFF wraz z najnowszą wersją oprogramowania, zapewniającego Zamawiającemu możliwość pracy i wykonywania badań z wykorzystaniem aktualnie najbardziej rozwiniętego na świecie rozwiązania w technologii spektrometrii mas?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 2:

Dotyczy Załącznika nr 2/1b dla Zadania 1 – Wymagania ogólne - Lp. 2:

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany system posiadał bibliotekę IVD oraz współpracował z dedykowanymi zestawami IVD?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 3:

Dotyczy Załącznika nr 2/1b dla Zadania 1 – Wymagania ogólne - Lp. 3:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania systemu posiadającego moduł pozwalający na wykrycie oporności na kolistynę w bakteriach E.coli poprzez analizę modyfikacji lipidów przy użyciu negatywnej jonizacji?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 4:

Dotyczy Załącznika nr 2/1b dla Zadania 1 – Wymagania ogólne - Lp. 3:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania systemu posiadającego moduł, dający możliwość natychmiastowego wykrycia mechanizmu KPC u E. coli oraz K. pneumoniae bez dodatkowych kosztów pojedynczego badania?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 5:

Dotyczy Załącznika nr 2/1b dla Zadania 1 – Wymagania ogólne - Lp. 3:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania systemu posiadającego moduł, dający możliwość wykrycia aktywności betalaktamaz (również bezpośrednio z pozytywnej hodowli krwi)?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 6:

Dotyczy Załącznika nr 2/1b dla Zadania 1 – Wymagania ogólne - Lp. 5 i 9:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fabrycznie nowych 4 szt. płytek?

Z uwagi na charakter umowy (dzierżawy), oferenci mogą uwzględnić w ofercie używany aparat wraz z używanymi płytkami, które mimo swojej wielorazowości, mogą ulegać mechanicznym uszkodzeniom w skutek każdorazowego użycia i dalej mycia, co może przekładać się na jakość pracy i otrzymywanych wyników.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie Nr 7:

Dotyczy Załącznika nr 2/1b dla Zadania 1 – Wymagania ogólne - Lp. :7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie drukarki wykonującej druk jednostronny, która po przełożeniu kartki przez Pracownika umożliwi druk na jej drugiej stronie.

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 8:

Dotyczy Załącznika nr 2/1b dla Zadania 1 – Wymagania ogólne - Lp. 10:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dodatkowej stacji roboczej, pozwalającej na równoległe przygotowanie drugiej płytki (nawet w drugiej lokalizacji Szpitala Zamawiającego) i dzięki temu wdrożenie procedury zwiększającej efektywność pracy Laboratorium?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie Nr 9:

Dotyczy Załącznika nr 2/1b dla Zadania 1 – Wymagania ogólne - Lp. 10:

Czy Zamawiający wymaga zintegrowania zaoferowanego systemu Maldi ToF z aparatem BD Phoenix (ID/AST), z którego korzysta Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie Nr 10:

Dotyczy Załącznika nr 5/1 dla Zadania 1 – Wzór umowy dzierżawy - § 1; ust.3:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 7 tygodni od daty zawarcia umowy.

Systemy spektrometrii mas produkowane są na specjalne zamówienie. Produkcja takiego systemu poprzedzona jest uzupełnieniem dokumentacji dotyczącej Użytkownika, u którego taki system zostanie uruchomiony. Udostępnienie danych i podpisanie dokumentów następuje po wyborze oferty, zatem najwcześniej tego dnia może ruszyć produkcja systemu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy aparatu do **28 dni**.

Jednocześnie informuje, że zapis w Rozdz. VI pkt. 2.1. SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

*„2.1 Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot dzierżawy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim w terminie **28 dni**, licząc od daty zawarcia umowy dzierżawy”*

Natomiast zapis § 1 ust. 3 wzoru umowy dzierżawy otrzymuje brzmienie:

*„3. Wdzierżawiający przekaze sprzęt Dzierżawcy w ciągu **28 dni**, licząc od daty zawarcia umowy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim w formie papierowej”*

Pytanie Nr 11:

Załącznik 2/1b pkt. 12 – wymagań ogólnych dla zadania nr 1– Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na „Możliwość pilnych dostaw odczynników do 24h w dni robocze– w sytuacjach nagłych”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na następujący „*Możliwość pilnych dostaw odczynników do 24h w dni robocze - w sytuacjach nagłych*”

Aktualny **Załącznik Nr 2/1b do SWZ** zostaje umieszczony na stronie prowadzonego postępowania Zamawiającego - https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun

Pytanie Nr 12:

Dotyczy §4 ust.2 oraz 3 wzoru umowy dostawy. Zwracamy się z prośbą o obliczanie kary umownej od wartości niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisu wzoru umowy dostawy.

Pytanie Nr 13:

Dotyczy §7 ust. 1 wzoru umowy dzierżawy. Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do 1/30 miesięcznego czynszu dzierżawnego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej.

Pytanie Nr 14:

Dotyczy §7 ust. 3 wzoru umowy dzierżawy. Zwracamy się z prośbą o naliczanie kary umownej od wartości niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 15:

Dotyczy Załącznika nr 2/1b do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-54/24, Specyfikacja Techniczna - Zadanie nr 1, Punkt nr 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dodania Modułu do identyfikacji Mycobacterium z uwagi na brak takiej diagnostyki w Zakładzie Mikrobiologii?

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu dodania Modułu do identyfikacji Mycobacterium. Aktualny **Załącznik Nr 2/1b do SWZ** zostaje umieszczony na stronie prowadzonego postępowania Zamawiającego - https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun

Pytanie Nr 16:

Dotyczy Załącznika nr 2/1b do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-54/24, Specyfikacja Techniczna - Zadanie nr 1, Punkt 9 i 10

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu :

Punkt 9 i10

9)Dostępność serwisu w ciągu doby 24 godz.

10)Dostępność serwisu w roku – 365 dni.

i wyrazi zgodę na zapis:

9)Dostępność serwisu w ciągu doby do godz.20:00 ?

10) Dostępność serwisu w roku -dni robocze z wyłączeniem sobót i niedziel oraz Świąt .

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 17:

Dotyczy Załącznika nr 2/1b do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-54/24, Specyfikacja Techniczna - Zadanie nr 1, Punkt 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu :

„Możliwość wstawienia urządzenia zastępczego o tym samym przeznaczeniu w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni”

Nie ma możliwości sprowadzenia nowego systemu od Producenta na czas naprawy, ponieważ wiązałyby się to z koniecznością zakupu zupełnie nowego urządzenia.

Z uwagi na fakt , iż jest to system bardzo kosztowny, zakupy nowych analizatorów wiążą się nierozzerwalnie z dedykowanym , indywidualnym kontraktem .

Laboratorium mikrobiologiczne ma możliwość wykonania identyfikacji na innym systemie , który może być aparatem zastępczym na wypadek awarii systemu do identyfikacji

w oparciu o metodę spektrometrii masowej .

Oferent może pokryć koszty wykonania identyfikacji w czasie awarii, wykonanych inną metodą na innym systemie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ww. zapisu.

Pytanie Nr 18:

Dotyczy Załącznika 2/1 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-54/24, Zadanie nr 1, Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia na dostawę odczynników przez okres 24 miesięcy

Poz.nr 2

Zestaw odczynnikowy umożliwiający identyfikację drobnoustrojów bezpośrednio z pozytywnej hodowli krwi - 2000 sztuk

Czy Zamawiający ma na myśli 2000 oznaczeń, 1 opakowanie zestawu odczynnikowego konfekcjonowane jest po 50 oznaczeń.

Poz.nr 3

Płytki jednorazowego użycia do nakładania próbek - 40 sztuk

Czy Zamawiający ma na myśli 40 sztuk płytek, gdzie konfekcjonowanie to 20 sztuk w jednym opakowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli 2000 oznaczeń oraz 40 szt. płytek.

Wszelkie dopuszczenia, zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi na pytania należy uwzględnić w składanych ofertach.

Z poważaniem