



Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
http://www.szpital.miechow.pl,
e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl

Miechów, dnia 05 grudnia 2022 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

Nr sprawy: **18/ZO/2022** - Sukcesywna dostawa fartuchów medycznych jednorazowego użytku przeznaczonych dla odwiedzających lub do stosowania przez personel medyczny.

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym na Platformie Zakupowej wpłynęły następujące pytania:

1.

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m²

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m².

2.

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze białym antyreflekcyjnym i stabilnym?

Ad. 2 Zamawiający nie dopuszcza fartucha w kolorze białym antyreflekcyjnym i stabilnym.

3.

Czy Zamawiający dopuści fartuch bez wiązania na troku lub w pasie z dobrym dopasowaniem

Ad. 3 Zamawiający wymaga fartuch wiązany na troku lub w pasie.

4.

Czy Zamawiający dopuści Jednorazowy płaszcz dla gości z włókniny „medycznej” z nieprzezroczystego polipropylenu PP o doskonałej odporności, hydrofobowy, oddychający, wentylowany i miękki, bezwonny, niesterylny, z kołnierzem, mankietami z elastycznym, prostym krojem, 2 kieszenie. Zapinane z przodu na 4 guziki. Dobre dopasowanie. Nadaje się do użytku ambulatoryjnego, opatrunków i badań w kolorze białym, długi rękaw, gumka przy nadgarstku, zapinana z przodu z włókniny PP (30 g/m²)

Ad. 4 Zamawiający nie dopuszcza, pozostaje jak opisie przedmiotu zamówienia.

5.

Proszę o uściślenie terminu dostawy od złożenia zamówienia, ponieważ nie mogę odnaleźć tej informacji.

Ad. 4 Zamawiający uzupełnia wzór umowy § 3 ust 4: Realizacji zamówienia w ciągu trzech dni roboczych lub terminie uzgodnionym przez Zamawiającego.

podpis elektroniczny