



*Szpital św. Anny w Miechowie*  
*ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów*  
*tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342*  
*REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869*  
*http://www.szpital.miechow.pl,*  
*e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl*

Miechów, dnia 13 czerwca 2023 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Świadczenie usługi w zakresie wykonania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego.** Nr sprawy: **9/TP/2023**

W związku z wniesieniem pytań, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnych urządzeń do kompresji klatki piersiowej LUCAS (Ip 5-7, zadanie nr 9) oraz urządzeń LIFEPAK (Ip 6,7, 10 - zadanie nr 10)? Pozwoli to na złożenie oferty przez autoryzowany serwis urządzeń produkcji Stryker.

**Ad.1 Zamawiający nie wyraża zgody.**

2.

Czy Zamawiający wymaga autoryzacji producenta? Producent urządzeń LUCAS ora defibrylatorów LIFEPAK zaleca w instrukcji obsługi korzystanie z usług jedynie wykwalifikowanego personelu. Posiadanie autoryzacji gwarantuje, że personel został przeszkolony przez producenta, a także zapewnia dostęp do aktualnej wiedzy dotyczącej serwisowanych urządzeń oraz postępowanie zgodne z jego wymaganiami.

**Ad.2 Zamawiający nie wymaga.**

3.

Czy Wykonawca ma uwzględnić w cenie przeglądu koszt akumulatorów do defibrylatorów LIFEPAK i urządzeń LUCAS? Zgodnie z informacją zawartą w instrukcji użytkownika producent zaleca wymianę akumulatorów co 2 lata lub gdy wystąpią objawy zużycia oraz co 3-4 lata, lub co 200 użyć. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie numerów LOT (lub daty zakupu) akumulatorów pracujących z urządzeniami LIFEPAK. Alternatywnie proponujemy zastrzeżenie, że zakup akumulatorów będzie wynikiem osobnego zlecenia Zamawiającego.

**Ad.3 Wykonawca nie powinien uwzględnić w cenie przeglądu kosztu akumulatorów. Zakup akumulatorów w oddzielnym postępowaniu. Zamawiający w razie potrzeby będzie wymagał przedstawienia ewentualnej oferty na zakup akumulatorów.**

4.

Czy Zamawiający wymaga użycia dedykowanego przez Producenta smaru, który jest niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia przeglądu technicznego urządzeń LUCAS? Nie nasmarowanie śruby poruszającej tłokiem może doprowadzić do zatarcia silnika.

**Ad.4 Zamawiający nie wymaga. Zamawiający wymaga pełnej konserwacji mechanizmów mechanicznych (Śrub, osłon, ogłędzin elementów nośnych urządzeń jeśli wystąpi konieczność naprawy bądź wymiany, po otrzymaniu oferty na wymianę czy naprawę zamawiający zleci lub odrzuci ofertę).**

5.

Czy Zamawiający wymaga używania dedykowanego oprogramowania służącego do przeprowadzenia prawidłowo procesu kalibracji położenia tłoka urządzeń LUCAS? Pozwala to na odczyt danych z urządzenia, takich jak liczba użyć akumulatora.

**Ad.5 Zamawiający nie wymaga.**

6.

Czy Zamawiający wymaga używania wyłącznie nowych i oryginalnych części zamiennych oraz zainstalowania najnowszej wersji oprogramowania w urządzeniach LIFEPAK i LUCAS?

**Ad.6 Zamawiający wymaga aby części były nowe, oprogramowanie jeśli wymaga aktualizacji należy wykonać.**

7.

**załącznik nr 1 Formularz asortymentowo cenowy - Zadanie nr 8**

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z zadania nr 8 urządzeń, które nie są producenta PENTAX, AORT wg poniższego?

Por. Gastroenterologiczna	MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA SONIC-6D	2014	146920
Por. Gastroenterologiczna	MYJNIA AUTOMATYCZNA E2 BHT INNOVA	2014	67572001
Por. Gastroenterologiczna	MYJNIA AUTOMATYCZNA E2 BHT INNOVA	2014	67572003

Zakład Opiekuńczo Lecznicy	MYJNIA DEZYNFEKTOR KACZEK I BASENÓW	2015	63028
Oddz. Chirurgiczny	SZAFA ENDOSKOPOWA ESC3	2019	ESC019

**Uzasadnienie** : Powyższe urządzenia nie są producenta Pentax i AORT i z pewnością wymagają innych umiejętności, utworzenie odrębnego pakietu tylko dla urządzeń marki Pentax i AORT pozwoliłoby na profesjonalne zrealizowanie zakresu zamówienia. Z uwagi na autoryzację naszego serwisu jako jedyni posiadamy dostęp do aktualnych not serwisowych, a pracownicy naszego serwisu są odpowiednio przeszkoleni i posiadają niezbędne kwalifikacje, stąd nasza prośba o wyłączenie w/w aparatów do odrębnego zadania.

**Ad.7 Zamawiający nie wyraża zgody.**

8.

**Dotyczy SWZ**

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji i certyfikatów szkoleń od producenta ?

**Ad.8 Zamawiający nie wymaga.**

9.

**Par.10**

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie kolejnego ustępu o następującym brzmieniu:

W przypadku zwłoki w płatnościach powyżej 21 dni od terminu wskazanego na fakturze, Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację usług bądź realizować zobowiązania umowne w formie: za pobraniem

**Ad.9 Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.**

10.

**Par.13 ust. 1a,b,c i d**

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary zgodnie z poniższym?

A) w przypadku odstąpienia/rozwiązania od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości ~~40%~~ **5%** niezrealizowanej wartości umowy brutto;

B) w przypadku zwłoki w reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszenie przez Zamawiającego awarii urządzenia, w wysokości ~~4%~~ **0,5%** wartości brutto dla danego zlecenia, za każdą godzinę zwłoki;

C) w przypadku zwłoki Wykonawcy w naprawie urządzenia, w terminach, o których mowa w § 6, w wysokości ~~5%~~ **2%** wartości brutto określonego dla danego zlecenia, za każdy dzień roboczy zwłoki;

D) za nieprzestrzeganie zapisów dotyczących poufności, o których mowa w § 18, w wysokości ~~40 000 złotych~~ **5000 złotych** za każdy przypadek;

**Ad.10 Pozostaje jak w SWZ.**

11.

**załącznik nr 1 Formularz asortymentowo cenowy - Zadanie nr 8**

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z zadania nr 8 urządzenia, które nie jest producenta PENTAX, AORT wg poniższego?

Oddz. Gruźlicy i Chorób Płuc	WIDEOBRONCHOSKOP EB-530T	2020	5B084K002	2024-03
------------------------------	--------------------------	------	-----------	---------

**Uzasadnienie :** Powyższe urządzenie nie jest producenta Pentax i AORT i z pewnością wymaga innych umiejętności, utworzenie odrębnego pakietu tylko dla urządzeń marki Pentax i AORT pozwoliłoby na profesjonalne zrealizowanie zakresu zamówienia. Z uwagi na autoryzację naszego serwisu jako jedyni posiadamy dostęp do aktualnych not serwisowych, a pracownicy naszego serwisu są odpowiednio przeszkoleni i posiadają niezbędne kwalifikacje, stąd nasza prośba o wyłączenie w/w aparatów do odrębnego zadania.

**Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody.**

12.

**Dotyczy zapisów SWZ – rozdział VIII, pkt. 2, ppkt. 4)**

Zwracamy się z prośbą o postawienie wymogu przedstawienia certyfikatu w zakresie odbycia szkoleń w zakresie przeglądów sprzętu wyszczególnionego w zadaniach nr 32 i 36 (poz. 1), będącego przedmiotem niniejszego postępowania, wystawionego przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta.

Jako autoryzowany przedstawiciel producenta, pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na kwestie związane z wykonywaniem serwisu przez podmioty nieuprawnione. Podkreślamy, że umożliwienie osobom nieuprawnionym przez Producenta sprzętu medycznego wykonywania przeglądów, napraw oraz wymiany części zamiennych niewiadomego pochodzenia, jednoznacznie wiąże się z nie wypełnieniem przez użytkownika Sprzętu zapisów instrukcji jego użytkowania.

Wskazujemy, że niniejsze wymaganie nie narusza zasady równego traktowania, gdyż każdy zainteresowany może odbyć przedmiotowe szkolenie u producenta i uzyskać stosowny certyfikat. W szczególności dotyczy to czynności związanych z fachową instalacją wyrobu, jego okresową konserwacją, okresową lub doraźną, stosownie do potrzeb obsługą serwisową, aktualizacją oprogramowania wyrobu, jeżeli je posiada, także okresowymi lub doraźnymi przeglądami, regulacjami,

kalibracjami (ustaleniami zależności pomiarowych), wzorcownikami, weryfikacją lub kontrolą bezpieczeństwa, jeżeli nie mogą one być wykonane przez użytkownika wyrobu we własnym zakresie.

**Ad. 12 Pozostaje jak w SWZ.**

13.

**Dotyczy zapisów SWZ – załącznik nr 5 – par. 1 – dla zadania 32 i 36 (poz.2)**

Prosimy o dodanie zapisu w par. 1, pkt. 9 „W przypadku braku możliwości wykonania przeglądów/napraw w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić urządzenie zastępcze o takich samych lub zbliżonych parametrach pracy.”

**Ad. 13 Zamawiający zmienia SWZ poprzez dodanie ww. zapisu.**

14.

**Dotyczy zapisów SWZ – załącznik nr 5 – par. 1 – dla zadania 32 i 36 (poz.2)**

Prosimy o dodanie zapisu w par. 1 „W przypadku wysłania urządzenia do siedziby producenta czas usunięcia awarii może ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu urządzenie zastępcze o takich samych lub zbliżonych parametrach pracy na prośbę Zamawiającego.”

**Ad. 14 Zamawiający zmienia SWZ poprzez dodanie ww. zapisu.**

15.

**Dotyczy zapisów SWZ – załącznik nr 5 – par. 1 – dla zadania 32 i 36 (poz.2)**

Prosimy o dodanie zapisu w par. 1 „W przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy czas usunięcia awarii może ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu urządzenie zastępcze o takich samych lub zbliżonych parametrach pracy na prośbę Zamawiającego.”

**Ad. 15 Zamawiający zmienia SWZ poprzez dodanie ww. zapisu.**

16.

**Dotyczy zapisów SWZ – załącznik nr 6 - zadanie 32**

Prosimy o usunięcie poz. 2 Wiertarka Acculan 4, rok produkcji 2022 z formularza cenowego, ponieważ sprzęt jest na gwarancji producenta.

Prosimy o podanie szczegółowego wykazu (nazwa, symbol katalogowy, numer seryjny) wszystkich elementów wchodzących w skład poz. 1,3 i 4.

W skład w/w zestawów z pewnością wchodzi różne elementy jak np.: nasadki wiertarskie, frezarskie, akumulatory, ładowarka, itp. Każdy z tych elementów musi zostać wyceniony osobno. W/w informacje są niezbędne do stworzenia oferty przetargowej.

**Ad. 16 Zamawiający usuwa pozycję nr 2 z zadania nr 32.**

**Jednocześnie Zamawiający przesuwą termin składania i otwarcia ofert na dzień 21 czerwca 2023r. Termin składania ofert do godziny 10:00, termin otwarcia ofert o godzinie 10:15.**

**Poniżej wykaz elementów:**

**Pozycja nr 1:**

**GB 641 ns 379 uchwyt**  
**GB 620 ns 240 jacobs**  
**GB 660 ns 3296 uchwyt piły**  
**GB 623 ns 383 do mały**  
**GB 320 ns 1594 Ładowarka**  
**GB 5J5 ns 44523 Akumulator**

**Pozycja nr 3:**

**GB 102 Rączka**

## **GB 102r uchwyt trójszczękowy**

### **Pozycja nr 4:**

**GB 210 rączka**

**GB 227 Uchwyt**

**GB 223R Uchwyt trójszczękowy**

17.

### **Dotyczy zapisów SWZ – załącznik nr 6 - zadanie 36**

Prosimy o wydzielenie z zadania nr 36 poz. 2 do osobnego pakietu. Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na złożenie przez autoryzowany serwis producenta korzystnej oferty cenowej.

Jednocześnie prosimy o podanie szczegółowego wykazu (nazwa, symbol katalogowy, numer seryjny) wszystkich elementów wchodzących w skład poz. 2 Laparoskop.

**Ad. 17 Pozostaje jak w SWZ.**

18.

### **Pytanie nr 1 – dotyczy Zadania nr 5, 6, 7, 29**

W trosce o wysoką jakość świadczonych usług prosimy o potwierdzenie, że w Zadaniach nr 5, 6, 7, 29, Zamawiający wymagać będzie aby Wykonawca dysponował inżynierami serwisu, którzy posiadają świadectwa kwalifikacyjne SEP "E" lub "D" powyżej 1 kV z uprawnieniami do pomiarów ochronnych.

Wniosek nasz motywujemy faktem, że w aparatach RTG występują napięcia w zakresie od 40kV do 150kV, w związku z powyższym posiadanie uprawnień powyżej 1kV jest wymagane.

**Ad. 18 Zamawiający potwierdza**

19.

### **Pytanie nr 2 – dotyczy Zadania nr 5**

Prosimy Zamawiającego o podanie dat planowanych przeglądów poszczególnych urządzeń w ramach Zadania nr 5.

**Ad. 19**

APARAT RTG PLANMECA INTRA 2023-09

APARAT RTG PM 2002EC 2023-09

APARAT RTG Z RAMIENIEM C SIREMOBIL COMPACT I 2024-02

APARAT RTG - ZAWIESZENIE SUFITOWE CARTESIUS EP150 2024-03

APARAT RTG PRZYŁÓŻKOWY POLYMOBIL 10 2024-03

APARAT RTG Z RAMIENIEM C ALIEN 2023-12

20.

### **Pytanie nr 3 – dotyczy Zadania nr 7**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy przeglądy wszystkich aparatów w ramach Zadania nr 7 nastąpią w tym samym czasie (w ramach jednej wizyty serwisu)?

**Ad. 20 Zamawiający potwierdza.**

21.

### **Pytanie nr 1 – SWZ, Zadanie nr 8**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie do osobnej części myjnie wskazane w pozycji od 6 do 11 w zadaniu nr 8:

- Myjka Ultradźwiękowa Sonic-6d
- Myjnia Automatyczna E2 Bht Innova

- Myjnia Automatyczna E2 Bht Innova
- Myjnia Do Endoskopów Endocleaner
- Myjnia Endoskopowa Endocleaner
- Myjnia Dezynfektor Kaczek I Basenów

Wskazane zadaniu nr 8 urządzenia tj. bronchofiberoskopy, videoduodenoskopy, videogastroskopy, wideokolonoskop produkcji Pentax, to urządzenia o zupełnie innym przeznaczeniu i specyfice działania, a w konsekwencji obsługa serwisowa ww. urządzeń wymaga wykonania innych czynności. Wskazany w zadaniu nr 8 przedmiot zamówienia nie jest zatem niepodzielny, obejmuje kilkanaście urządzeń, które działają niezależnie. W konsekwencji nie ma uzasadnienia do połączenia ww. urządzeń w jeden pakiet, a tym samym uniemożliwienie złożenia oferty Wykonawcom zdolnym do serwisowania endoskopów firmy Pentax.

Wskazujemy, iż zgodnie z art. 16 pkt 1) PZP, Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Ponadto, zaznaczamy, iż w wyroku KIO nr 1859/19 z 4.10.2019 r. KIO potwierdziła, iż połączenie wielu urządzeń w jeden pakiet stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Tym bardziej, że większość urządzeń objętych zadaniem nr 8 to endoskopy firmy Pentax, a myjnie pochodzą od różnych producentów.

Wydzielenie pozycji od 6 do 11 do oddzielnego pakietu dopuści do udziału w przetargu małe i średnie przedsiębiorstwa, które specjalizują się w serwisowaniu endoskopów Pentax, a zatem zwiększy krąg wykonawców mogących się ubiegać o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie podział taki nie zablokuje udziału w postępowaniu wykonawcy, który dotychczas świadczył usługi serwisowe urządzeń objętych zadaniem nr 8. W konsekwencji powyższe pozwole Zamawiającemu na otrzymanie konkurencyjnych ofert pod względem cenowym, co przy kryterium cena 100% ma tym większe znaczenie.

W konsekwencji, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w trosce o zachowanie zasad konkurencji oraz prawidłowe wykonanie zamówienia, wydzieli do osobnego pakietu wskazane w zadaniu nr 8 myjnie (poz. 6-11).

**Ad. 21 Pozostaje jak w SWZ.**

## 22.

Z uwagi na fakt, iż nasza firma specjalizuje się w serwisowaniu aparatów USG firmy ESAOTE, a w Zadaniu nr 30 wyszczególnione są aparaty również innych firm, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie aparatu Esaote z pozycji nr 7 MyLab 50 XVISION i utworzy oddzielne Zadanie. Umożliwi to złożenie ofert przez większą liczbę wykonawców, a zarazem zwiększy konkurencyjność ofert.

**Ad. 22 Pozostaje jak w SWZ.**

## 23.

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta do serwisowania wyszczególnionej w Zadaniu nr 30 aparatury medycznej? Posiadanie autoryzacji na świadczenie usług serwisowych potwierdza standardy profesjonalnej obsługi serwisowej zapewniającej maksymalne bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego. Ponadto firmy, które nie posiadają autoryzacji zazwyczaj nie mają dostępu do części zamiennych i zlecają naprawy autoryzowanemu serwisowi, przez co koszt jaki ponosi Zamawiający zwiększa się, gdyż w koszt naprawy wliczona jest marża autoryzowanego serwisu oraz marża Wykonawcy, który wygrał przetarg. Pragniemy zauważyć, że wymóg autoryzacji jest zgodny z zasadą uczciwej konkurencji, gdyż każdy podmiot może o taką autoryzację się ubiegać i otrzymać ją po spełnieniu odpowiednich kryteriów.

**Ad. 23 Zamawiający nie wymaga**