

Jarocin, 28.08.2023r.

INFORMACJA

Dotyczy : Dostawa platformy elektrochirurgicznej z systemem zamykania naczyń nr postępowania 19/2023

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień treści SWZ, udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, zmienia treść SWZ, udostępnia dokonaną zmianę treści SWZ zgodnie z poniższym:

Pytanie:

Załącznik nr 3

Czy Zamawiający dopuści opisaną w pkt nr 34 specjalistyczną funkcję bipolarnej koagulacji w środowisku soli fizjologicznej z mocą 200 W?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie bipolarnej koagulacji w środowisku soli fizjologicznej z mocą 200 W.

Prezes Zarządu


.....Henryk Szymczak.....