



SPWZOZ/ZPZ-2.III-382//UE/1.4/2024/K.I.

Stargard, 28.03.2024 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowanie przetargowe nr 1/UE/PN/D/2024 na dostawę i montaż Tomografu Komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń Pracowni TK w ramach realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i doposażenie SOR w Stargardzie poprzez zakup TK oraz przebudowę Oddziału ratunkowego”

Pytanie nr 1 – dotyczy pkt 106 zał. Nr 3a do SWZ:

Czy Zamawiający będzie wymagał aby wstrzykiwacz był przystosowany do pracy na wkładach jednorazowego jak i wielorazowego użytku z minimalnym okresem użytkowania wkładu wielorazowego 12 godzin bez limitu wykonanych iniekcji? Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli zamawiającemu optymalnie zarządzać kosztami materiałów zużywalnych i dostosowywać je do ilości zaplanowanych badań.

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie nr 2 – dotyczy pkt 106 zał. Nr 3a do SWZ:

„Czy zamawiający będzie wymagał aby wstrzykiwacz miał możliwość objęcia go zdalnym nadzorem serwisowym poprzez łącze internetowe (W przypadku zdalnego podłączenia aparatu możliwość proaktywnego monitorowania pracy systemu przez Serwis)?

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał, aby wstrzykiwacz miał możliwość objęcia go zdalnym nadzorem serwisowym poprzez łącze internetowe.

Pytanie nr 3 – dotyczy pkt 106 zał. Nr 3a do SWZ:

„Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wstrzykiwacza pracującego w technologii tłokowej, która w odróżnieniu od pomp rolkowych zapewnia zwartą geometrię bolusa środka kontrastowego i stałą prędkość przepływu bez fluktuacji charakterystycznych dla pomp rolkowych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga wstrzykiwacza dwutłokowego.

Pytanie nr 4 - dotyczy Załącznika nr 2a:

W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia obejmuje dostawy sprzętu i usługi, które są opodatkowane różnej wysokości stawkami VAT, prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca będzie miał

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108337



możliwość modyfikacji tabeli cenowej i dokonania podziału pozycji w niej zawartych poprzez wyszczególnienie różnych stawek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tabeli cenowej, zgodnie z zaproponowanym schematem, z zastrzeżeniem, iż ocenie podlegać będzie łączna wartość brutto oferty.

Pytanie nr 5 – dotyczy punktów 7, 12, 36, 63, 64, 65, 106 tabeli załącznika nr 2b do SWZ:

Zamawiający sądząc z zapisów punktów 12, 36, 63, 64, 65, 106 wymaga możliwości wykonywania badań kardiologicznych, a jednocześnie w punkcie 7 dopuścił system o pokryciu anatomicznym detektora min. 22mm. Zwracamy uwagę, że na systemach z detektorem 22 mm nie ma praktycznie możliwości wykonywania badań kardiologicznych. Obecnie standardem do takich badań są systemy o pokryciu anatomicznym detektora min. 38 mm. Wąski detektor znacznie wydłuża czas badania serca i tym samym uniemożliwia uzyskanie jakości diagnostycznej takich badań. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie ich wykonywał i nie uzyska kontaktu z NFZ na wykonywanie takich badań na systemie z 2 cm detektorem. Jednocześnie zwracamy uwagę, że systemy z 2 cm detektorem nie można upgradować bez konieczności wymiany całego gantry co wiąże się z dużymi kosztami. To powoduje, że Zamawiający nie będzie mógł wykonywać na tak opisanym przedmiocie zamówienia diagnostycznych badań kardiologicznych również w przyszłości. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie punktów 12, 36, 63, 64, 65, 106 z tabeli lub zmianę wymagania punktu 7 na:

7.	Pokrycie anatomiczne detektora min. 38 mm	Tak	
----	---	-----	--

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie i zmianę ww. punktów.

Pytanie nr 6 - dotyczy punktu 15 tabeli załącznika nr 2b do SWZ:

Obecne wymaganie jest charakterystyczne tylko dla jednej firmy i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Wnosimy o zmianę tego punktu na:

15.	Kamera do obserwacji zachowań pacjenta, z funkcją zbliżenia widoku	Tak	
-----	--	-----	--

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ww. punktu.



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Pytanie nr 7- Dotyczy punktu 21 tabeli załącznika nr 2b do SWZ:

Obecne wymaganie jest charakterystyczne tylko dla jednej firmy i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Wnosimy o zmianę tego punktu na:

21.	Niskodawkowe protokoły umożliwiające wykonywanie badań przy niskich nastawach napięcia 80 kV i jednocześnie wysokich prądach ≥ 400 mA	Tak	
-----	--	-----	--

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. punktu.

Pytanie nr 8 – dotyczy punktu 23 tabeli załącznika nr 2b do SWZ:

Szybkość chłodzenia lampy nie ma obecnie większego znaczenia z uwagi na powszechne stosowanie algorytmów iteracyjnych pozwalających na obniżenie parametrów ekspozycji promieniowania. Wnosimy o dopuszczenie systemu o szybkości chłodzenia 1070 kHU/min. Taka wartość jest w zupełności wystarczająca do przeprowadzania praktycznie dowolnej ilości badań bez konieczności stosowania przerw na chłodzenie lampy rtg. Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty. Wnosimy o zmianę tego punktu na:

23.	Szybkość chłodzenia lampy min. 1,4MHU/min	Tak/ podać	
-----	---	---------------	--

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie ww. systemu i zmianę ww. punktu.

Pytanie nr 9 – dotyczy punktu 26 tabeli załącznika nr 2b do SWZ:

Obecne wymaganie jest charakterystyczne tylko dla jednej firmy i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Wnosimy o zmianę tego punktu na:

26.	Filtr dedykowany do eliminacji promieniowania o niższych od wykorzystywanych energiach do ograniczenia dawki promieniowania i optymalnej jakości obrazów	Tak	
-----	--	-----	--

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ww. punktu.

Pytanie nr 10 – dotyczy punktu 30 tabeli załącznika nr 2b do SWZ:

Wnosimy o dopuszczenie systemu o zakresie badania spiralnego bez konieczności repozycjonowania pacjenta równego 189 cm. Tak drobna różnica z zakresie badania nie ma żadnego wpływu na

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 000000017670

BDO:000108337



możliwości diagnostyczne systemu. Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Wnosimy o następującą zmianę tego parametru:

30.	Zakres badania spiralnego bez konieczności repozycjonowania pacjenta ≥ 189 cm	Tak/ podać	
-----	--	---------------	--

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. system.

Pytanie nr 11 – dotyczy punktu 31 tabeli załącznika nr 2b do SWZ:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga współczynnika pitch (stosunku skoku spirali do szerokości wiązki) nie mniejszego od jedności dla określonego w punkcie 31 maksymalnego pola obrazowania FOV. Brak takiego potwierdzenia może skutkować pozyskaniem systemu, który nie umożliwi wykonania badania spiralnego w wymaganym przez Zamawiającego polu skanowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11.01.2023 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Zwracamy uwagę, że zgodnie z §5.2 punkt 2 w/w Rozporządzenia należy: „w obrazowaniu spiralnym – zapewnić, aby stosunek skoku spirali do szerokości wiązki był nie mniejszy od jedności, chyba że jest to uzasadnione klinicznie;”.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby parametry dostarczonego urządzenia były zgodne z treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11.01.2023 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Pytanie nr 12 – dotyczy punktu 32 tabeli załącznika nr 2b do SWZ:

Wnosimy o wykreślenie tego wymagania. Rekonstruowane pole obrazowania równe średnicy gantry nie pozwala na przeprowadzanie diagnostyki, gdyż jest polem niediagnostycznym i nie spełnia wymagań jakościowych. Takie pola obrazowania są wykorzystywane wyłącznie przy planowaniu radioterapii. Zamawiający nie może używać tego pola do diagnostyki pacjentów i tym samym jest ono dla niego całkowicie bezużyteczne. Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty i służy wyłącznie ograniczeniu konkurencji. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ww. wymagania.



Pytanie nr 13 – dotyczy punktów 33 i 34 tabeli załącznika nr 2b do SWZ:

Wnosimy o dopuszczenie w tym punkcie możliwości uzyskania pochylonych obrazów pod dowolnym kątem bez konieczności fizycznego pochylania gantry. Takie rozwiązanie jest stosowane w najnowocześniejszych systemach tomografii komputerowej. Obecny zapis uniemożliwia nam zaferowanie nowoczesnych tomografów komputerowych. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanych zmian.

Pytanie nr 14 - dotyczy punktu 37 tabeli załącznika nr 2b do SWZ:

Obecne wymaganie jest charakterystyczne tylko dla jednej firmy i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Wnosimy o wykreślenie tego wymagania. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ww. wymagania.

Pytanie nr 15 – dotyczy punktu 38 tabeli załącznika nr 2b do SWZ:

Obecne wymaganie jest charakterystyczne tylko dla jednej firmy i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Wnosimy o wykreślenie tego wymagania. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ww. wymagania.

Pytanie nr 16 – dotyczy punktu 41 tabeli załącznika nr 2b do SWZ:

Wnosimy o dopuszczenie systemu o szybkości rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego równej 45 obrazów/s, w rozdzielczości 512 x 512 pikseli. Tak drobna różnica z szybkości rekonstrukcji nie ma żadnego wpływu na możliwości diagnostyczne systemu. Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Wnosimy o następującą zmianę tego parametru:

41.	Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego ≥ 45 obrazów/s, w rozdzielczości 512 x 512 pikseli	Tak/ podać	
-----	--	---------------	--

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie ww. systemu.



Pytanie nr 17 – dotyczy punktu 45 tabeli załącznika nr 2b do SWZ:

Wnosimy o dopuszczenie systemu z monitorami o przekątnej 19". Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty. Wnosimy o zmianę tego parametru na:

45.	Konsola operatorska z min. dwoma kolorowymi monitorami z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat, spełniające wymogi aktualnego Rozp. Ministra Zdrowia dotyczące monitorów przeglądowych m.in.: - przekątna min. 19" - rozdzielczość min. 1 Mpx	Tak/ podać	
-----	--	---------------	--

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia systemu z monitorami 19".

Pytanie nr 18 – dotyczy punktu 46 tabeli załącznika nr 2b do SWZ:

Obecne wymaganie jest charakterystyczne tylko dla jednej firmy i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Wnosimy wykreślenie tego wymagania. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ww. parametru.

Pytanie nr 19 – dotyczy punktu 47 tabeli załącznika nr 2b do SWZ:

Obecne wymaganie jest charakterystyczne tylko dla jednej firmy i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Wnosimy o wykreślenie tego wymagania. Jednocześnie zauważamy, że uruchomienie badania bez nadzoru z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta jest zabronione i tym samym ta funkcjonalność nie może być używana. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ww. parametru.

Pytanie nr 20 – dotyczy punktu 48 tabeli załącznika nr 2b do SWZ:

Wnosimy o dopuszczenie systemu o pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów 512 x 512 pikseli bez kompresji wyrażona ilością obrazów niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych [obrazów] równej 460 000 obrazów. Ilość badań na konsoli operatorskiej nie ma większego znaczenia, gdyż badania są przechowywane i archiwizowane w systemie PACs, a nie na konsoli operatorskiej. Obecny zapis służy wyłącznie ograniczeniu konkurencji i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Wnosimy o następującą zmianę tego parametru:



48.	Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów 512 x 512 pikseli bez kompresji wyrażona ilością obrazów niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych [obrazów] \geq 460 000 obrazów	Tak/ podać	
-----	--	---------------	--

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21 – dotyczy punktu 59 tabeli załącznika nr 2b do SWZ:

Obecne wymaganie jest charakterystyczne tylko dla jednej firmy i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Wnosimy o usunięcie tego parametru. Wymagana przez Zamawiającego funkcjonalność służy wyłącznie ograniczeniu konkurencji i nie ma żadnego wpływu na wartości kliniczne systemu. Dobór współczynnika pitch jest realizowany przez poszczególnych producentów w różny sposób w celu osiągnięcia jak najwyższej jakości obrazowania i najkrótszego czasu skanowania. W naszych systemach po wybraniu współczynnika pitch następuje automatyczne obliczanie czasu skanowania przy utrzymaniu określonej grubości warstwy. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie ww. parametru.

Pytanie nr 22 – dotyczy punktu 60 tabeli załącznika nr 2b do SWZ:

Obecne wymaganie uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty. Wnosimy wykreślenie tego wymagania. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ww. parametru.

Pytanie nr 23 – dotyczy punktu 61 tabeli załącznika nr 2b do SWZ:

Obecne wymaganie jest charakterystyczne tylko dla jednej firmy i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Wnosimy wykreślenie tego wymagania. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ww. parametru.

Pytanie nr 24 – dotyczy punktu 62 tabeli załącznika nr 2b do SWZ:

Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty i służy ograniczeniu konkurencji. W naszych systemach napięcie jest automatycznie ustawiane po wyborze protokołu badania. Wnosimy o zmianę tego parametru na:



62.	Automatyczny, na bieżąco dobór napięcia anodowego w protokołach badań w zależności od rodzaju badania Lub Automatyczne ustawianie napięcia anodowego po wyborze odpowiedniego do danej anatomii protokołu badania.	Tak/ podać	
-----	---	---------------	--

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ww. parametru.

Pytanie nr 25 - dotyczy punktu 64 tabeli załącznika nr 2b do SWZ:

Wnosimy o dopuszczenie równoważnego rozwiązania do automatycznego wyboru optymalnej fazy do rekonstrukcji z ustalonego zakresu faz akwizycji. Opisana przez Zamawiającego funkcjonalność służy wyłącznie ograniczeniu konkurencji i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Wnosimy o zmianę tego parametru na:

64.	Oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania optymalnej fazy rekonstrukcji serca przed wykonaniem właściwych rekonstrukcji lub Automatyczny wybór optymalnej fazy do rekonstrukcji z ustalonego zakresu faz akwizycji.	Tak/ podać	
-----	--	---------------	--

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ww. parametru.

Pytanie nr 26 - dotyczy punktu 66 tabeli załącznika nr 2b do SWZ:

Obecne wymaganie jest charakterystyczne tylko dla jednej firmy i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Wnosimy wykreślenie tego wymagania.

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ww. wymagania.

Pytanie nr 27 – dotyczy punktu 74 tabeli załącznika nr 2b do SWZ:

Wnosimy o dopuszczenie równoważnego rozwiązania umożliwiającego automatyczne wyświetlanie listy wszystkich badań poprzednich z archiwum PACS dostępne dla dowolnego użytkownika, dla dowolnego badania jakie zostanie odebrane przez serwer aplikacyjny, bez ograniczenia z jaką aplikacją to badanie zostanie uruchomione. Automatycznie algorytm może pobierać poprzednie badania z listy po wyborze badań z możliwością definiowania min:



- ilość poprzednich badań
- typ/modalność poprzednich badań
- zakres daty poprzednich badań

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów.

Pytanie nr 28 – dotyczy punktu 85 tabeli załącznika nr 2b do SWZ:

Obecne wymaganie jest charakterystyczne tylko dla jednej firmy i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Wnosimy wykreślić tego wymagania. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ww. wymagania.

Pytanie nr 29 – dotyczy punktu 91 tabeli załącznika nr 2b do SWZ:

Wymaganie dotyczące numerowania kręgów kręgosłupa w badania MR służy wyłącznie ograniczeniu konkurencji i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Wnosimy o dopuszczenie następującego oprogramowania do numerowania kręgów kręgosłupa wyłącznie dla badań z tomografu i tym samym zmianę tego parametru na:

91.	Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT odcinkowych jak i całego kręgosłupa. Oprogramowanie bazujące na algorytmach AI.	Tak/ podać	
-----	--	---------------	--

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane oprogramowania.

Pytanie nr 30 - dotyczy punktu 94 tabeli załącznika nr 2b do SWZ:

Obecne wymaganie jest charakterystyczne tylko dla jednej firmy i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Wnosimy o dopuszczenie następującego równoważnego oprogramowania do statystyki trzewnej tkanki tłuszczowej i zmianę zapisu punktu 94 na:

94.	Oprogramowanie umożliwiające statystykę trzewnej tkanki tłuszczowej. Wyznaczanie objętości trzewnej tkanki tłuszczowej z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem producenta).	Tak/ podać	
-----	---	---------------	--



Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane oprogramowania.

Pytanie nr 31 - dotyczy punktu 95 tabeli załącznika nr 2b do SWZ:

Wnosimy o dopuszczenie następującego równoważnego oprogramowania do wyświetlania obrazów pochodzących z akwizycji dwuenergetycznej umożliwiające łączenie obrazów niskiej i wysokiej energii i zmianę energii wyświetlanego obrazu poprzez zmianę udziału obrazu niskiej i wysokiej energii w sumarycznym obrazie w celu optymalizacji kontrastu i redukcji artefaktów:

95.	Oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów monoenergetycznych o ściśle określonej energii pochodzących z akwizycji dwuenergetycznej CT, w tym z wizualizacją obrazu optymalnego kontrastu, z możliwością redukcji artefaktów od metalowych przedmiotów. Lub Oprogramowanie do wyświetlania obrazów pochodzących z akwizycji dwuenergetycznej umożliwiające łączenie obrazów niskiej i wysokiej energii i zmianę energii wyświetlanego obrazu poprzez zmianę udziału obrazu niskiej i wysokiej energii w sumarycznym obrazie w celu optymalizacji kontrastu i redukcji artefaktów	Tak/ podać	
-----	---	---------------	--

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane oprogramowania.

Pytanie nr 32 - dotyczy punktu 96 tabeli załącznika nr 2b do SWZ:

Obecne wymaganie jest charakterystyczne tylko dla jednej firmy i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Wnosimy wykreślenie tego wymagania. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ww. wymagania.



Pytanie nr 33 - dotyczy punktu 102 tabeli załącznika nr 2b do SWZ:

Obecne wymaganie jest charakterystyczne tylko dla jednej firmy i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Wnosimy wykreślenie tego wymagania. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ww. wymagania.

Pytanie nr 34 – dotyczy punktu 103 tabeli załącznika nr 2b do SWZ

Obecne wymaganie jest charakterystyczne tylko dla jednej firmy i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Wnosimy wykreślenie tego wymagania. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ww. wymagania.

Pytanie nr 35 – dotyczy punktu 106 tabeli załącznika nr 2b do SWZ:

Obecne wymaganie jest charakterystyczne tylko dla jednej firmy i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Wnosimy o dopuszczenie następującego równoważnego oprogramowania i zmianę zapisu punktu 106 na:

106.	Automatyczne wyliczanie w naczyniach wieńcowych: <ul style="list-style-type: none">• łącznego indeksu zwapnień (CalciumScore),• odrębnie dla każdej głównej tętnicy wieńcowej: ilość zmian, łączna masa i objętość zwapnień, indeks zwapnień Automatycznie zapisywanie w systemie PACS w odrębnej serii.	Tak/ podać	
------	---	---------------	--

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 36 - dotyczy punktu 107 tabeli załącznika nr 2b do SWZ:

Obecne wymaganie jest charakterystyczne tylko dla jednej firmy i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Wnosimy wykreślenie tego wymagania. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ww. punktu.



Pytanie nr 37 – dotyczy punktu 122 tabeli załącznika nr 2b do SWZ

Prosimy Zamawiającego o podanie dostawcy systemu PACS/RIS oraz informację, czy Zamawiający posiada wolne licencje.

Odpowiedź: Dostawcą oprogramowania PACS/RIS jest firma Pixel Technology. Zamawiający nie posiada wolnych licencji.

Pytanie nr 38 – dotyczy wzoru umowy §1 ust. 4 wzoru umowy:

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W ramach Kodeksu cywilnego odpowiedzialność dłużnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kontraktowego została ukształtowana **na zasadzie winy**. Zaproponowane postanowienie nie do końca zaś odpowiada tej zasadzie. Podobne regulacje wynikają z art. 433 pkt 1) ustawy Pzp.

W związku z powyższym proponujemy następującą modyfikację postanowienia:

*„Wykonawca ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność, w tym finansową, za utratę dofinansowania inwestycji pn. „Modernizacja i doposażenie SOR w Stargardzie poprzez zakup TK oraz przebudowę Oddziału ratunkowego”, jego zmniejszenie lub nałożenie korekt do dofinansowania przez instytucję dofinansującą, jeśli będzie to wynikiem **nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub zwłoki w jego realizacji.**”*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 39 – dotyczy §1 ust. 5 zdanie 1. wzoru umowy:

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów powszechnych i SN - podstawą odmowy odbioru przedmiotu umowy mogą być tylko wady uniemożliwiające korzystanie zgodnie z przeznaczeniem z przedmiotu umowy (wady istotne). Usterki powinny być usuwane przez wykonawcę w ramach udzielonej gwarancji lub rękojmi ustawowej (por. wyroki SN II CKN 28/97, I CKN 520/97, II CSK 476/12).

W związku z powyższym zwracamy się o zmianę ww. postanowienia:

*„Warunkiem dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego jest **zrealizowanie poniższego w sposób umożliwiający korzystanie z pracowni przez Zamawiającego.**”*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.



Pytanie nr 40 – dotyczy §3 ust. 2 wzoru umowy:

W związku z tym, że dzień zakończenia czynności odbiorowych z dużym prawdopodobieństwem odbiegać będzie od rzeczywistej daty zakończenia prac przez Wykonawcę i uruchomienia pracowni (o czym stanowi m.in. §9 ust. 13 wzoru umowy), zwracamy się o zmianę postanowienia w taki sposób, aby datą realizacji umowy była data uruchomienia pracowni przez Wykonawcę:

„Za dzień realizacji umowy strony uważają dzień wskazany w protokole odbioru końcowego, jako data zgłoszenia prac do odbioru poprzedzona zakończeniem prac i uruchomieniem pracowni.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41 – dotyczy §4 ust. 14 wzoru umowy:

Zwracamy się o potwierdzenie, że „niezbędny sprzęt/urządzenia”, o jakich mowa w postanowieniu stanowią sprzęt/urządzenie wyspecyfikowane przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania o zamówienie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga sprzętu/urządzeń, oprogramowania i wyposażenia zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 42 – dotyczy §4, ust. 18:

Z uwagi na długi okres gwarancji oraz na fakt, iż lampa RTG jest elementem zużywalnym i najprawdopodobniej będzie podlegała wymianie w okresie gwarancji z uwagi na zużycie wynikające z normalnego użytkowania, Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż gwarancja na lampę RTG (niezależnie od jej wymiany lub wymian w okres gwarancji) jest nieodnawialna, tj. upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji. Inne, nieuzasadnione rozumienie przedmiotowej sytuacji tj. każdorazowe odnawianie się okresu gwarancji przy każdej kolejnej wymianie lampy przy tak długim okresie gwarancji powodowałyby sytuację, iż gwarancja na lampę RTG nigdy nie wygaśnie w całym, wieloletnim okresie użytkowania sprzętu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy §4, ust. 18 pkt 8. nadając brzmienie: „8) w przypadku wymiany wadliwego sprzętu/urządzenia stanowiącego przedmiot zamówienia na nowy, termin gwarancji na wymieniony sprzęt/urządzenie ulega wydłużeniu o okres wyłączenia go z eksploatacji. W sytuacji gdy spowoduje to wyłączenie całego sprzętu/urządzenia okres gwarancji ulega wydłużeniu na okres wyłączenia w odniesieniu do całego sprzętu/urządzenia”.



Pytanie nr 43 - dotyczy §4, ust. 18, pkt. 2), 3) oraz §11 ust. 10, 11 oraz Załącznik nr 2b pkt 115:

- a) Czy Zamawiający uzna za reakcję serwisową także zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej? Dedykowani specjaliści wykonujący zdalny serwis są często w stanie naprawić aparat bez konieczności przyjazdu inżyniera lub dokładnie określić jakie części są niezbędne do naprawy i od razu je zamówić, aby inżynier, który przyjedzie do aparatu mógł wykonać naprawę podczas tej jednej wizyty.
- b) Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec?
- c) W przypadku braku zgody na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu IPsec?
- d) Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłacanym przez Wykonawcę?
- e) Czy zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu reakcji w dni ustawowo wolne od pracy do 60 godzin? Czasami dwudniowe święta jak przykładowo Boże Narodzenie lub Wielkanoc łączą się z weekendami.

Odpowiedź:

- a) Zamawiający dopuszcza zdalną diagnostykę/naprawę za pośrednictwem sieci komputerowej.
- b) Zamawiający zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mbps.
- c) Zamawiający dopuszcza zdalną diagnostykę/naprawę za pośrednictwem sieci komputerowej Zamawiającego.
- d) Zamawiający dopuszcza zdalną diagnostykę/naprawę za pośrednictwem sieci komputerowej Zamawiającego.
- e) Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia czasu reakcji w dni ustawowo wolne od pracy.

Pytanie nr 44 – dotyczy §4, ust. 18, pkt. 7), 8) oraz §11, ust. 15:

Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

nieprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany części/modułów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację, z zastrzeżeniem, że musi zostać zapewniona ciągłość pracy na zasadach określonych gwarancją.

Pytanie nr 45 - dotyczy §4 ust. 19 wzoru umowy:

Wykonawca ponosi odpowiedzialność kontraktową na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego tj. art. 471 k.c. i n. - za skutki zdarzeń, wynikające z zawnionego działania lub zaniechania Wykonawcy, nie odpowiada co do zasady za przypadek.

Wobec powyższych uwag zwracamy się z prośbą o zmianę w treści postanowienia słowa „gwarantuje” na frazę „zobowiązuje się zapewnić”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 46 – dotyczy §9 ust. 6 pkt 1) wzoru umowy:

W związku z tym, że jak wskazał Zamawiający, wady nieistotne, nie uniemożliwiają korzystania z pracowni, zaś termin usunięcia ewentualnych wad/usterek o charakterze nieistotnym może być uwarunkowany okolicznościami obiektywnie niezależnymi od Wykonawcy (technologicznymi, technicznymi, logistycznymi), zwracamy się o modyfikację postanowienia zgodnie z następującą propozycją:

„(...) a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie nie dłuższym niż 7 dni a wyjątkowo w innym terminie uzasadnionym okolicznościami, wskazanym przez Strony. Przez wady nieistotne rozumie się w szczególności wady, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem.”.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis §9 ust. 6 pkt 1) wzoru umowy:

„Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, przy czym nie dotyczy to wad nieistotnych, usterek, które nie będą podstawą odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru. Wady takie zostaną wskazane w protokole odbioru, a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie nie dłuższym niż 7 dni, a wyjątkowo w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego, uzasadnionym okolicznościami.

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego
97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

* www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108337



Przez wady nieistotne rozumie się w szczególności wady, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem.

Pytanie nr 47 – dotyczy §11 ust.5 wzoru umowy:

Gwarancja jakości dotyczy odpowiedzialności gwaranta za pewnego rodzaju niezgodność towaru z umową, wadliwość towaru. Brzmienie postanowienia jest nieprecyzyjne i nie uwzględnia sytuacji, w których powstała awaria/usterka spowodowana została np. okolicznościami siły wyższej, normalnego zużycia, ingerencją w sprzęt osób trzecich. Powoduje to niemożność lub istotne utrudnienie wyliczenia kosztu usługi (może prowadzić do zawyżenia kosztu usługi wskutek konieczności objęcia dużego zakresu ryzyka) i ryzyka po stronie Wykonawcy.

Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia, precyzującego w/w okoliczności, które odzwierciedla przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy, a także naturę gwarancji:

„Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

- a. niewłaściwego użytkowania urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania;*
- b. mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;*
- c. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);*
- d. jakiegokolwiek ingerencji osób trzecich;*
- e. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie, stan wojenny, itp.);*
- f. normalnego zużycia dostarczonych elementów a zwłaszcza akcesoriów”.*

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść §11 ust. 5 wzoru umowy poprzez dodanie punktu 4. w brzmieniu: „4) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie, stan wojenny).”

Pytanie nr 48 – dotyczy §11 ust.31 wzoru umowy:

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje zmianę § 11 ust. 31 i wskazanie, że



uprawnienie do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi powinno więc odpowiadać okresowi udzielanej rękojmi.

Dodatkowo wskazujemy, że zastosowanie instytucji rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest niekorzystne i niecelowe również dla Zamawiającego. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy wobec tego dodanie następującego postanowienia do § 11 ust. 31:

„Strony wyłączają prawo do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów o rękojmi.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 49 – dotyczy §12 ust.6 wzoru umowy:

Wykonawca wnosi o wykreślenie z postanowienia frazy „czy zużytych”.

Istotą gwarancji jest złożenie przez gwaranta zapewnienia, że dana rzecz jest dobrej jakości i tym samym nadaje się do normalnego funkcjonowania, jakiego można od tej rzeczy oczekiwać w kontekście jej użytkowego przeznaczenia. Gwarancja chroni kupującego na wypadek wad fizycznych rzeczy, nie zaś jej zużycia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50 - dotyczy §13 ust. 2 wzoru umowy:

Prosimy o usunięcie postanowienia projektu umowy uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy.

Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51 – dotyczy §13 ust. 8 wzoru umowy:

Określenie górnego limitu naliczenia kary umownej na tak wysokim poziomie w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty,



czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. W związku z powyższym proponujemy obniżenie górnego limitu naliczenia kary umownej maksymalnie do wysokości 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego umową.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 52 – dotyczy §14 ust. 5 wzoru umowy:

Zgodnie z wcześniejszymi uwagami Wykonawca ponosi odpowiedzialność kontraktową na zasadzie winy, co jest uwarunkowane przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawy Pzp. Jednocześnie zauważyć należy, że do utraty dotacji może dojść na skutek różnych okoliczności, w tym także takich, na które Wykonawca nie ma wpływu i za które nie ponosi odpowiedzialności. Samo odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie determinuje zaś związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy zerwaniem kontraktu a szkodą w postaci utraty dotacji. Przykładowo sam Zamawiający może przyczynić się do utraty dofinansowania, nie przestrzegając zapisów umowy zawartej z Ministerstwem. W związku z powyższym, odpowiedzialność Wykonawcy za utratę dotacji powinna być determinowana zasadami ogólnymi.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację ww. postanowienia stosownie do poniższej propozycji:

„Wykonawca w razie odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy lub odstąpienia przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych za całość albo część utraconej z winy Wykonawcy dotacji, otrzymanej przez Zamawiającego z Ministerstwa Zdrowia.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 53 – dotyczy treści umowy:

W związku z tym, że w dokumentacji nie uwzględniono wspomnianej w §23 ust. 2 pkt. 3 umowy powierzenia („załącznik 3”), Wykonawca zwraca się z prośbą o umożliwienie negocjacji treści uppdo na etapie realizacji zamówienia lub uzupełnienie dokumentacji z umożliwieniem zadania dodatkowych pytań.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia Załącznik nr 3 do umowy oraz umożliwia zadanie dodatkowych pytań w odniesieniu do udostępnionego dokumentu.



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Pytanie nr 54 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy zamawiającego o udostępnienie dokumentacji budowlanej pomieszczeń w których planowana jest instalacja nowego CT. Dokumentacja musi zawierać dokładne wymiarowanie pomieszczeń przeznaczonych pod inwestycję. Prosimy o udostępnienie plików w formacie *.dwg oraz *.pdf

Odpowiedź: Zamawiający ze względu na objętość dokumentacji umożliwi wgląd w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobami wskazanymi do kontaktu w SWZ, w dniach roboczych w godzinach 8:00 – 14:00.

Pytanie nr 55 - dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy zamawiającego o udostępnienie dokumentacji budowlanej zawierającej informację jak zbudowana jest podłoga i sufit pomieszczenia w których planowana jest instalacja nowego CT. Mamy na myśli materiały z jakiego wykonane są stropy i podłogi, ich wytrzymałość itp.

Odpowiedź: Zamawiający ze względu na objętość dokumentacji umożliwi wgląd w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobami wskazanymi do kontaktu w SWZ, w dniach roboczych w godzinach 8:00 – 14:00.

Pytanie nr 56 - dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy Zamawiającego o informację funkcję pełnią pomieszczenia umieszczone bezpośrednio pod i nad projektowaną pracownią CT?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nad Pracownią CT znajdują się sale Oddziału Chorób Wewnętrznych, natomiast pod znajduje się Apteka Zakładowa.

Pytanie nr 57 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że po stronie wykonawcy jest demontaż nieniszczący istniejącego CT a Zamawiający wskaże Wykonawcy gdzie należy zmagazynować zdemontowany CT.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zapisy w tym zakresie znajdują się w OPZ część 2, Działanie 2, punkt 1a (Załącznik nr 3b do SWZ).

Pytanie nr 58 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o udostępnienie edytowalnej wersji dokumentacji pomieszczeń przeznaczonych dla instalacji nowego CT.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada dokumentacji w wersji edytowalnej.

Sekretariat: 91/ 578 92 03
Fax.: 91/ 391 18 83
e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego
97 1130 1176 0022 2031 5920 0005
www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710
REGON: 000304562
KRS: 0000005388
Rejestr Wojewody: 000000017670
BDO:000108337



Pytanie nr 59 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o informację jakie parametry radiologiczne posiadają istniejące w pracowni drzwi? Prosimy o podanie ich ekwiwalentu Pb. Drzwi sterowni, wejściowe oraz do pomieszczenia znajdującego się za gantry w istniejącej pracowni CT.

Odpowiedź: Wymienione drzwi posiadają ekwiwalent Pb równy 2mm.

Pytanie nr 60 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy Zamawiającego o informację o ekwiwalencie Pb zamontowanej szyby między istniejącą pracownią CT a sterownią.

Odpowiedź: Okno jest wzmocnione równoważnikiem 2mm Pb.

Pytanie nr 61 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Czy Zamawiający życzy sobie wymiany tych drzwi na nowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wymiany drzwi na nowe.

Pytanie nr 62 – dotyczy prac adaptacyjnych

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał wymiany istniejącej stolarki okiennej.

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał wymiany istniejącej stolarki okiennej.

Pytanie nr 63 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o potwierdzenie, że infrastruktura elektroenergetyczna szpitala zapewnia zapotrzebowanie mocy 100KVA niezbędnej do zasilenia projektowanej pracowni CT?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że posiada zapas mocy dla podłączenia urządzenia TK dla rozdzielni głównej zlokalizowanej w budynku, w którym mieści się Pracownia TK.

Pytanie nr 64 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o informację jakiej długości jest główny kabel zasilający pracownię CT licząc od głównego punktu zasilania na piętrze do tablicy rozdzielczej w sterowni. Prosimy o podanie parametrów tego kabla tj. średnicę, rodzaj materiału, ilość żył.

Odpowiedź: Długość kabla wynosi do 50 mb. Obecnie używane kable do zasilania tomografu komputerowego mają parametry: średnica - 7,3 mm, rodzaj materiału- YLY, ilość żył – 5.



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Pytanie 65 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wymiany istniejącego kabla zasilającego na nowy?

Odpowiedź: Obecnie sterownia przystosowana jest do poboru mocy dla urządzenia do 80KVA. Jeżeli nie spełnia wymogów to Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wymiany istniejącego kabla zasilającego na nowy. Zgodnie z OPZ część 2 Działanie 2 punkt 1)d (Załącznik nr 3b do SWZ).

Pytanie nr 66 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonania nowej instalacji wentylacyjnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy wykonania nowej instalacji wentylacyjnej.

Pytanie nr 67 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Jeżeli odpowiedź na poprzednie pytanie jest NIE, to prosimy o potwierdzenie, że istniejąca wentylacja spełnia wymogi dla pracowni CT i prosimy o udostępnienie ostatnich lub aktualnych raportów z pomiarów wydajności wentylacji z rozmieszczeniem nawiewów i wywiewów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wentylacja dla pomieszczeń TK spełnia aktualne wymagania.

Pytanie nr 68 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający będzie wymagał zainstalowania centrali wentylacyjnej z funkcją nawilżania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zainstalowania centrali wentylacyjnej z funkcją nawilżania.

Pytanie nr 69 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Czy Zamawiający dopuszcza przebieg kanałów oraz wyrzutni z centrali wentylacyjnej po elewacji budynku?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 000000017670

BDO:000108337



Pytanie nr 70 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o wskazanie, które pomieszczenia przeznaczone pod instalację nowego CT mają być klimatyzowane. Jeśli klimatyzacja będzie wymagana, to gdzie zamawiający pozwoli zainstalować jednostki zewnętrzne.

Odpowiedź: Klimatyzatory mają być zamontowane w pracowni TK wraz ze sterownią. Zamawiający wyraża zgodę na zainstalowanie jednostki zewnętrzne po drugiej stronie budynku, na postumencie na ziemi.

Pytanie nr 71 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Czy w okresie gwarancji urządzeń klimatyzacyjnych Zamawiający oczekuje świadczenie usługi konserwacji urządzeń zgodnie z wymogami producentów w cenie oferty?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje.

Pytanie nr 72 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o informację w jakiej odległości od pracowni CT znajduje się lokalny punkt dystrybucyjny do którego będzie możliwość ewentualnego wpięcia rozbudowanej instalacji sieci komputerowej?

Odpowiedź: Lokalny punkt dystrybucyjny znajduje się w odległości maksymalnie 50 metrów od pracowni CT.

Pytanie nr 73 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje odpowiednią ilością miejsca (portów w istniejących urządzeniach aktywnych) w istniejącym punkcie dystrybucyjnym IT, dla wpięcia projektowanej instalacji komputerowej. Czy Zamawiający wymaga instalacji nowych urządzeń aktywnych? (routery, switchy). Jeśli tak, to prosimy o szczegółową specyfikację wymaganych urządzeń. Prosimy o informację w jakiej technologii należy wykonać sieć IT w pracowni.

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje odpowiednią ilością miejsca (portów w istniejących urządzeniach aktywnych) w istniejącym punkcie dystrybucyjnym IT. Zamawiający nie wymaga wymiany nowych urządzeń aktywnych.

Pytanie nr 74 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Czy w adaptowanych pomieszczeniach pod urządzenie istnieje sprawna instalacja SSP, prosimy o podanie producenta istniejącej w obiekcie instalacji SSP.

Odpowiedź: Tak, istnieje sprawna instalacja producenta Schrack.



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Pytanie nr 75 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy Zamawiającego o informację czy nowo instalowane czujki p.poż. w pracowni CT mają być wpięte do obecnej centrali p.poż.

Odpowiedź: Tak, jeżeli w ocenie Wykonawcy będzie to konieczne.

Pytanie nr 76 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy Zamawiającego o informację, w przypadku konieczności wpięcia, w jakiej odległości od pracowni znajduje się obecna centrala p.poż., do której będzie możliwość wpięcia nowych czujek p.poż.?

Odpowiedź: Obecna centrala p.poż. znajduje się w odległości do 50 metrów od pracowni CT.

Pytanie nr 77 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy Zamawiającego o informację czy obecna centrala p.poż. umożliwi rozbudowę o dodatkowe pętle? Jeśli nie, prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dostawy nowej dedykowanej centrali p.poż. lub rozbudowania istniejącej?

Odpowiedź: Tak, umożliwia.

Pytanie nr 78 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wykonania instalacji gazów medycznych w nowej pracowni CT? Jeśli tak prosimy o podanie jakiego typu gazy będą wymagane.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje modernizacji instalacji gazów medycznych.

Pytanie nr 79 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie brzmi tak, to prosimy o informację w jakiej odległości od pracowni CT znajduje się instalacja gazów medycznych do której będzie możliwość wpięcia nowej instalacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje modernizacji instalacji gazów medycznych.

Pytanie nr 80 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie zgody na uruchomienie instalowanego CT z Sanepidu należy do Zamawiającego.

Odpowiedź: Opis Przedmiotu Zamówienia wskazuje, że obowiązek ten leży po stronie Wykonawcy.

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2051 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 000000017670

BDO:000108337



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Pytanie nr 81 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Czy zamawiający będzie wymagał remontu pomieszczeń towarzyszących np. łazienka, przebieralnia, pomieszczenie socjalne, itp.? Jeżeli tak to prosimy o podanie zakresu prac.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga remontu pomieszczeń towarzyszących.

Pytanie nr 82 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Czy Zamawiający wymaga wymiany istniejącego oświetlenia na LED.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 83 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż czas który jest niezbędny na uzyskanie zezwolenia na uruchomienie pracowni CT przewidzianego na realizację zadania. Zwracamy uwagę, iż ani Zamawiający ani Wykonawca nie ma wpływu na czas wydania decyzji administracyjnych.

Odpowiedź: Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszystkie wymagane decyzje administracyjne. Organy administracyjne działają zgodnie z zapisami kodeksu postępowania administracyjnego, i czas ich działania będzie podlegał ocenie Zamawiającego.

Pytanie nr 84 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia w których planowana jest instalacja CT po podpisaniu umowy bez zbędnej zwłoki.

Odpowiedź: Realizując dostawę Wykonawca musi uwzględnić fakt, iż pracownia będzie funkcjonowała i realizowała usługi medyczne, a okres jej wyłączenia z eksploatacji nie może być dłuższy niż 30 dni. W tym okresie Wykonawca będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń, w którym planowana jest instalacja CT.

Pytanie nr 85 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie na stronie postępowania przetargowego aktualnego projektu osłon stałych dla istniejącego CT.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni aktualny projekt osłon stałych dla istniejącego CT.

Pytanie nr 86 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy jest wykonanie aktualnego projektu osłon stałych.

Sekretariat: 91/ 578 92 03
Fax.: 91/ 391 18 83
e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego
97 1130 1176 0022 2031 5920 0005
www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710
REGON: 000304562
KRS: 0000005388
Rejestr Wojewody: 000000017670
BDO:000108337



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że po stronie Wykonawcy jest wykonanie aktualnego projektu osłon stałych.

Pytanie nr 87 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o wyłączenie z zakresu obowiązków Wykonawcy uzyskanie wszelkich zgód administracyjnych z uwagi na krótki czas realizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu obowiązków Wykonawcy uzyskanie wszelkich zgód administracyjnych.

Pytanie nr 88 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Czy Zamawiający oczekuje wykonania dokumentacji technicznej? Jeśli tak, to prosimy o wyszczególnienie jakiej?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wykonania niezbędnej dokumentacji technicznej w zakresie pozwalającym na eksploatację urządzenia.

Pytanie nr 89 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy Zamawiającego o wyszczególnienie zakresu prac adaptacyjno-budowlanych jakich oczekuje do wykonania przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ część 2 Działanie 2 punkt 1) (Załącznik nr 3b do SWZ).

Pytanie 90 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy Zleceniodawcę o dokładną specyfikację tych prac.

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ część 2 Działanie 2 punkt 1) (Załącznik nr 3b do SWZ).

Pytanie nr 91 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy zleceniodawcę o kontakty do osób z IT oraz IOR.

Odpowiedź:

Kontakt możliwy za pośrednictwem Pracowników Działu Techniczno - Gospodarczego na adres i numer wskazany w dokumentacji postępowania.

Pytanie nr 92 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o wskazanie drogi dostawy. Jeśli na drodze dostawy jest winda to prosimy o podanie parametrów tej windy tzn. udźwig oraz długość, szerokość i wysokość.

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2051 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 000000017670

BDO:000108337



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Odpowiedź: Droga dostawy urządzenia jest bez konieczności korzystania z windy. Droga dostawy przez garaż budynku H (SOR) korytarzem do budynku A, w którym zlokalizowana jest Pracownia CT.

Pytanie nr 93 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Czy Zamawiający w razie konieczności zapewni serwis do windy.

Odpowiedź: Droga dostawy bez konieczności korzystania z windy. W przypadku zaistnienia takiej konieczności Zamawiający zapewni serwis do wind.

Pytanie nr 94 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Czy zamawiający udostępni niezbędne miejsce parkingowe do rozładunku.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający udostępni niezbędne miejsce parkingowe do rozładunku.

Pytanie nr 95 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na plastikowe kanały kablowe czy życzy sobie kanałów wpuszczonych w podłogę?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na plastikowe kanały. Podłączenie urządzenia powinno odbyć się z wykorzystaniem istniejącego kanału w odniesieniu do informacji jaka została przekazana podczas wizji lokalnej.

Pytanie nr 96 – dotyczy prac adaptacyjnych:

Czy Zamawiający życzy sobie wykonania sufitów podwieszanych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania sufitów z wykorzystaniem paneli typu Armstrong bez konieczności wykonania podwieszanych sufitów.

Pytanie nr 97 – dotyczy treści SWZ, rozdział IV pkt. 19, Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 10 do SWZ:

Zamawiający w rozdziale IV SWZ, pkt. 19 nie przewiduje zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy PZP. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o odstąpienie od konieczności złożenia oświadczenia na załączniku nr 10 do SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu złożenia oświadczenia określonego w Załączniku nr 10 do SWZ.

Sekretariat: 91/ 578 92 03
Fax.: 91/ 391 18 83
e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego
97 1130 1176 0022 2031 5920 0005
www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710
REGON: 000304562
KRS: 0000005388
Rejestr Wojewody: 000000017670
BDO:000108337



Pytanie nr 98 – dotyczy załącznika nr 2a do SWZ:

W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia obejmuje dostawy sprzętu i usługi, które są opodatkowane różnej wysokości stawkami VAT, prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca będzie miał możliwość modyfikacji tabeli cenowej i dokonania podziału pozycji w niej zawartych poprzez wyszczególnienie różnych stawek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tabeli cenowej, zgodnie z zaproponowanym schematem, z zastrzeżeniem, iż ocenie podlegać będzie łączna wartość brutto oferty.

Pytanie nr 99 – dotyczy SWZ, rozdział XI pkt. 4:

Czy Zamawiający poprawi oczywistą omyłkę pisarską i usunie z SWZ zapis dotyczący wstrzymania terminu związania ofertą w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert? W obecnym stanie prawnym termin związania w takim przypadku nie ulega zawieszeniu.

Odpowiedź: Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę i usuwa ww. zapis.

Pytanie nr 100 – dotyczy SWZ, rozdział XXI, pkt. 14:

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga dostarczenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, jedynie dla głównego przedmiotu zamówienia (tj. tomografu komputerowego), z wyłączeniem wyposażenia dodatkowego a tym bardziej usług?

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotowych środków dowodowych w zakresie sprzętów/urządzeń ujętych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, z wyłączeniem usług.

Pytanie nr 101 – dotyczy SWZ, rozdział XXI, pkt. 14:

Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy/Podmiotu posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego tomografu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 102 – dotyczy SWZ:

W związku z rozwojem możliwości zdalnego wsparcia funkcjonowania aparatury medycznej prosimy o potwierdzenie umożliwienia łączności z aparatami będącymi przedmiotem postępowania¹ przy użyciu tunelu VPN z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 4Mbps (Upload/Download). Przyjęta przez Producenta strategia zapewnienia szeroko rozumianego wsparcia w użytkowaniu oraz serwisowaniu aparatury medycznej wymaga zapewnienia takiego łącza, którego poziom bezpieczeństwa jest zgodny z najwyższymi standardami rynkowymi. Wykorzystanie wspomnianego łącza umożliwia zarówno znaczne skrócenie czasu związanego z wszelkimi awariami (poprzez zdalną diagnostykę oraz naprawę), szybkie zapewnienie wszelkiego wsparcia aplikacyjnego oraz bieżące aktualizacje oprogramowania, również w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wpisuje się to w dyrektywę unijną NIS2 gdzie podmioty kluczowe i ważne powinny przyjąć szeroki wachlarz podstawowych praktyk dotyczących cyberhigieny.

¹- dotyczy tylko tych aparatów, gdzie technicznie możliwe jest podłączenie zdalnej łączności.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza możliwość połączenia z aparatami przy użyciu szyfrowanego tunelu VPN o przepustowości minimum 4Mbps.

Pytanie nr 103 – dotyczy załącznika nr 9 do SWZ, §1 ust. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „*Przedmiot umowy stanowi dostawa wraz z montażem i adaptacją pomieszczeń oraz uzyskaniem zgody na użytkowanie fabrycznie nowego, kompletnego, posiadającego wszelkie instrukcje w języku polskim, oznakowane znakiem CE oraz dokumenty zarejestrowane zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 974) Tomografu Komputerowego (nazwa) (model), o wymaganych granicznych parametrach technicznych wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy (Załącznik nr 3a i 3b do SWZ) oraz Ofertą Wykonawcy z dnia....., stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy wraz z niezbędnym sprzętem/urządzeniami, oprogramowaniem i wyposażeniem Pracowni Tomografu Komputerowego (Pracowni TK).*”? Ustawa w wyrobach medycznych z 2010 roku już nie obowiązuje.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis §1 ust. 1 wzoru umowy poprzez zamianę ustawy z dnia 20 maj 2010 roku o wyrobach medycznych na ustawę z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 974 ze zm.).



Pytanie nr 104 – dotyczy załącznika nr 9 do SWZ, §1 ust. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: *„Wykonawca ponosi na zasadach kc odpowiedzialność, w tym finansową, za utratę dofinansowania inwestycji pn. „Modernizacja i doposażenie SOR w Stargardzie poprzez zakup TK oraz przebudowę Oddziału ratunkowego”, jego zmniejszenie lub nałożenie korekt do dofinansowania przez instytucję dofinansującą, jeśli będzie to wynikiem nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy lub opóźnienia w jego realizacji.”?*

Prosimy o dodanie celem doprecyzowania, że odpowiedzialność wykonawcy oparta jest na zasadach wynikających z kc, w tym na zadzie winy, adekwatnego związku przyczynowego, przyczynienia się poszkodowanego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 105 – dotyczy załącznika nr 9 do SWZ, §4 ust. 18 pkt. 2):

Czy Kupujący dopuszcza reakcję zdalną serwisu w postaci diagnostyki z wykorzystaniem połączenia internetowego i telefonicznego? Czas 24 godzin nie może być zachowany, jeżeli dniem następnym po zgłoszeniu jest święto lub dzień ustawowo wolny od pracy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość naprawy urządzenia w formie połączenia zdalnego.

Pytanie nr 106 - dotyczy załącznika nr 9 do SWZ, §4 ust. 18 pkt. 7) i §11 ust. 15 pkt. 7):

Prosimy o rezygnację z tego wymagania, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu w odpowiedzi na pytanie 44. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację, z zastrzeżeniem, że musi zostać zapewniona ciągłość pracy na zasadach określonych gwarancją.

Pytanie nr 107 – dotyczy załącznika nr 9 do SWZ, §4 ust. 18 pkt. 7), §11 ust. 15 pkt. 7):

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie zwracam się z prośbą o modyfikację zapisu na: *„nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu/urządzenia: w przypadku stwierdzenia wad elementu zestawu lub podzespołu najpóźniej po*



trzeciej naprawie tego samego elementu zestawu lub podzespołu następuje wymiana na fabrycznie nowy sprzęt/urządzenie/podzespół”.?

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie nr 108 – dotyczy załącznika nr 9 do SWZ, §13 ust. 5:

Wnosimy o wykreślenie w/w zapisu z projektu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 109 – dotyczy załącznika nr 9 do SWZ, §13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w/w paragrafu zapisu o treści: „Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom”?

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywowującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 110 – dotyczy załącznika nr 9 do SWZ, §14 ust. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych powyżej Strony zwracają sobie wzajemnie świadczenia. W pozostałych przypadkach Wykonawcy należy się wynagrodzenie po pomniejszeniu o realnie odniesione korzyści Zamawiającego przez okres korzystania z Tomografu Komputerowego wraz z niezbędnym



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

sprzętem/urządzeniami, oprogramowaniem i wyposażeniem (pod uwagę bierze się tylko ten czas, w którym Zamawiający mógł z Tomografu Komputerowego korzystać).”?

Prosimy o zmianę. Pierwotne brzmienie w sposób niegodny z prawem i idea odstąpienia modyfikuje wzajemne rozliczenia stron.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 111 – dotyczy SWZ:

Mając na uwadze dobro zamawiającego, ciągłość pracy szpitala i działanie w sposób jak najmniej uciążliwy ze względu na specyfikę prac adaptacyjnych i krótki czas na realizację zadania, prosimy Zamawiającego o zmianę terminu wykonania umowy, liczonego nie od daty podpisania umowy, a od daty przekazaniem pomieszczeń. Jednocześnie zapewniamy, że wszelkie prace zostaną wykonane z zachowaniem maksymalnych możliwych starań, aby w jak najmniejszym stopniu wpływały na normalne funkcjonowanie szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 112 – dotyczy SWZ:

Prosimy o wykreślenie wymogu dostarczenia decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na stosowanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące aparatu konieczne do odbioru przez PWIS. Tomograf komputerowy oraz pracownia wymagają zezwolenia na użytkowanie wydanego przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, jednak formalnie stroną wnioskującą do PWIS jest zgodnie z przepisami właściciel i użytkownik aparatu, a nie dostawca. Również dokumenty stanowiące załącznik do wniosku tylko w części dotyczą aparatu i są w gestii dostawcy sprzętu. W związku z powyższym prosimy o zmianę wymagań na następujące: „Przekazanie do użytkowania wraz wykonaniem testów akceptacyjnych po uruchomieniu Tomograf komputerowy i wszystkich wymaganych pomiarów oraz dostarczenie atestów, certyfikatów i innych dokumentów dotyczących urządzenia w tym projekcie ochrony radiologicznej, a niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego zezwolenia na użytkowanie wydawanego przez PWIS”. Tym samym prosimy o wyłączenie z terminu realizacji przedmiotu Umowy, czasu niezbędnego na uzyskanie zgody na użytkowanie aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Sekretariat: 91/ 578 92 03
Fax.: 91/ 391 18 83
e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego
97 1130 1176 0022 2031 5920 0005
www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710
REGON: 000304562
KRS: 0000005388
Rejestr Wojewody: 00000017670
BDO:000108537



Pytanie nr 113 – dotyczy SWZ:

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie projektu ochrony radiologicznej dla istniejącej pracowni.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni projekt.

Pytanie nr 114 – dotyczy SWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by całość lub część wynagrodzenia należnego Wykonawcy było realizowane przez rachunek rozliczeniowy zgłoszony do właściwego organu podatkowego i znajdującego się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U.2018.2174 z późn. zm), którego właścicielem byłby podmiot inny niż Wykonawca (precyzując np. właścicielem byłby podwykonawca w zakresie dostawy sprzętu medycznego). Zastosowanie takiego rozwiązania ma na celu ochronę interesów podwykonawcy (dostawcy sprzętu medycznego) nie będącego podwykonawcą robót budowlanych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 115 – dotyczy zapisów SWZ:

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie aktualnego projektu osłon stałych dla istniejącej pracowni tomografii komputerowej.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni projekt.

Pytanie nr 116 – dotyczy zapisów SWZ:

Mając na uwadze zapis: „wykonanie niezbędnego zasilania i montaż urządzenia Tomografu Komputerowego wraz ze wszystkimi urządzeniami współpracującymi z aparatem oraz wszelkich instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalowanych urządzeń” Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie zgodnie z informacjami uzyskanymi na wizji lokalnej która odbyła się w dniu 13.03.2024, iż to Zamawiający zapewni linię zasilającą o odpowiedniej mocy tj. 70kV z rozdzielni głównej która doprowadzi prąd do rozdzielni tomografu. Po stronie dostawcy będzie dostarczenie nowej tablicy koniecznej do pracy aparatu, jej podłączenie oraz wykonanie niezbędnych pomiarów.

Odpowiedź: Obecnie sterownia przystosowana jest do poboru mocy dla urządzenia do 80KVA. Jeżeli linia zasilająca/rozdzielnia zasilająca tomograf komputerowy nie spełnia wymogów to Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wymiany istniejącego kabla zasilającego/rozdzielnię zasilającą tomograf komputerowy na nowy. Zgodnie z OPZ część 2 Działanie 2 punkt 1)d (Załącznik nr 3b do SWZ).



Pytanie nr 117 – dotyczy zapisów SWZ:

Czy w związku z tym, iż potencjalny wykonawca posiadający wieloletnie doświadczenie w branży zajmującej się montażem klimatyzacji posiada Certyfikat dla przedsiębiorców wydany przez Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie z wymaganiami art.30 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia aktualnego zezwolenia licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej?

Odpowiedź: Zamawiający w opisanej wyżej sytuacji odstąpi od wymogu dostarczenia aktualnego zezwolenia licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Pytanie nr 118 – dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający dopuści potencjalnego Wykonawcę, który posiada referencje na dostawę wysokospecjalistycznych Aparatów do diagnostyki obrazowej, a dokładnie Rezonansu Magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń o wartości 4 995 302,80 zł oraz dostawę dwóch Tomografów Komputerowych - jeden o wartości 2 200 000,00 zł z zabudową kontenerową, drugi o wartości 2 785 487,11 zł wraz z adaptacją pomieszczeń?

Łączna wartość referencji w zakresie dostaw wysokospecjalistycznego sprzętu do diagnostyki obrazowej w tym przypadku wynosi 9 980 789,91 zł.

Prosimy wziąć pod uwagę, iż nie zawsze łączna wartość referencji – w tym przypadku na TK świadczy o braku doświadczenia firmy, która dostarcza i instaluje wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny w podmiotach leczniczych.

Ustalenie wartości wymaganych referencji jest kwestią umowną jedna referencja niższa niż wymagana przez Zamawiającego nie świadczy o braku doświadczenia w zakresie dostaw i instalacji TK. Z kolei druga przewyższa wartość wymaganą przez Zamawiającego.

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 8 maja 2019 r., sygn. KIO 744/19 „Sposób określenia warunków udziału w postępowaniu ma na celu doprowadzenie do wyboru wykonawcy, który obiektywnie jest zdolny do należytego wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w treści SIWZ. Podkreślić należy, że warunki udziału określone w danym postępowaniu kształtują pewien wzorzec wykonawcy, któremu Zamawiający może powierzyć realizację zamówienia. Wzorzec ten określają cechy dobrane w sposób obiektywny - powiązany z przedmiotem zamówienia i do niego proporcjonalny, zapewniający dostęp do zamówienia tylko tym wykonawcom, którzy gwarantują Zamawiającemu, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z celem danego



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

postępowania.”. Jednocześnie KIO w wyroku z dnia 16 sierpnia 2019 r., sygn. KIO 1500/19 wskazała, że: *„stosując zasadę proporcjonalności przy ustanawianiu warunków udziału w postępowaniu Zamawiający ma obowiązek takiego ich opisanie, aby były one uzasadnione: wartością zamówienia, charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności lub warunkami realizacji zamówienia. Zamawiający musi mieć także na uwadze, aby ich konstrukcja nadmiernie nie ograniczyła konkurencji. Ograniczenie to dopuszczalne jest jedynie w jak najmniejszym stopniu, tj. tylko takim, który jest niezbędny i odpowiedni do osiągnięcia celu.”*. Przekładając powyższe na grunt niniejszego postępowania pragnę zauważyć, iż wymaganie wykonania dostawy dwóch Tomografów Komputerowych o wartości 2 500 000,00 zł doprowadzi do nadmiernego ograniczenia konkurencji na niekorzyść zamawiającego i uniemożliwi udział wykonawcy, który w obiektywny sposób dysponuje wystarczającym dla niniejszego zamówienia doświadczeniem. Wykonanie dostawy Tomografu Komputerowego co do zasady nie wymaga odmiennego doświadczenia niż dostawa Rezonansu Magnetycznego. Jednocześnie z uwagi na fakt, iż finansowanie niniejszego zamówienia jest przewidziane w wysokości 2 983 902,50 zł, to wydaje się, że obiektywnie wystarczającym będzie doświadczenie w zakresie dostawy sprzętu o wartości 2 200 000,00 zł, a więc o wartości 73,7% niniejszego zamówienia. Warto tu też wskazać, że KIO w wyroku z dnia 8 marca 2019 r. KIO 311/19 stwierdziła, że: *„rolą zamawiającego opisującego warunki udziału w postępowaniu jest z jednej strony określenie ich na poziomie proporcjonalnym do przedmiotu zamówienia i minimalnym, tak aby zapewnić w postępowaniu jak najszerszą konkurencję, z drugiej zaś strony - na poziomie umożliwiającym ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia i realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Zamawiający musi więc wyważyć obie te potrzeby i opisać warunki udziału w postępowaniu w taki sposób, aby zaspokoić każdą z nich. W tym celu niezbędna jest analiza tego, jakie m.in. doświadczenie czy kwalifikacje osób skierowanych do realizacji zamówienia, są niezbędne do jego należytego wykonania. Przy czym „niezbędność” należy rozumieć jako taki minimalny poziom wymagań, bez którego wykonawca nie będzie w stanie wykonać należycie zamówienia.”*.

Niewątpliwie bardzo ważnym aspektem w tej kwestii jest również **Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. ROZDZIAŁ II, Przepisy ogólne, Artykuł 18**

Zasady udzielania zamówień

1. Instytucje zamawiające zapewniają równe i niedyskryminacyjne traktowanie wykonawców oraz działają w sposób przejrzysty i proporcjonalny.

Sekretariat: 91/ 578 92 03
Fax.: 91/ 391 18 83
e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego
97 1130 1176 0022 2031 5920 0005
www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710
REGON: 000304562
KRS: 0000005388
Rejestr Wojewody: 000000017670
BDO:000108337



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Zamówień nie organizuje się w sposób mający na celu wyłączenie zamówienia z zakresu zastosowania niniejszej dyrektywy lub sztuczne zawężanie konkurencji. Uznaje się, że konkurencja została sztucznie zawężona, gdy zamówienie zostaje zorganizowane z zamiarem nieuzasadnionego działania na korzyść lub niekorzyść niektórych wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 119 – dotyczy zapisów SWZ:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu złożenia dokumentu JEDZ w odniesieniu do podmiotu udostępniającego zasoby, ponieważ podmiot ten będzie podwykonawcą i będzie realizować jedynie nieznaczną część zamówienia, za którą ostatecznie odpowiedzialność będzie ponosił wybrany Wykonawca.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu.

Pytanie nr 120 – dotyczy § 1 wzoru umowy Przedmiot zamówienia pkt. 4:

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis w powyższym nie dotyczy kwestii niezależnych od Wykonawcy, w przypadku przedłużenia spraw administracyjnych - np. opiniowanie projektu osłon stałych. Również Zamawiający powinien jako użytkownik sam wystąpić do PWIS z wnioskiem o zezwolenie na użytkowanie TK. Wykonawca nie ma takich uprawnień w tym zakresie. Dokumenty stanowiące załącznik do takiego wniosku w tylko w części dotyczą samego aparatu i są w gestii dostawcy. W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od odpowiedzialności w kwestii terminu na uzyskanie zgody na użytkowanie aparatu wydanej przez PWIS.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za nieprawidłowe wykonanie przedmiotu umowy lub opóźnienie spowodowane działaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 121 – dotyczy § 1 wzoru umowy Przedmiot zamówienia pkt. 6:

Proszę o określenie min terminu akceptacji harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Odpowiedź: Minimalny termin akceptacji harmonogramu przez Zamawiającego to 3 dni robocze.

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 000000017670

BDO:000108337



Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Pytanie nr 122 – dotyczy § 4. Dostawa Tomografu wraz z niezbędnym sprzętem i oprogramowaniem pkt. 11:

Prosimy o zmianę tego zapisu, iż sam wniosek zostanie złożony przez Zamawiającego, natomiast Wykonawca przekaże wszystkie inne dokumenty wymagane do tego wniosku, czyli Projekt OR, atesty, certyfikaty oraz dokumenty dotyczące urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stargardzie

Krzysztof Kowalczyk

Sekretariat: 91/ 578 92 03
Fax.: 91/ 391 18 83
e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego
97 1130 1176 0022 2031 5920 0005
www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710
REGON: 000304562
KRS: 0000005388
Rejestr Wojewody: 00000017670
BDO:000108337