

DZP.ŁG.282.12.2023

Sopot, dnia 04.09.2023 roku

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TRYB PODSTAWOWY – ZNAK: 12-TP-23

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu oraz wyposażenia medycznego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o.” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w podziale na 6 Pakietów – oferty częściowe.- znak 12-TP-23

1. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.2023.1605 ze zm.) – Zamawiający – w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców – udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Lp.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
1.	PAKIET NR 5 pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o przekątnej ekranu 12,1” i rozdzielczości 800x600 pikseli?	Zamawiający nie dopuszcza.
2.	PAKIET NR 5 – Kardiomonitor pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością monitorowania 3 i 7 odprowadzeń EKG, bez możliwości rozbudowy o funkcjonalność 12-odprowadzeniowego EKG?	Zamawiający nie dopuszcza.
3.	PAKIET Nr 5 pkt 4 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością monitorowania 6 odprowadzeń z kabla 3-żyłowego i możliwością monitorowania 7 odprowadzeń z kabla 5-żyłowego ?	Zamawiający podtrzymuje wymogi SWZ., w szczególności możliwość rozbudowy do 12 odprowadzeniowego EKG
4.	PAKIET nr 5 pkt 7 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z czasem pracy na zasilaniu akumulatorowym min 2 h?	Zamawiający nie dopuszcza
5	PAKIET nr 5 pkt 4 Czy zamawiający wymagać będzie w kardiomonitorze pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną z licznikiem bezdechu i alarmem w zakresie min. 5-55s?	W punkcie 4 Zamawiający nie postawił takich wymagań.
6	PAKIET nr 4 Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia pleców i uda za pomocą siłowników elektrycznych?	Zamawiający dopuszcza. Zmianie ulega załącznik nr 3.4 do SWZ
7	PAKIET nr 4 Czy Zamawiający dopuści 9 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?	Zamawiający z uwagi na termin rozliczenia dotacji nie dopuszcza zmiany maksymalnego terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
8	PAKIET nr 3 Dotyczy SWZ – Rozdz. XIV. Wzór umowy, § 7 „Wykonawca winien zapoznać się w niezbędnym do wykonania umowy zakresie z miejscem realizacji przedmiotu Zamówienia, w tym ze stanem faktycznym pomieszczeń przewidzianych do instalacji sprzętu w lokalizacji Zamawiającego...” Prosimy o udostępnienie zdjęć, wymiarów oraz rzutu technicznego pomieszczeń do których ma zostać dostarczony i zamontowany sprzęt z Pakietu 3.	Zamawiający zamieszcza rzut techniczny pomieszczeń, który staje się załącznikiem nr 6 do Wzoru Umowy w zakresie Pakietu nr 3.
9	Dotyczy SWZ – Rozdz. XIV. Wzór umowy, § 5 ust 3, § 8 ust 6, § 10 ust 1, 2, 3, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zainstalowanie, uruchomienie sprzętu i przeszkolenie z zakresu użytkowania i obsługi, także mycia, dezynfekcji i realizacji w dniu dostawy? Zazwyczaj dostawa połączona jest ze szkoleniem w	Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zainstalowanie, uruchomienie sprzętu i przeszkolenie z użytkowania, obsługi, mycia i dezynfekcji w dniu dostawy, pod warunkiem, że szkolenie odbędzie się o godz 12.00 (instalacja sprzętu powinna być odpowiednio wcześniej).

	siedzibie zamawiającego. 2 osobne dostawy mogą skutkować podwyższeniem ceny końcowej.	
10	<p>Dotyczy SWZ – Rozdz. XIV. Wzór umowy Zwracamy się z prośbą w § 10 ust 1, o doprecyzowanie ilości dodatkowych szkoleń dla personelu Zamawiającego. Producent / Dystrybutor oferuje 1 szkolenie w siedzibie Zamawiającego, które odbywa się w dniu dostawy i przekazania sprzętu. Każde kolejne szkolenie w siedzibie Zamawiającego jest szkoleniem dodatkowo płatnym. Jeżeli Zamawiający wymaga większej ilości szkoleń, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ich ilości, każde dodatkowe szkolenie może skutkować podwyższeniem ceny końcowej</p>	Zgoda Zamawiającego na 1 szkolenie w dniu dostawy
11	<p>Dotyczy SWZ – Rozdz. XIV. Wzór umowy, § 11 ust 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu gwarancji z 5 do 14 dni roboczych w przypadku sprowadzenia części zamiennych na terenie Polski i z 7 do 21 dni roboczych w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polki i UE? Zapewnienie terminu 5 i 7 dni może być niemożliwe do spełnienia, zwłaszcza w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta. Czas zdiagnozowania problemu na miejscu u Zamawiającego, ustalenie części zamiennych, zamówienie oraz sprowadzenie ich przy pomocy firm kurierskich już może grozić przekroczeniem podanych terminów.</p>	W zakresie Pakietów nr 1 i 3 Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy z 5 do 7 dni roboczych w przypadku sprowadzenia części zamiennych na terenie Polski i z 7 do 14 dni roboczych w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polki i UE. W przypadku pozostałych Pakietów dotychczasowe zapisy SWZ pozostają bez zmian Zmienia się zapis w Rozdz. XIV. Wzór umowy, § 11 ust 8.
12	<p>Dotyczy SWZ – Rozdz. XIV. Wzór umowy, § 11 ust 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu „... W przypadku naprawy trwającej odpowiednio dłużej niż 5/7 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zastępczego sprzętu na czas naprawy o tych samych lub podobnych parametrach. Zastępczy sprzęt musi charakteryzować się takimi samymi parametrami jak sprzęt naprawiany. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia zastępczego sprzętu o parametrach lepszych od pierwotnie oferowanych. Przy spełnieniu powyższego warunku Zamawiający odstąpi od naliczenia kary określonej w § 12 ust. 1 b) umowy.” Wiele firm i serwisów nie prowadzi wypożyczalni urządzeń ani sprzedaży produktów medycznych używanych. Podtrzymanie tego zapisu może spowodować znaczne ograniczenie liczby wykonawców mogących zrealizować zamówienie. Oczekiwanie dostępności sprzętu zastępczego w tak krótkim terminie powoduje konieczność posiadania urządzenia zastępczego co w przypadku tak specjalistycznej aparatury jest trudne do zapewnienia.</p>	W zakresie Pakietów nr 1 i 3 Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu. W przypadku pozostałych Pakietów dotychczasowe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zmienia się zapis w Rozdz. XIV. Wzór umowy, § 11 ust 8
13	<p>Dotyczy SWZ – Rozdz. XIV. Wzór umowy, § 11 ust 16 Czy Zamawiający zgodzi się na zmiany w zapisie „Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie nie może być dłuższy niż 72 godziny od zgłoszenia liczone w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (rozumiany jako przyjazd serwisanta do Zamawiającego i zapoznanie się ze stanem urządzenia). Wykonawca zapewnia możliwość zgłaszania awarii 24h/dobę przez cały rok za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. ” Na następujące „Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie</p>	Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany w zapisie poprzez dodanie diagnostyki zdalnej. Zmienia się zapis w Rozdz. XIV. Wzór umowy, § 11 ust 16.

	<p>nie może być dłuższy niż 72 godziny od zgłoszenia liczone w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (rozumiany jako diagnostyka zdalna). Wykonawca zapewnia możliwość zgłaszania awarii 24h/dobę przez cały rok za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie w godzinach pracy serwisu od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 15.”</p> <p>Wiele serwisów przeprowadza diagnostyki zdalne urządzeń posiadających oprogramowanie komputerowe. Pozwala to na szybką diagnostykę problemu i ustalenie konieczność sprowadzenia części zamiennych. Przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego diagnostyka urządzenia i ustalenie części zamiennych potrzebnych do wymiany, wymiana mogą znacznie wydłużyć czas naprawy urządzenia, zwłaszcza w konieczności sprowadzenia urządzenia do serwisu Wykonawcy i przeprowadzenia czynności naprawczych.</p>	
<p>14</p>	<p>Dotyczy SWZ – Rozdz. XIV. Wzór umowy, § 9 ust 1 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymogu w § 9 ust 1 pkt 3 dokumenty wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Jakich dokładnie dokumentów wymaga Zamawiający?</p>	<p>Zgodnie z zapisami Rozdz. XIV. Wzór umowy, § 9 ust 1 pkt 3: W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca prześle Zamawiającemu następujące dokumenty, sporządzone w języku polskim, odnoszące się do przedmiotu umowy lub jego elementów: 3. dokumenty wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Dokumenty te zostały wskazane w zał. nr 3.1.-3.6 do SWZ: Pakiety: 1,2,4,5,6 Deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyrobów medycznych (lub równoważne zgodnie z art. 105 ust. 3 i 4 ustawy PZP) Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że w przypadku Pakietów nr 2, 4, 5 już na etapie składania ofert w przedmiotowych środkach dowodowych wymienionych w rozdz. VI pkt II.2) SWZ powinna znajdować się informacja o tym, że zaoferowany sprzęt posiada powyżej wskazane dokumenty.</p> <p>Pakiet nr 4: Jeden z poniższych certyfikatów: - Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami lub - Certyfikat ISO 13485:2012 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych</p> <p>W każdym pakiecie zgodnie z zapisami pozostałych pkt § 9 Wzoru Umowy, w ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca prześle: paszport techniczny o ile jest wymagany, dokumentację techniczną sprzętu (DTR), instrukcje obsługi w języku polskim po jednym egzemplarzu w formie papierowej i elektronicznej, dokumenty licencji oprogramowania (o ile są wymagane), instrukcje/zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji, oświadczenie autoryzowanego serwisu lub producenta sprzętu dotyczące zasad wykonywania przeglądów technicznych, ich częstotliwości oraz pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego, wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji dla danego rodzaju sprzętu, oświadczenie</p>

	gwarancyjne (dokument gwarancji).
--	-----------------------------------

Do niniejszych wyjaśnień załącza się załączniki:

1. Zmodyfikowana treść Zał. nr 3.4, 3.6 oraz **Rozdz. XIV. Wzór umowy** do SWZ 12-TP-23

2. Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U.2022.1710 ze zm.) – zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1) W Rozdziale XIV Wzór Umowy § 11 ust 16:

BYŁO:

Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie nie może być dłuższy niż **72 godziny** od zgłoszenia liczone w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (rozumiany jako przyjazd serwisanta do Zamawiającego i zapoznanie się ze stanem urządzenia). Wykonawca zapewnia możliwość zgłaszania awarii 24h/dobę przez cały rok za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

JEST:

„Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie nie może być dłuższy niż **72 godziny** od zgłoszenia liczone w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (**rozumiany jako diagnostyka zdalna lub jako przyjazd serwisanta do Zamawiającego i zapoznanie się ze stanem urządzenia**). Wykonawca zapewnia możliwość zgłaszania awarii 24h/dobę przez cały rok za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie **w godzinach pracy serwisu od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 15.**”

2) W Rozdziale XIV Wzór Umowy § 20:

BYŁO:

Integralną część umowy stanowią:

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3. Załącznik nr 3 - Protokół zdawczo-odbiorczy (wzór)
4. Załącznik nr 4 - Protokół instalacji i szkolenia (wzór)
5. Załącznik nr 5 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (o ile dotyczy)

JEST:

Integralną część umowy stanowią:

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3. Załącznik nr 3 - Protokół zdawczo-odbiorczy (wzór)
4. Załącznik nr 4 - Protokół instalacji i szkolenia (wzór)
5. Załącznik nr 5 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (o ile dotyczy)
6. **Załącznik nr 6 -Rzut techniczny pomieszczeń (dotyczy Pakietu nr 3)**

3) W Rozdziale XIV Wzór Umowy §11 pkt 8

BYŁO:

Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE od daty zgłoszenia serwisu. W przypadku naprawy trwającej odpowiednio dłużej niż 5/7 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zastępczego sprzętu na czas naprawy o tych samych lub podobnych parametrach. Zastępczy sprzęt musi charakteryzować się takimi samymi parametrami jak sprzęt naprawiany. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia zastępczego sprzętu o parametrach lepszych od pierwotnie oferowanych. Przy spełnieniu powyższego warunku Zamawiający odstąpi od naliczenia kary określonej w § 12 ust. 1 b) umowy.

JEST: **(zmiana dotyczy tylko Pakietów nr 1 i 3)**

Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć **7 dni roboczych** od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i **14 dni roboczych** od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE od daty zgłoszenia serwisu. **W przypadku naprawy trwającej odpowiednio dłużej niż 5/7 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zastępczego sprzętu na czas naprawy o tych samych lub podobnych parametrach. Zastępczy sprzęt musi charakteryzować się takimi samymi parametrami jak sprzęt naprawiany. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia zastępczego sprzętu o parametrach lepszych od pierwotnie oferowanych. Przy spełnieniu powyższego warunku Zamawiający odstąpi od naliczenia kary określonej w § 12 ust. 1 b) umowy.**

4) Rozdział VIII „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT”, punkt 2

o treści:

„Termin składania ofert: do dnia 06.09.2023 r., do godz. 09:00 pod rygorem nieważności”

otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert: **do dnia 08.09.2023 r., do godz. 09:00** pod rygorem nieważności”

5) Rozdział VIII „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT”, punkt 4

o treści:

„Termin otwarcia ofert:

Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w trakcie posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 06.09.2023 roku o godz. 09:15

otrzymuje brzmienie:

„Termin otwarcia ofert:

Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w trakcie posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu **08.09.2023 roku o godz. 09:15**

6) Rozdział XI „INNE INFORMACJE”, ust. 2 „termin związania ofertą”, pkt 2.1,

o treści:

„2.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 05.10.2023 r.”

otrzymuje brzmienie:

„2.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **30 dni, tj. do dnia 07.10.2023 r.**”

Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu oraz wyposażenia medycznego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o.” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w podziale na 6 Pakietów – oferty częściowe (znak: 12-TP-23) - **nie zmienia się.**

PROKURENT
mgr Katarzyna Bilłhowska-Andrzejewska

Załączniki:

- 1) Załącznik 3.4 do SWZ po modyfikacji
- 2) Załącznik 3.6 do SWZ po modyfikacji omyłki (łóżka na stoły)
- 3) Wzór Umowy po modyfikacji wraz z zał. nr 6- Rzut techniczny Pomieszczeń (dotyczy Pakietu nr 3)

Specyfikacja Warunków Zamówienia – tryb podstawowy bez negocjacji – znak: 12-TP-23

ZAŁĄCZNIK NR 3.4

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 4 - Łóżko pacjenta elektryczne

Lp	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I	Producent	Podać	
II	Nazwa i typ	Podać	
III	Kraj pochodzenia	Podać	
IV	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)	Min. 2022 lub nowszy	
V	Zamawiana ilość	2 kpl.	
WYMAGANIA OGÓLNE			
	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany i wskazany do oceny	Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE
1	Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV	TAK, podać*	
2	Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2120 mm, (+/- 20 mm) - Szerokość całkowita bez barierok bocznych: 830 mm, (+/- 20 mm) - Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 930 mm (wymiar leża 800 x 2000mm)	TAK, podać*	
3	W narożnikach leża 4 krążki odbojowe a od strony głowy krążki dwuosiove chroniące ściany i łóżko przed uderzeniami i otarciami podczas zmiany położenia w pozycji wertykalnej i horyzontalnej	TAK*	
4	Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami i zarysowaniami umieszczone na dwóch szczeblach barierki	TAK*	
5	Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach	TAK*	
6	Szczyty łóżka chromowane, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 10 mm (± 2 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. Dodatkowo szczyt wyposażony w	TAK, podać*	

Specyfikacja Warunków Zamówienia – tryb podstawowy bez negocjacji – znak: 12-TP-23

	akrylową tabliczkę imienną montowaną do rury szczytu		
7	Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome	TAK, podać*	
8	Leże wypełnione płytami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi.	TAK, podać*	
9	W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki.	TAK, podać*	
10	Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej: - segment oparcia pleców w zakresie: 0 – 72° ($\pm 2^\circ$), - segment oparcia uda w zakresie: 0 - 34° ($\pm 2^\circ$).	TAK, podać*	
11	Regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana mechanizmem zapadkowym.	TAK*	
12	Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 400 - 800 mm (± 30 mm) - dokonywana za pomocą pilota przewodowego.	TAK, podać*	
13	Przechyły wzdłużne uzyskiwane za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Dźwignia zwalniająca umieszczona pod ramą leża od strony nóg, uniemożliwiając dostęp dla leżącego pacjenta, w zakresie: - Kąt przechyłu Trendelenburga: 0 - 18° ($\pm 2^\circ$), - Kąt przechyłu anty-Trendelenburga: 0 - 18° ($\pm 2^\circ$).	TAK, podać*	
14	Łóżko wyposażone w przedłużenie leża o min. 20 cm	TAK*	
15	Łóżko wyposażone w półkę na pościel znajdującą się w części nożnej nie wystającej po złożeniu poza obrys łóżka.	TAK*	
16	Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm, zaopatrzone w centralną blokadę kół oraz blokadę kierunkową. Koła umieszczone w tworzywowej obudowie.	TAK, podać*	
17	Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę.	TAK*	
18	Bezpieczne obciążenie min. 225 kg	TAK, podać*	
19	<u>Elementy wyposażenia łóżka:</u> - Barierki lakierowane proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20mm składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52. Wysokość barierki liczona od płyty Wypełniającej leże min. 400mm	TAK	

Specyfikacja Warunków Zamówienia – tryb podstawowy bez negocjacji – znak: 12-TP-23

	- Wieszak kroplówki - Materac wysokość min. 12cm dopasowany do rozmiarów leża (gąbka w pokrowcu z tkaniny). Gęstość pianki min. T-40kg/m ³ , i twardości max. 4.5kPa. Osłona z zamkiem błyskawicznym min. z 2 stron (zapięcie w kształcie „L”), chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania, nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury (pranie na gorąco 95°C, suszenie w bębnie – 100°C). Możliwość czyszczenia w komorach myjących (para-próżnia para) w temp. 100 stopni pokrowca).		
20	Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym szary.	TAK, podać	
21	Deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyrobów medycznych. (lub równoważne zgodnie z art. 105 ust. 3 i 4 ustawy PZP)	TAK	
22	Jeden z poniższych certyfikatów: - Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami lub - Certyfikat ISO 13485:2012 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych.	TAK, podać	
23	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat	TAK	
24	Serwis gwarancyjny na terenie Polski	TAK, podać dane serwisu	Nazwa firmy serwisu: ... Adres: ... Tel.: e-mail: ...
Zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją segmentu oparcia pleców i uda za pomocą siłowników elektrycznych			

* Zamawiający wymaga **potwierdzenia parametru w przedmiotowych środkach dowodowych** wskazanych w Rozdz. VI.1.II.2) SWZ.

Uwaga!

Parametry określone jako „TAK” i „TAK, podać” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Specyfikacja Warunków Zamówienia – tryb podstawowy bez negocjacji – znak: I2-TP-23

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta przedmiotu zamówienia.

*/kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub
podpis osobisty osoby upoważnionej*

Specyfikacja Warunków Zamówienia – tryb podstawowy bez negocjacji – znak: 12-TP-23

ZAŁĄCZNIK NR 3.6

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 6 - Stoly rehabilitacyjne z elektryczną regulacją wraz z osprzętem

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Wartość oferowana
I	Producent	Podać	
II	Nazwa i typ urządzenia	Podać	
III	Kraj pochodzenia	Podać	
IV	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)	Min. 2022 lub nowszy	
V	Zamawiana ilość	3 kpl.	
VI	Wykaz środków eksploatacyjnych	Podać	
	Wymagania ogólne	Parametr wymagany	Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE
1	2-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji	TAK*	
2	Regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°)	TAK*	
3	Zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką	TAK*	
4	Dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów. Kolorystyka tapicerki do wyboru przez zamawiającego w różnych gamach kolorystycznych	TAK*	
5	Łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami	TAK	
6	Stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej	TAK*	
7	Relingi do zamocowania pasów oraz uchwyt na ręcznik montowany do stołu	TAK	
8	System elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu (od 50 do 101 cm)	TAK*	
9	Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu	TAK	
10	System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego	TAK	
11	Zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu	TAK	
12	Malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z czterech stron	TAK	
13	Antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu	TAK	
14	Wymiary max. dł. 202 x wys.50-101 x szer.64 cm tolerancja +/-3 cm)	TAK*	
15	Wytrzymałość obciążenie: min. 200 kg	TAK*	
16	System jezdny, składającym się z 4 małych kółek (na każdym rogu stołu 1) i 4 antypoślizgowych, gumowych stopek	TAK*	
17	Możliwość łatwego przestawiania stołu bez podnoszenia go	TAK	
18	Zagłówek krótki maksimum 46 cm (tolerancja +/-3 cm)	TAK	
19	Materiał pokrycia gładki, łatwy do mycia i odporny	TAK	

Specyfikacja Warunków Zamówienia – tryb podstawowy bez negocjacji – znak: 12-TP-23

	na działanie środków dezynfekcyjnych		
20	Deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyrobów medycznych (lub równoważne zgodnie z art. 105 ust. 3 i 4 ustawy PZP)	TAK	
	Serwis gwarancyjny na terenie Polski (dotyczy stołów)	TAK, podać dane serwisu	Nazwa firmy serwisu: ... Adres: ... Tel.: e-mail: ...
21	Lampa bezcieniowa:	1 szt	
22	Intensywność światła 105 klx +/-5%	TAK, podać*	
23	Temperatura barwowa między 4000K - 4750K	TAK, podać*	
24	Średnica oświetlanego pola w odległości 50 cm Ec (d10)- 150 mm +/-5%	TAK, podać*	
25	Maksymalne promieniowanie 294 W/m2	TAK*	
26	Promieniowanie/naświetlenie 3,09 mW/m2lx	TAK*	
27	Kontrola oświetlenia 25 – 100% w kilku krokach	TAK*	
28	Wózek do lampy na kołkach	TAK	
29	Min 2 kółka z hamulcem	TAK, podać*	
30	Deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyrobów medycznych (lub równoważne zgodnie z art. 105 ust. 3 i 4 ustawy PZP)	TAK	
31	Instrukcja obsługi w języku polskim (dotyczy lampy)	TAK	
32	Serwis gwarancyjny na terenie Polski (dotyczy lampy)	TAK, podać dane serwisu	Nazwa firmy serwisu: ... Adres: ... Tel.: e-mail: ...

* Zamawiający wymaga **potwierdzenia parametru w przedmiotowych środkach dowodowych** wskazanych w Rozdz. VI.1.II.2) SWZ.

Uwaga!

Parametry określone jako „TAK” i „TAK, podać” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta przedmiotu zamówienia.

/kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty osoby upoważnionej

XIV. WZÓR UMOWY

**UMOWA NR (Pakiet nr)
ZAWARTA W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM
- ZNAK: 12-TP-23**

w dniu2023 roku w Sopocie pomiędzy:

1/ **Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Grunwaldzkiej 1-3, 81-759 Sopot**, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000684944, NIP 5851479028, REGON: 192587795, kapitał zakładowy 82.100.000,00 zł – opłacony w całości, zwaną dalej **ZAMAWIAJĄCYM**, reprezentowaną przez:

.....

a:

2/..... z siedzibą w (wpisaną do prowadzonego przez pod numerem, NIP:, REGON:, zwaną dalej **WYKONAWCĄ**, reprezentowaną przez:

.....

- o następującej treści:

§1

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty wyłonionej w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji nr 12-TP-23 zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2023.1605 ze zm.).
2. Zamówienie realizowane jest z udziałem środków unijnych na podstawie umowy nr RPPM.07.01.01-22-0001/17-00 z dnia 13 kwietnia 2017 r. o dofinansowanie Projektu: „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działania 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, Poddziałania 7.1.1 Zasoby ochrony zdrowia - mechanizm ZIT współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (*dot. Pakietów nr 1-5*)

§2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa na rzecz Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu oraz wyposażenia medycznego zwanych dalej „sprzętem” do lokalizacji Zamawiającego w Sopocie przy ul. Plac Zdrojowy 5 (Pakiety nr 4, 5, 6) / Oddział Rehabilitacji Dziecięcej ul. 23 Marca 93 (Pakiety nr 1, 3) / ul. Plac Zdrojowy 5 oraz ul. 23 Marca 93 (Pakiet nr 2) wraz z zainstalowaniem, uruchomieniem sprzętu, szkoleniem personelu Zamawiającego rozumianym jako szkolenie z zakresu użytkowania i obsługi, także mycia, dezynfekcji i sterylizacji, *la także montażem sprzętu (z zastrzeżeniem: Pakiet 2, Pakiet 5 – tylko szkolenie bez montażu)*, zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy - Formularzem Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, które to załączniki są integralną częścią niniejszej umowy
2. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi odpowiednie opakowanie, transport do wskazanej lokalizacji Zamawiającego w Sopocie ul. Plac Zdrojowy 5 (Pakiety nr 4, 5, 6) / Oddział Rehabilitacji Dziecięcej ul. 23 Marca 93 (Pakiety nr 1, 3) / ul. Plac Zdrojowy 5 oraz ul. 23 Marca 93 (Pakiet nr 2) ubezpieczenie sprzętu w czasie dostawy do momentu odbioru sprzętu przez Zamawiającego oraz zapewnienie gwarancji.
3. Sprzęt będący przedmiotem dostawy ze wszystkimi jego elementami winien być fabrycznie nowy, kompletny, nie będący sprzętem powystawowym, w stanie umożliwiającym jego użytkowanie do przeznaczonego celu i winien posiadać oznakowanie CE oraz wszelkie wymagane prawem dokumenty,

Specyfikacja Warunków Zamówienia – tryb podstawowy bez negocjacji – znak: 12-TP-23

deklaracje i odpowiednie zgłoszenia/powiadomienia lub wpisy warunkujące dopuszczenie stosowania sprzętu w służbie zdrowia na terenie Polski, o ile wymagane są przez przepisy prawa.

4. Wykonawca oświadcza sprzęt będący przedmiotem dostawy jest gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy jest wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych, w tym również nie jest obciążony ewentualnymi roszczeniami osób trzecich wynikającymi z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostających w związku z wprowadzeniem towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie stanowi przedmiotu żadnego zabezpieczenia, ani toczącego się postępowania.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy (Pakiet nr.....) ustala się wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie zł netto (słownie:.....), zł brutto (słownie:), w tym VAT PLN (słownie:), zgodnie z ofertą Wykonawcy - Formularzem Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w tym między innymi koszty: opakowania, załadunku, transportu aż do miejsca dostawy wraz z rozładunkiem, ceł, opłat granicznych, przekazania dokumentacji sprzętu i ubezpieczenia na okres do czasu podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu zdawczo-odbiorczego, szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu użytkowania i obsługi, także mycia, dezynfekcji i sterylizacji (o ile jest wymagane), koszt udzielenia gwarancji, koszt zapewnienia okresowych przeglądów, a także uwzględnia wszelkie rabaty, upusty i marże.
3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia wskazanego w ust. 1.

§4

1. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowiąc będzie Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany po dokonanej dostawie sprzętu.
2. Zamawiający dokona płatności na następujący rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury po dokonanej dostawie.
3. Strony zgodnie stanowią, iż terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§5

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w następującym terminie:
 - do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy (dla Pakietów nr: 1, 2, 3, 5, 6),
 - do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy (dla Pakietu nr 4).
2. Terminem realizacji przedmiotu umowy jest data podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego stwierdzającego odbiór sprzętu po dokonanej dostawie. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowi Załącznik nr 3 do umowy.
3. Po dokonanej dostawie w terminie uzgodnionym przez Strony Wykonawca dokona zainstalowania i uruchomienia sprzętu, przeszkolenia z zakresu użytkowania i obsługi, także mycia, dezynfekcji i sterylizacji.
4. Miejscem realizacji umowy jest Budynek Zakładu Rehabilitacji Leczniczej przy ul. Plac Zdrojowy 5 (Pakiety nr 4, 5, 6) / Oddział Rehabilitacji Dziecięcej ul. 23 Marca 93 (Pakiety nr 1, 3) / ul. Plac Zdrojowy 5 oraz ul. 23 Marca 93 (Pakiet nr 2). W razie gdy dany sprzęt z określonego Pakietu ma być dostarczony do kilku lokalizacji, Zamawiający wskaże Wykonawcy jakie pozycje sprzętowe mają trafić do określonej lokalizacji.
5. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w godzinach 9:00 – 14:00 w dzień roboczy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym dokładnego terminu dostarczenia przedmiotu niniejszej umowy oraz jego instalacji z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.

§6

1. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest: **p. tel., e-mail:.....**
2. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących umowy jest p....., tel.: ,e- mail:

Specyfikacja Warunków Zamówienia – tryb podstawowy bez negocjacji – znak: 12-TP-23

3. Uprawnieni przedstawiciele Zamawiającego mają prawo uczestniczyć w każdym etapie realizacji przedmiotu umowy, w tym w montażu i instalacji sprzętu, celem weryfikacji wywiązywania się przez Wykonawcę z warunków niniejszej umowy.

§ 7

Wykonawca winien zapoznać się w niezbędnym do wykonania umowy zakresie z miejscem realizacji przedmiotu Zamówienia, w tym ze stanem faktycznym pomieszczeń przewidzianych do instalacji sprzętu w lokalizacji Zamawiającego Budynek Zakładu Rehabilitacji Leczniczej przy ul. Plac Zdrojowy 5 (Pakiety nr 4, 5, 6) / Oddział Rehabilitacji Dziecięcej ul. 23 Marca 93 (Pakiety nr 1, 3) / ul. Plac Zdrojowy 5 oraz ul. 23 Marca 93 (Pakiet nr 2).

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu kompletny i sprawny przedmiot umowy zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Opakowania i inne elementy służące do transportu przedmiotu umowy stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt. Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usuwania z terenu Zamawiającego. Wykonawca zapewni porządek w pomieszczeniach, w których dokonał instalacji przedmiotu umowy, po wykonaniu instalacji i uruchomienia (jeżeli dotyczy).
3. Za wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy podczas transportu, instalacji oraz wykonywania innych czynności składających się na przedmiot umowy na terenie Zamawiającego odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W przypadku powstania szkody zostanie ona potwierdzona protokołem podpisanym przez strony. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów usunięcia szkód w pełnym zakresie.
4. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia elementów sprzętu przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu zdawczo–odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do dostawy specyfikacji wszystkich elementów wyposażenia oraz akcesoriów wchodzących w zakres niniejszej umowy w celu sprawdzenia kompletności dostawy.
6. Po dostarczeniu sprzętu Wykonawca dokona w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami jego instalacji i uruchomienia (rogruch technologiczny z regulacją parametrów, o ile jest to niezbędne do rozpoczęcia użytkowania sprzętu) i przekaże Zamawiającemu w stanie gotowym do użytkowania bez dodatkowych inwestycji lub zakupów, a także przeszkoli pracowników Zamawiającego z obsługi sprzętu. Prace te zostaną odebrane protokolarnie. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 4 do umowy.

§ 9

1. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty, sporządzone w języku polskim, odnoszące się do przedmiotu umowy lub jego elementów:
 1. paszport techniczny o ile jest wymagany,
 2. dokumentację techniczną sprzętu (DTR),
 3. dokumenty wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
 4. instrukcje obsługi w języku polskim po jednym egzemplarzu w formie papierowej i elektronicznej,
 5. dokumenty licencji oprogramowania (o ile są wymagane),
 6. instrukcje/zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji,
 7. oświadczenie autoryzowanego serwisu lub producenta sprzętu dotyczące zasad wykonywania przeglądów technicznych, ich częstotliwości oraz pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego,
 8. wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji dla danego rodzaju sprzętu,
 9. oświadczenie gwarancyjne (dokument gwarancji).
2. Przekazanie przedmiotu umowy wraz z kompletem wyżej opisanych dokumentów zostanie stwierdzone w protokole zdawczo – odbiorczym, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 10

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zapewni szkolenie (lub kilka szkoleń) dla wskazanego przez Zamawiającego personelu w siedzibie Zamawiającego z zakresu użytkowania i obsługi, także mycia, dezynfekcji i sterylizacji przedmiotu umowy, potwierdzone protokołem stanowiącym Załącznik nr 4 do umowy (o ile jest to wymagane).
2. Wykonawca przeszkoli pracowników z zakresu podstaw eksploatacji, konserwacji przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym niezwłocznie po dokonaniu instalacji sprzętu.
3. O terminie szkoleń Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego.

Specyfikacja Warunków Zamówienia – tryb podstawowy bez negocjacji – znak: 12-TP-23

4. Koszty związane z organizacją szkoleń ponosi Wykonawca.

§ 11

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu **gwarancji przez okres miesięcy** na dostarczony przedmiot umowy. W okresie gwarancji od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca dokona bezpłatnych przeglądów serwisowych i okresowych oraz napraw dotyczących sprzętu co do którego przeglądy serwisowe wymagane są przepisami prawa z częstotliwością zalecaną przez producenta sprzętu.
2. Wykonawca gwarantuje należyłą jakość przedmiotu umowy, niezawodność eksploatacyjną oraz, że każdy dostarczony element przedmiotu umowy jest fabrycznie nowy, pochodzi z bieżącej produkcji, (nie demonstracyjny), spełnia wszelkie wymagania określone obowiązującymi przepisach prawa, w tym w szczególności odpowiada wymaganiom określonym w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2023.poz.911 t.j.) i odpowiednich aktach wykonawczych do ustawy, w tym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2022 r. poz. 402), a także w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 974 ze zm.); ponadto Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy zostanie zainstalowany bez żadnych uszkodzeń oraz że oferowany przedmiot zamówienia, o parametrach wyspecyfikowanych w ofercie, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest naprawić lub wymienić na wolny od wad zgłoszony przedmiot umowy lub jego elementy. W okresie i zakresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw gwarancyjnych oraz wymiany wszelkich niesprawnych lub uszkodzonych elementów, które uległy uszkodzeniu w czasie pracy, jak również inne koszty związane z naprawą lub wymianą (w tym koszty dojazdu, itp.).
4. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu nieograniczony dostęp do zgłaszania awarii/usterek/wad: pocztą elektroniczną lub telefonicznie (potwierdzone następnie pocztą elektroniczną) zgodnie z danymi kontaktowymi serwisu wskazanymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
6. W czasie trwania gwarancji, Wykonawca dokona w terminach zgodnie z zaleceniami producenta, w ramach umowy przeglądów przez serwis Wykonawcy potwierdzonych raportem serwisowym lub certyfikatem, przekazanym Zamawiającemu. Koszty materiałów zużytych podczas przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
7. Wydłużenie czasu podjęcia przez serwis naprawy, po zgłoszeniu usterki lub awarii, możliwe jest w przypadku umotywowanych przesłanek związanych ze zdarzeniami losowymi (powódź, pożar, huragan itp.), za pisemną zgodą Zamawiającego.
8. Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni/ *(7 dni -dotyczy Pakietów 1 i 3)* roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni/ *(14 dni -dotyczy Pakietów 1 i 3)* roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE od daty zgłoszenia serwisu. *W przypadku naprawy trwającej odpowiednio dłużej niż 5/7 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zastępczego sprzętu na czas naprawy o tych samych lub podobnych parametrach. Zastępczy sprzęt musi charakteryzować się takimi samymi parametrami jak sprzęt naprawiany. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia zastępczego sprzętu o parametrach lepszych od pierwotnie oferowanych. Przy spełnieniu powyższego warunku Zamawiający odstąpi od naliczenia kary określonej w § 12 ust. 1 b) umowy. (zapis zaznaczony zielonym kolorem jest wykreślony w Pakietach nr 1 i 3)*
9. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego istotnego zespołu lub podzespołu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na nowy na własny koszt.
10. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.

Specyfikacja Warunków Zamówienia – tryb podstawowy bez negocjacji – znak: 12-TP-23

11. Przyjęcia do używania przedmiotu umowy po dokonanej naprawie lub usunięciu wady lub awarii dokonuje pracownik Zamawiającego oraz uprawniony przedstawiciel Wykonawcy na podstawie podpisanego protokołu (Karty Pracy lub Raportu serwisowego).
12. Wykonawca lub serwis zobowiązują się do przekazywania na bieżąco wszystkich Kart Pracy lub Raportów serwisowych z wykonywanych czynności serwisowych (naprawy, przeglądy, modyfikacje itp.) Zamawiającemu.
13. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy do wykonania w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji przeglądu technicznego wraz z opisaniem stanu technicznego sprzętu wraz z zaleceniami co do dalszego użytkowania. Raport z przeglądu w formie pisemnej zostanie przekazany do Zamawiającego najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancji.
14. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych przez niewłaściwe oraz niezgodne z dostarczoną instrukcją użytkowanie sprzętu. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym elemencie, części lub podzespołe, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte:
 - a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
 - eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
 - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
 - b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)
 - c. materiały eksploatacyjne.
15. Jeżeli Wykonawca nie dokona naprawy sprzętu w terminach umownych lub odpowiedniej wymiany elementów i nie dostarcza Zamawiającemu zastępczego sprzętu zgodnie z umową, powodując, że Zamawiający nie może korzystać ze sprzętu, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania umowy lub prawidłowej jej realizacji, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin, nie krótszy niż 5 dni roboczych. Po ponownym nieprzystąpieniu do wykonaniu naprawy lub niedostarczeniu sprzętu zastępczego, Zamawiający ma prawo polecić dokonanie naprawy lub wymiany osobie trzeciej będącej podmiotem autoryzowanym przez producenta, na koszt Wykonawcy, bez utraty prawa do gwarancji.
16. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie nie może być dłuższy niż **72 godziny od zgłoszenia liczone w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (rozumiany jako diagnostyka zdalna lub jako przyjazd serwisanta do Zamawiającego i zapoznanie się ze stanem urządzenia)**. Wykonawca zapewnia możliwość zgłaszania awarii 24h/dobę przez cały rok za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie **w godzinach pracy serwisu od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 15..**
17. Przekazany Zamawiającemu dokument gwarancyjny nie może zawierać oświadczenia gwarancyjnego mniej korzystnego od postanowień niniejszej umowy.
18. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi.

§12

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań niniejszej umowy w formie kar umownych:
 - a) w wysokości 0,2% ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 (ceny odpowiedniego sprzętu) za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 1 umowy. Za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia uważa się także dostarczenie sprzętu wadliwego – do czasu rozpoczęcia eksploatacji sprzętu po: usunięciu wad lub dostarczeniu towaru niewadliwego;
 - b) w przypadku przekroczenia czasu naprawy, wskazanego w niniejszej umowie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub niezapewnienia sprzętu zastępczego zgodnie z § 11 ust. 8 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% ceny brutto odpowiedniego danego sprzętu za każdy dzień zwłoki;
 - c) w wysokości 0,5% ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, w przypadku rażącego niewykonywania obowiązków umownych przez Wykonawcę powodującego niemożliwość

Specyfikacja Warunków Zamówienia – tryb podstawowy bez negocjacji – znak: 12-TP-23

korzystania przez Zamawiającego ze sprzętu medycznego (jak też niewykonywania przeglądów okresowych i testów akceptacyjnych, o ile są niezbędne, niewykonania instalacji i rozruchu sprzętu, niewykonania szkolenia) po wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu na wykonanie zobowiązań - z możliwością zlecenia tych czynności w tym naprawy lub wymiany (wykonania przeglądów okresowych i testów adaptacyjnych, o ile są niezbędne) na koszt Wykonawcy osobie trzeciej – kara umowna może być naliczona za każdy taki przypadek odrębnie,

- d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy związanych bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem, albo za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących Zamawiającego - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy.
- Niezależnie od uprawnienia w zakresie dochodzenia kar umownych Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.
 - Powyższe kary umowne są od siebie niezależne. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 50% łącznej wartości przedmiotu umowy.
 - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującej mu ceny brutto, określonej w § 3 ust. 1 umowy bez odrębnego wzywania.

§13

- Zamawiający może odstąpić od umowy:
 - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
 - jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
 - wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
 - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążyą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
- W przypadku, w którym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a), Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
- Zamawiającemu przysługuje prawo pisemnego odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia dostarczenia przedmiotu umowy złej jakości, dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z wymaganymi lub oferowanymi parametrami technicznymi lub wadliwie wykonanej instalacji sprzętu i nieusunięcia naruszeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz w przypadku zwłoki przez Wykonawcę wykonania umowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 ponad 21 dni, a także w przypadku odmowy dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy wolnego od wad lub odmowy ich usunięcia bez wyznaczenia dodatkowego terminu.
- Z prawa do odstąpienia Zamawiający może skorzystać w terminie do 30 dni od daty powzięcia informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.
- Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych, jeżeli wystąpiły przesłanki ich naliczenia.
- W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§14

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ochrony danych osobowych pozyskanych lub udostępnionych mu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

Specyfikacja Warunków Zamówienia – tryb podstawowy bez negocjacji – znak: 12-TP-23

danych oraz uchylecia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) jak również przepisów krajowych w tym zakresie.

2. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób, którymi się posługuje lub którym powierza wykonanie niniejszej umowy, jak za działania lub zaniechania własne.
3. Strony oświadczają, że dysponują stosownymi procedurami oraz zabezpieczeniami umożliwiającymi zagwarantowanie tajności przekazywanych sobie nawzajem Informacji poufnych.
4. Jeśli w ramach umowy Zamawiający będzie powierzał Wykonawcy dane osobowe do przetwarzania strona podpiszą umowę według wzoru na Załączniku nr 5 lub według wzoru Wykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego.

§15

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy, o których mowa powyżej w następujących przypadkach:
 - a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, tj. dostarczenia sprzętu o parametrach wyższych, wydłużenia czasu gwarancji lub polepszenia jej warunków.
 - b) zmiana dotycząca terminu wykonania przedmiotu zamówienia – w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
 - c) zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia – w przypadku konieczności prowadzenia działań przez osoby trzecie uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu zamówienia, które to działania nie są spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy,
 - d) zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa,
 - e) zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy,
 - f) terminu realizacji umowy w tym dostawy, montażu, uruchomienia, szkolenia lub odbioru przedmiotu zamówienia – z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego, w tym w sytuacji przedłużenia się terminów wykonania robót budowlanych obiektów i pomieszczeń, do których planowane jest zainstalowanie sprzętu, zmiany terminów rozliczenia dotacji lub w wyniku innych okoliczności uniemożliwiających wykonanie umowy z przyczyn nieleżących po żadnej ze Stron,

oraz w pozostałych wypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp, przy czym wszystkie zmiany w umowie zostają potwierdzone aneksem w formie pisemnej.

§16

Wykonawca jest zobowiązany do niedokonywania przelewu wierzytelności wobec Zamawiającego wynikających z realizacji niniejszej umowy bez jego pisemnej zgody.

§17

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Grunwaldzkiej 1-3, 81-759 Sopot oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 711).

§18

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§19

Specyfikacja Warunków Zamówienia – tryb podstawowy bez negocjacji – znak: 12-TP-23

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§20

Integralną część umowy stanowią:

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3. Załącznik nr 3 - Protokół zdawczo-odbiorczy (wzór)
4. Załącznik nr 4 - Protokół instalacji i szkolenia (wzór)
5. Załącznik nr 5 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (o ile dotyczy)
6. Załącznik nr 6 – Rzut techniczny pomieszczeń (dotyczy Pakietu nr 3)

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do umowy

Sopot, dn.

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY (WZÓR)
(do umowy nr z dnia)

1. ZAMAWIAJĄCY:

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot,

w imieniu którego odbioru dokonują:

.....
Imię, Nazwisko stanowisko

.....
Imię, Nazwisko stanowisko

niniejszym potwierdza przyjęcie od **WYKONAWCY:**

.....
w imieniu którego przekazuje:

.....
Imię, Nazwisko stanowisko

następujące urządzenia:

L.p.	Nazwa	Typ / Model	Nr seryjny	Ilość
1				
2				
3				
4				
5				

2. ZAMAWIAJĄCY potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonymi urządzeniami:

- 1) paszport techniczny o ile jest wymagany,
- 2) dokumentację techniczną sprzętu (DTR) – jeżeli dotyczy,
- 3) dokumenty wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
- 4) instrukcje obsługi w języku polskim po jednym egzemplarzu w formie papierowej i elektronicznej,
- 5) dokumenty licencji oprogramowania (o ile są wymagane),
- 6) instrukcje/zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji,
- 7) oświadczenie autoryzowanego serwisu lub producenta sprzętu dotyczące zasad wykonywania przeglądów technicznych, ich częstotliwości oraz pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego,
- 8) wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji dla danego rodzaju sprzętu,
- 9) oświadczenie gwarancyjne (dokument gwarancji)



Specyfikacja Warunków Zamówienia – tryb podstawowy bez negocjacji – znak: 12-TP-23

10) inne:

3. Uwagi i zastrzeżenia:

.....
.....

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA



Specyfikacja Warunków Zamówienia – tryb podstawowy bez negocjacji– znak: 12-TP-23

Załącznik nr 4 do umowy

Sopot, dn.

PROTOKÓŁ INSTALACJI I SZKOLENIA (WZÓR)
(do umowy nrz dnia)

Miejsce szkolenia:

Termin szkolenia :

Temat szkolenia i nazwa sprzętu:

.....
.....

1. Czynności objęte szkoleniem:

.....
.....

Lista uczestników szkolenia:

- | | |
|----------|---------------|
| 1) | podpis: |
| 2) | podpis: |
| 3) | podpis: |
| 4) | podpis: |
| 5) | podpis: |

Prowadzący szkolenie (czytelny podpis)

.....

2. ZAMAWIAJĄCY potwierdza wykonanie przez Wykonawcę następujących prac:

- 1) instalacja i uruchomienie sprzętu
- 2) przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i zasad eksploatacji dostarczonego sprzętu
- 3) inne:

3. Zasady wykonywania przeglądów okresowych (zalecenia producenta i częstotliwość):

.....
.....
.....

Uwagi i zastrzeżenia:

.....
.....

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 5 do umowy

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – dotyczy Umowy (WZÓR)

zawartar. w Sopocie pomiędzy:

1/ **Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z o.o.** przy ul. Grunwaldzkiej 1-3, 81-759 Sopot, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000684944, NIP: 5851479028, REGON: 192587795, kapitał zakładowy 82.100.000,00 złotych – opłacony w całości, zwanym dalej „**Administratorem danych**” lub „**Zamawiającym**”, reprezentowaną przez:

.....

a

2/.....
ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez w pod numerem KRS, NIP:, REGON:, zwanym dalej „**Podmiotem przetwarzającym**”, reprezentowaną przez:

- -

zwane dalej łącznie „**Stronami**”, a każda z osobna „**Stroną**”

§1

Przedmiot umowy oraz zakres, cel i charakter przetwarzania danych osobowych

1. W związku z zawartą pomiędzy Stronami umową Nrz dnia r. na dostawę sprzętu oraz wyposażenia medycznego na potrzeby realizacji projektu pn. *Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z o.o.* (zwaną dalej „*umową podstawową*”), na podstawie której Podmiot przetwarzający wykonuje na rzecz Administratora danych m.in. czynności serwisowe dostarczonego sprzętu medycznego i ma dostęp do danych osobowych, w tym pacjentów Zamawiającego, Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ust. 3 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (zwanego w dalszej części „*Rozporządzeniem*”), czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych wskazanych w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu do przetwarzania.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 1781) (zwaną w dalszej części *Ustawą*) oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Celem powierzenia przetwarzania danych osobowych jest realizacja Umowy podstawowej. Zakres powierzonych czynności przetwarzania obejmuje:
 - a) wszelkie czynności związane z dostarczeniem sprzętu w tym m.in. montaż, uruchomienie i wdrożenie oraz przeszkolenie personelu w obsłudze urządzeń,
 - b) wszelkie czynności związane z serwisowaniem sprzętu w ramach umowy.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu i zakresie określonych odpowiednio w ust. 3.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych następujących kategorii osób, których dane dotyczą: personelu Zamawiającego oraz danych osobowych pacjentów Zamawiającego znajdujących się w oprogramowaniu/bazach danych/systemach

Specyfikacja Warunków Zamówienia – tryb podstawowy bez negocjacji – znak: 12-TP-23

- informatycznych dostarczonego Administratorowi danych sprzętu medycznego podczas wykonywania czynności konserwacji, serwisu lub napraw dostarczonego sprzętu.
6. Podmiot przetwarzający ma prawo wykonywać na powierzonych mu danych jedynie operacje związane ze sprawdzeniem poprawności działania, serwisem lub naprawą dostarczonego sprzętu medycznego. Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający odbywać się będzie w formie papierowej, elektronicznej przy wykorzystaniu systemów informatycznych oraz ewentualnie poczty elektronicznej.
 7. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe na podstawie niniejszej umowy nie dłużej niż na czas trwania Umowy podstawowej.

§2

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji osób, które zostały przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
6. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwraca Administratorowi danych wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
7. Podmiot przetwarzający dokona usunięcia danych osobowych niezwłocznie po zakończeniu wykonywania czynności mających na celu konserwację, serwis lub naprawę dostarczonego sprzętu medycznego.
8. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do udzielenia Administratorowi danych pomocy organizacyjnej, technicznej i innej wymaganej, aby Administrator danych w niezbędnym zakresie mógł wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
9. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi danych nie później niż w ciągu 36 godzin od ujawnienia podejrzenia naruszenia na adres poczty elektronicznej: iod@pcrsopot.pl.

§3

Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum trzydniowym jego uprzedzeniem.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 14 dni.

Specyfikacja Warunków Zamówienia – tryb podstawowy bez negocjacji – znak: 12-TP-23

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§4

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania niniejszej umowy i umowy podstawowej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
2. Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.
3. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
4. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej umowie.

§5

Okres trwania umowy i usunięcie danych

1. Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy podstawowej z zastrzeżeniem terminów usunięcia danych wskazanych poniżej.
2. Z chwilą rozwiązania niniejszej umowy Podmiot przetwarzający nie ma prawa do dalszego przetwarzania powierzonych danych i jest zobowiązany:
 - a) na żądanie Administratora danych do zwrotu danych lub przekazania kopii zgromadzonych w trakcie trwania niniejszej umowy lub usunięcia wszelkich istniejących kopii danych, chyba że Administrator danych postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalsze przechowywanie danych,
 - b) do usunięcia danych i poinformowania Administratora danych w formie pisemnej i elektronicznej o dacie i sposobie, w jaki usunięto dane,
3. Podmiot przetwarzający, niezależnie od obowiązku z § 2 ust. 7 niniejszej umowy, dokona usunięcia wszystkich pozyskanych danych osobowych po upływie 4 lat od daty zakończenia, wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Podstawowej, chyba że Administrator danych poleci mu to uczynić wcześniej.

§6

Zasady zachowania poufności

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie niniejszej umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub niniejszej umowy.
3. Zobowiązanie do zachowania poufności trwa przez cały okres obowiązywania Umowy podstawowej oraz po upływie okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.

§7

Postanowienia końcowe

Specyfikacja Warunków Zamówienia – tryb podstawowy bez negocjacji – znak: 12-TP-23

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, Rozporządzenia i Ustawy.
3. Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozwiązywać polubownie, a w razie nie osiągnięcia porozumienia, poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego rzeczowo dla siedziby Administratora danych.
4. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

Administrator danych

Podmiot przetwarzający

