

Wołów, 29.11.2022 r.

19/PCM/2022/ZP/A

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania nr 19/PCM/2022/ZP/A **Dostawa aparatu RTG wraz z detektorami i oprogramowaniem, adaptacją pomieszczeń i przeszkoleniem personelu II.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1. Zał. nr 6 pracownia Szpital, system RTG podłogowy pkt.4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego od dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wyposażonego w kolumnę podłogową z zakresem ruchu lampy RTG w pionie wynoszącym 150 cm?

Uzasadnienie: proponowany przez nas zakres ruchu w niewielkim stopniu różni się od wymaganego przez Zamawiającego i w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalności aparatu oraz możliwości wykonywanych badań.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 2. Zał. nr 6 pracownia Szpital, system RTG podłogowy pkt.5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego od dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wyposażonego w kolumnę podłogową gdzie odległość wiązki poziomej równoległej do podłogi, wynosi 40 cm?

Uzasadnienie: Zamawiający wymaga w pkt 2, statyw do zdjęć płucnych, aby środek detektora znajdował się 40 cm od podłoża. W związku z tym nie ma uzasadnienia aby lampa zjeżdżała poniżej środka detektora. Zgodnie ze sztuką promień powinien padać centralnie na środek detektora. Dlatego zakres ruchu lampy i detektora powinny być sobie równe.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 3. Zał. nr 6 pracownia Szpital, uniwersalny stół diagnostyczny pkt.7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego od dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wyposażonego stół diagnostyczny z minimalną wysokością 58 cm?

Uzasadnienie: proponowany przez nas stół w niewielkim stopniu różni się od wymaganego przez Zamawiającego i w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalności aparatu oraz możliwości wykonywanych badań.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 4. Zał. nr 6 pracownia Szpital, uniwersalny stół diagnostyczny pkt.8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego od dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wyposażonego stół diagnostyczny z zakresem regulacji góra/dół wynoszącym 34 cm?

Uzasadnienie: proponowany przez nas stół w niewielkim stopniu różni się od wymaganego przez Zamawiającego i w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalności aparatu oraz możliwości wykonywanych badań.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 5. Zał. nr 6 pracownia Szpital, statyw so zdjęć płucnych pkt.5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego od dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wyposażonego w statyw do zdjęć płucnych z pochłaniałością 0,85 mmAl ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI

Piotr Burdach

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE
w WOŁOWIE sp. z o.o
56-100 Wołów ul. Inwalidów Wojennych 26
tel. 71/380 58 01
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
NIP: 988-02-67-118 REGON: 020749596
(2)

Sporządziła: Anna Chechelska, Tel: 71/ 38 05 807, e-mail: annachechelska@pcm-wołow.pl