

Zamawiający:  
Akademia Pomorska w Słupsku  
76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a

## INFORMACJA

**Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Dostawa aparatury badawczej na potrzeby utworzenia centrum INTERPOM– nr postępowania 08/TP/2023**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na urządzenie zawarte w części 6 posiadające instrukcję obsługi w języku angielskim?

**Odp. Zamawiającego: TAK**

### Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na urządzenie zawarte w części 6 z oryginalnymi folderami dokumentującymi parametry techniczne w języku angielskim?

**Odp. Zamawiającego: TAK**

### Pytanie nr 3:

Część 4 poz. IV biureta: Proszę o weryfikację opisu - pozycje od 9 do 13 nie dotyczą urządzenia.  
**Odp. Zamawiającego: część 4 zawiera punkty błędnie umieszczone w opisie.** Punkty 9-13 nie dotyczą opisu biurety.

### Pytanie nr 4:

Część 4 poz. II pojemniki na próbki do wirówki: Punkt 1 oraz 2 opisuje te same pojemniki o nr kat 13276 - proszę o informację ile łącznie pojemników Państwo wymagają.

**Odp. Zamawiającego: 8 pojemników wraz z wkładkami redukującymi do objętości 25-30 ml (8 szt.) oraz do objętości 15 ml (8 szt.)**

### Pytanie nr 5:

Część 4 poz. II: Czy Zamawiający wymaga dostawy wirnika pasującego do opisanych pojemników?

**Odp. Zamawiającego: NIE**

### Pytanie nr 6:

Część 4: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu montażu, instalacji oraz uruchomienia sprzętu wraz

z przeszkoleniem pracowników? Urządzenia są proste w obsłudze i nie wymagają specjalistycznego szkolenia. W przypadku wątpliwości lub problemów oferujemy pomoc zdalną lub szkolenie online.

**Odp. Zamawiającego:** Tak, zamawiającym odstępuje od wymogu montażu, instalacji oraz uruchomienia sprzętu wraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie części 4

#### **Pytanie nr 7:**

Pytanie do części 5 Spektrofotometr UV-VIS z oprogramowaniem sterującym.

Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr o parametrach:

1/ dokładność fotometryczna 0.005 ABS przez 1 ABS ?

2/ światło rozproszone <0.05% przy 340 nm i 220 nm NIST SRM2031 ?

3/ równomierność linii bazowej: +/- 0.001 ABS (210~1000nm) ?

4/ stabilność linii bazowej +/- 0.0003 Abs/h przy 500 nm po 1 godzinie nagrzewania ?

Nie spotkaliśmy się z określeniem „stała całkowania: regulowana” dla klasycznych spektrofotometrów.

Czy parametr ten nie jest błędnie wpisany w specyfikację tego spektrofotometru ?

Czy zatem Zamawiający dopuści spektrofotometr bez stałej całkowania: regulowanej, czyli nieposiadający w swojej specyfikacji technicznej parametru: „stała całkowania: regulowana” ? Czy Zamawiający wykreśli ten parametr z opisu przedmiotu zamówienia ?

**Odp. Zamawiającego:** Zamawiający dopuści przedstawione w punktach 1-4 parametry. Zamawiający dopuści spektrofotometr bez stałej całkowej: regulowanej. Parametr ten może zostać wykreślony.

#### **Pytanie nr 8:**

Prosimy o wyjaśnienie jakiego urządzenia wymaga Zamawiający w poz. IV. Nazwa urządzenia oraz opis do punktu 8 odnoszą się do biurety. Opis od punktu 9 odnosi się do echosondy, czyli zupełnie innego urządzenia niż biureta

**Odp. Zamawiającego:** część 4 zawiera punkty błędnie umieszczone w opisie. Punkty 9-13 nie dotyczą opisu biurety.

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 4.

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę dodatkowego czasu na przygotowanie oferty przez Wykonawcę, zgodnie z art. 286 ust. 3 oraz art. 284 ust. 3 Ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia **07.03.2023 r. do godziny 09:00**

Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 07.03.2023 r. o godz. 11:00**

W związku z powyższym modyfikacji ulega SWZ w zakresie:

Zmianie ulega **pkt 1, 2** Dział XIII Instrukcji dla Wykonawców, tj. termin składania i otwarcia ofert.

Zmianie ulega **pkt 1** Dział XI Instrukcji dla Wykonawców, tj. termin związania ofertą.

Było 01.04.2023 r., jest 05.04.2023 r.

Załączniki:

1. Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 4- modyfikacja z dnia 01.03.2023,