



Poznań, 11 października 2021 r.

## INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ  
WETERYNARII

**Andrzej Żarnecki**

**wg rozdzielnika**

Nasz znak: AD-O.272.25.2021

Dot. sprawy nr: -

pismo z dnia: -

### WYJAŚNIENIE treści SWZ

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, działając zgodnie z treścią art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego.

#### **Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet III załącznik nr 4 do SWZ**

**Pytanie nr 1:** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby prędkość wyrażona była w m/s w zakresie 0,8 - 8m/s ze skokiem 0,15m/s? Prędkość wyrażona w „rpm” odnosi się do prędkości silnika, a „m/s” do rzeczywistej prędkości kulek w próbówce. Ustawienie prędkości 5-6m/s dla wymaganych w opisie technicznym próbek 7ml jest wielkością pozwalającą na precyzyjną i efektywną homogenizację wszystkich rodzajów próbek.”

**Odpowiedź nr 1:** Zamawiający nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamawiający wymaga „Szybkość rotora min. 4500 - 10000 [rpm], zmiana szybkości w krokach 100 rpm”. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie odnosi się do prędkości kulek w próbówce.

#### **Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet IV załącznik nr 5 do SWZ**

**Pytanie nr 2:** „Czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie sprawdzenia komory przez laboratorium, które nie posiada akredytacji PCA na wymienione pomiary?”



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań  
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl

**Sprzęt używany do wykonywania pomiarów jest wzorcowany przez laboratoria akredytowane.”**

**Odpowiedź nr 2:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.

z up. Wielkopolskiego  
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Administracyjnych

  
mgr Lidia Zuzerchowska-Cerek

Sporządziła: D. Bartoszevska



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań  
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl