

Wołów, 17.02.2022 r.

3/PCM/2022/ZP/A

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 3

**Dotyczy:** postępowania nr 3/PCM/2022/ZP/A **Dostawa sterylizatora wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Zamawiającego**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

#### Pytanie 1

Wnosimy o dopuszczenie równoważnego sterylizatora plazmowego o poniższej specyfikacji:

- Sterylizator niskotemperaturowy-plazmowy nieprzelotowy wolnostojący,
- Zabudowany razem z podstawą na kółkach o łącznych gabarytach szerokość 700mm x wysokość 1800mm x głębokość 640mm,
- waga wraz z podstawą zabudowaną 200kg,
- komora prostopadłościenna o wymiarach 420x420x620mm (szerokość x wysokość x głębokość),
- pojemność komory całkowita 109 litrów, pojemność użytkowa 80 litrów,
- zasilanie jednofazowe 230V moc max 3,7KW, brak wymaganych innych mediów,
- **możliwość sterylizacji przewodów kanałowych o długości do 10.000mm przy średnicy 1mm lub 3000mm przy średnicy 1mm i otwartego tylko z jednej strony,**
- materiał może dotykać do ścianek komory bez powodowania błędów,
- automatyczne sterowanie mikroprocesorem PLC,
- panel dotykowy o przekątnej 7" z menu w języku polskim z zapisem historii na pendrive oraz alarmy wizualne i dźwiękowe,
- ekonomiczny, bezpieczny a zarazem o udowodnionej skuteczności czynnik o stężeniu 35% nadtlenu wodoru, przechowywanie w warunkach pokojowych,
- kontrola procesu za pomocą wskaźników chemicznych i biologicznych,
- wydruk na wbudowanej drukarce,
- 3 programy sterylizacyjne z możliwością stworzenia dodatkowych klienta, plus 3 cykle testowe (szczelność, penetracja),
- temperatura procesu 45-55stC, czas cykli do 60 minut,



- zapewnienie szybkich dostaw części zamiennych – produkcja urządzenia na terenie UE,
- czytnik kodów RFID na butelkach,
- sterylizowane narzędzia mogą być od razu po procesie użyte, brak konieczności aeracji,
- drzwi automatycznie otwierane i zamykane przyciskiem na ekranie,
- autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ z uwagi na fakt, że w pytaniu przedstawione zostało urządzenie o innych parametrach, które w wielu punktach odbiega od wymagań Zamawiającego.**

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

**ZATWIERDZAM**

**Prezes Zarządu Spółki**

/-/

**Piotr Burdach**

**Wołów, 17.02.2022 r.**

PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁKI  
Piotr Burdach