



Poznań, dnia 06.12.2024 roku

Oznaczenie sprawy: PN-98/24

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku w podziale na 15 części**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Zestaw nr 1:

Dotyczy pakietu nr 1

1. Prosimy o doprecyzowanie czy w **pakiecie 1**, cewnik do punkcji obwodowych naczyń tętnicznych ma posiadać informację o dopuszczonym czasie stosowania do 30 dni potwierdzonym przez producenta w instrukcji użycia w języku polskim znajdującej się w każdym opakowaniu handlowym?
Odp. W pakiecie 1 przedmiotem postępowania nie jest cewnik do punkcji obwodowych naczyń tętnicznych, zgodnie z SWZ.
2. Prosimy o doprecyzowanie czy w **pakiecie 1** kaniula dotętnicza ma posiadać igłę powlekaną silikonem, bez karbowania?
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga zaferowanie kaniuli dotętnicznej, której igła jest powlekana silikonem, bez karbowania.
3. Prosimy o doprecyzowanie czy w **pakiecie 1** czy kaniula dotętnicza z teflonu lub PTFE ma być bez pasków radioceniujących i posiadać przezierny, bezbarwny skrzydełko z jednym otworem?
Odp.: Zamawiający wymaga zaferowania zgodnie z SWZ

Dotyczy pakietu nr 6

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w **pakiecie 6** oczekuje igły z filtrem z przezroczystą poliwęglanową nasadką w kolorze purpurowym/fioletowym - wyraźnie widocznym, w celu łatwego rozróżnienia tej igły do pobrań z filtrem? Nasadka nie krótsza niż 2,5 cm dla łatwego pobrania całości leku ze szklanej fiolki, jałowa - sterylizowana R. Osłona czerwona. Opakowanie jednostkowe i zbiorcze oznaczone kolorem fioletowym. Pozostałe zgodnie z SWZ.
Odp.: Zamawiający wymaga zaferowania zgodnie z SWZ.





Dotyczy pakietu nr 15

1. Prosimy o doprecyzowanie, czy zamknięty system dostępu naczyniowego ma posiadać laminarny tor przepływu, łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzieloną membranę, osadzoną zewnętrznie w sposób trwały na poliwęglanowym przezroczystym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, zaoferowanie systemu dostępu naczyniowego o proponowanych w zapytaniu parametrach, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

2. Prosimy o dopuszczenie zaworu bez mechanicznych części wewnętrznych, prędkość przepływu 533ml/min. Wytrzymały na ciśnienie 45 PSI o objętości wypełnienia 0,16 ml bez podania parametru wypływu zwrotnego, do 100 aktywacji.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SWZ.

3. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wyspecyfikowany w zadaniu 15 łącznik bezigłowy, ma posiadać na obudowie konektora naprzeciwległe wypustki ułatwiające utrzymanie zaworu w palcach w trakcie łączenia np. ze strzykawką?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

4. Prosimy o doprecyzowanie czy zaoferowany łącznik w **pakiecie 15** może mieć długość max 2,8 cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza łącznik o długości max 2,8 cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

5. Prosimy o doprecyzowanie, czy w **pakiecie 15** zamknięty bezigłowy dostęp naczyniowy ma posiadać pomarańczowy pierścień uszczelniający, który działa jako wskaźnik wizualny co daje pewność niezmiennego uszczelnienia po wielokrotnej aktywacji?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Dotyczy § 2 ust. 6 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie wskazanych dokumentów na adres e-mail podany przez Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Adres e-mail zostanie podany w umowie w miejscu par. 3 ust. 2.

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 6 (Dot. Pakietu 1, 6, 7, 15)

Prosimy o modyfikację zapisu w § 5 ust. 6 zgodnie z poniższym:

„W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy.”

Odp.: Zamawiający nie modyfikuje powyższego zapisu.





Dotyczy § 9 ust. 1 pkt b i c wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o naliczanie kar od niezrealizowanej części umowy.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Dotyczy § 9 ust. 1 pkt d wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej do 50,00 zł netto za każdy dzień zwłoki.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Dotyczy § 9 ust. 4 pkt d wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 35% wartości umowy.

W naszej opinii zaproponowana łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych na poziomie nieprzekraczającym 60% wartości umowy jest za wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych, wynosi najczęściej 20 – 30%. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o obniżenie łącznej maksymalnej wysokości wszystkich kar umownych do poziomu nie przekraczającego 35% wartości umowy (danej części) i prosimy o modyfikację zapisów umowy w tym zakresie.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Dotyczy § 11 ust. 2 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie następującego zapisu do umowy: „Zamawiający przez odstąpieniem od umowy pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy”.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Dotyczy Formularz cenowy, kolumna "Ilość opakowań"

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy w przypadku, gdy w przeliczeniu ilości sztuk na opakowania wynikiem nie jest pełna liczba ilości opakowań, czy w takiej sytuacji wykonawca ma zaokrąglić ilości do pełnych opakowań w górę czy np. w wyliczeniach pozostawić ilość do dwóch miejsc po przecinku?

Odp.: Zamawiający wymaga wyliczeń do dwóch miejsc po przecinku.

Zestaw nr 2:

1. Zadanie nr 9: Dot. poz. 1 i 2 załącznika nr 1 do SWZ – Wyjaśniamy, że OPZ w obecnym brzmieniu zawiera parametry, które nie są już obowiązujące lub uległy one zmianie przez producenta opisanych zestawów. Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację wskazanych poniżej zapisów OPZ poprzez:

Poz. 1 – wykreślenie zapisu „Filtr powietrza 3µm”

Poz. 1 – zmianę zapisu „kasetę 3,5ml” na zapis „przybliżona objętość łącznie z kasetą: 5,8 ml”

Poz. 2 - zmianę zapisu „objętość wypełnienia 0,5 ml” na zapis „objętość wypełnienia 0,37 ml”

Poz. 2 – wykreślenie zapisu „średnica zewn. 2,13mm, średnica wewn. 1,37mm”

Odp.: Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) zaferowanie zestawu z uwzględnieniem proponowanych zmian w zakresie parametrów wyżej wymienionych, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

2. Zadanie nr 9: Dot. poz. 1 załącznika nr 1 do SWZ – Czy Zamawiający uwzględni wielkość opakowania zbiorczego proponowanego przez Wykonawcę podczas składania zamówień? Wyjaśniamy, że obecnie zestawy pakowane są w opakowania zbiorcze zawierające 50 szt.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaferowanie zestawu w opakowaniach po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej w zadaniu ilości sztuk.





3. Zadanie nr 9: Dot. poz. 2 załącznika nr 1 do SWZ – Czy Zamawiający uwzględni wielkość opakowania zbiorczego proponowanego przez Wykonawcę podczas składania zamówień? Wyjaśniamy, że obecnie zestawy pakowane są w opakowania zbiorcze zawierające 120 szt.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedłużacza w opakowaniach po 120 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej w zadaniu ilości sztuk, przyjmując zaokrąglenie niepełnej ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

4. Zadanie 9: Dot par. 2 ust.7. wzoru umowy: Wykonawca wnosi o zmianę istniejącego zapisu w ten sposób, aby minimalna realizacja umowy była na poziomie 75% wartości brutto umowy.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgodny.

5. Zadanie 9: Dot. par. 5 ust 3. wzoru umowy: Czy Zamawiający wyraża zgodę na 30 dniowy termin płatności?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodny.

6. Zadanie nr 9: Dot. par. 9 ust. 4 wzoru umowy - Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę istniejącego zapisu w ten sposób, aby łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych nie mogła przekroczyć 20% wartości umowy.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

7. Zadanie nr 9: Z uwagi na to, że jesteśmy podmiotem zagranicznym prosimy Zamawiającego o zgodę na podpisanie ewentualnej, przyszłej umowy w sposób elektroniczny. Taka forma podpisu znacznie przyspieszy procedurę i pozwoli uniknąć długiego czasu podpisu umowy z powodu wysyłki za granicę.

Odp.: Zgodnie z par. 15 ust. 5 Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zestaw nr 3:

Pytanie dot. Część 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 2 poz. 1 zestawu do nebulizacji z trójnikiem "T", ustnikiem i rurką, nebulizator o pojemności 6 ml skalowany co 1 ml oraz dren o długości 200 cm odporny na zgniatanie przewodem tlenowym, nie zawiera lateksu, sterylny, pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze 100 sztuk?

Odp.: Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) zaoferowanie nebulizatora o wymienionych parametrach w opakowaniach po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

Zestaw nr 4:

Część nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga wyceny za 1 sztukę zestawu do krikotyroidotomii?

Odp.: Zamawiający wymaga zaoferowania 4 opakowań zestawu, pakowanego pojedynczo, tzn. do wyceny należy przejść za jednostkę miary 1 zestaw.

Część nr 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę z nieznaną zawartością ftalanów?

Odp. Nie, zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.





Część nr 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ
06 Fr (2,0)	255mm
10 Fr (3,3)	340mm
12 Fr (4,0)	340mm
14 Fr (4,7)	340mm

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.

Część nr 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik z nieznaczną zawartością ftalanów?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.

Część nr 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy o długości 2,4cm, objętości wypełnienia 0,13ml i prędkości przepływu >1000ml/10min, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.

Zestaw nr 5:

Część 15

Czy Zamawiający w części nr 15 poz. 1 dopuści zaoferowanie bezigłowego portu do zabezpieczenia dostępu naczyń naczyniowych dla dorosłych z silikonową przezroczystą membraną, kompatybilny ze sprzętem medycznym o zakończeniu Luer – Lock (pojedynczy zawór), wykonany z copolyestru, objętość wypełnienia 0,085 ml, przepływ 312 ml/min; sterylizowany tlenkiem etylenu, odporny na lipidy i cytostatyki, okres stosowania do 7 dni lub 600 aktywacji ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) zaoferowanie bezigłowego portu do zabezpieczenia dostępu naczyń naczyniowych o proponowanych parametrach, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Zestaw nr 6:

Pakiet 1, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 5, pozycja 3-4 – Czy Zamawiający dopuści cewnik posiadający śladowe ilości ftalanów?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 15, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port o następujących właściwościach:

- Obudowa wykonana z transparentnego materiału – poliwęglanu
- Wysokiej jakości silikonowa membrana pozwala na wielokrotne iniekcje portu
- Płaska powierzchnia wstrzyknięcia – gładko i równo zakończona membrana portu ułatwiająca dezynfekcję
- Nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI





- Zakończenie męskie portu typu transparentny zabezpieczone aplikatorem umożliwiającym jałowe wyciągnięcie z opakowania
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji
- Okres ważności: 3 lata
- Objętość wypełnienia 0,09ml
- Wysoki przepływ 350ml/min
- Wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44 PSI)
- Wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI)
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie jednostkowe: papier-folia
- Ilość w opakowaniu : 100 szt.

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane wyżej parametry, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pakiet 15, pozycja 1– Czy Zamawiający odstąpi od kontaktu z chemioterapeutykami?

Odp.: Nie, zamawiający wymaga tak jak w SWZ.

Opracowała: Beata Tyłska

