

Konin, 13.09.2019 r.

WSZ-EP-33/902/2019

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na utworzenie pracowni radiologii zabiegowej wraz z zakupem angiografu, nr sprawy: WSZ-EP-33/2019

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ, Strzykawka do podawania kontrastu.

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę automatyczną do podawania kontrastu o poniższych parametrach? :

Urządzenie fabrycznie nowe, rok prod. 2019

Regulowana prędkość przepływu: 0,1 – 30 ml/s (opcja Angio); 0,1 – 10 ml/s (opcja TK).

Ciśnienie: 73 – 1200 psi (angio); 73 – 300 psi (TK).

Brak możliwości stosowania wymiennych wkładów fabrycznie napełnionych środkiem cieniującym.

Głowica strzykawki dostosowana do stosowania wymiennych wkładów o pojemności 200 ml.

Napełnianie wkładu kontrastem z prędkością 1 – 4 ml/s.

Całkowity czas w opóźnieniu skanowania 0 – 99 s.

Całkowity czas w opóźnieniu iniekcji 0 – 255 s.

Monitor ciekłokrystaliczny z panelem dotykowym (touch screen).

Możliwość zapisania w pamięci systemu 120 protokołów (dla każdej z opcji po 60 protokołów tj. opcja angio 60; opcja TK 60).

Fazy: 1-3.

Opóźnienie fazy od 0 do 255sek.

System ogrzewania kontrastu (około 37 stopnie C).

Strzykawka na własnym statywie z możliwością łatwego przemieszczania.

Napełnianie wkładów ręcznie lub automatycznie.

Brak możliwości dokupienia opcji podawania kontrastu synchronizowanego z sygnałem EKG.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.