

WSzSL/DZ/072-288/19

Legnica 25.04.2019

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:

Postępowania przetargowego: „PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY RÓŻNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH, W TYM UŻYWANYCH NA SALACH OPERACYJNYCH „

znak sprawy: WSzSL/DZ-23/19

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018. 1986 ze zm), wyjaśniam co następuje:

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy części 12 – kasetki histopatologiczne**

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, tj. : Kasetki histopatologiczne do zatapiania w parafinie z pokrywą plastikową z zawiasem przełamania, 64 prostokątne otwory do przepływu parafiny o wymiarach otworów 5.0 mm x 1.0 mm x 1.0 mm ? Kasetka posiada z przodu powierzchnię skośną do opisu. Kasetki odporne na działanie odczynników laboratoryjnych (formalina, ksylen), nie ulegają odkształceniu po użyciu parafiny o temperaturze do 70oC. Zoptymalizowane otwory w kasetce pozwalają na swobodny przepływ reagentu, a jej zwiększona grubość zapewnia większą trwałość, odporność i jakość użytkową.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy części 12 – kasetki histopatologiczne**

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, tj. : Kasetki histopatologiczne do zatapiania w parafinie z pokrywą plastikową bez zawiasu przełamania, 64 prostokątne otwory do przepływu parafiny o wymiarach otworów 5.0 mm x 1.0 mm x 1.0 mm ? Kasetka posiada z przodu powierzchnię skośną do opisu. Kasetki odporne na działanie odczynników laboratoryjnych (formalina, ksylen), nie ulegają odkształceniu po użyciu parafiny o temperaturze do 70oC. Zoptymalizowane otwory w kasetce pozwalają na swobodny przepływ reagentu, a jej zwiększona grubość zapewnia większą trwałość, odporność i jakość użytkową.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pytanie nr 3**

**Dotyczy części 12 – kasetki histopatologiczne**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, tj. koloru kasetek – jakie kolory Zamawiający ma zamiar zamawiać i w jakich proporcjach.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wymaga kasetek tylko w kolorze różowym.**

**Pytanie nr 4**

**Dotyczy części 12 – kasetki histopatologiczne**

Czy Zamawiający wymaga kasetek z 62 kwadratowymi otworami o wymiarach 2x2mm w przykrywce i podstawie, kompatybilnych z wyposażeniem pracowni, posiadających z przodu skośną powierzchnię do opisu. Kasetki odporne na działanie odczynników laboratoryjnych (formalina, ksylen) nie ulegać odkształceniu po użyciu parafiny o temperaturze do 70 °C (kolorowe oprócz białych).

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowany worek. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**UWAGA !**

**Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**

Z-CA DYSKUTYWA  
Dr. Lechner **Z poważaniem**  
Komisja  
dr n. med. Szymon Maj

