



Włocławek, dnia 10.07.2019r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki.**

**Znak postępowania : DZP/26/2019.**

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2019/S 120-293275, data przekazania: 21.06.2019r., data publikacji: 25.06.2019r., data zamieszczenia na stronie internetowej dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej:

<https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w dniu 25.06.2019 r.

1. Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2019/S 130-319153, data przekazania: 04.07.2019r., data publikacji: 09.07.2019r., data zamieszczenia na stronie internetowej dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej:

<https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w dniu 09.07.2019r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2018.1986 z późn. zm.), Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku zawiadamia, że jeden z Wykonawców złożył następujące zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

**Pytanie nr 1**

**dot. Części nr 1 pozycja 3:**

Czy Zamawiający w pozycji nr 3 miał na myśli roztwór acetonidu triamcynolonu?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 2**

**dot. Części nr 4:**

Czy Zamawiający dopuści lepkość w zakresie 400 000 mPas?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie nr 3**

**dot. Części nr 5:**

Czy Zamawiający dopuści lepkość 3 200 mPas (przy 5 s-1)?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie nr 4**

**dot. Części nr 6 pozycja 3:**

Czy Zamawiający dopuści również w pozycji nr 3 nóż Crescent o szerokości 2,2mm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści .**

SPORZĄDZIŁA :

mgr inż. Dorota Szczupakowska  
tel/faks : 54 412 94 32

Zastępca Dyrektora  
ds. Lecznictwa

lek.med. Krzysztof Szczępaniński