

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY (OPZ)

Zadanie nr 8

Lp.	Asortyment	Producent/ nr kat	Ilość	Cena netto jedn	Wartość netto	Podatek VAT %	Wartość brutto
1	Testy kontroli mycia mechanicznego STF-100szt. Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych ani krwi test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza, substancja testowa zgodna ISO/TS15883-5- umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza w czterech różnych punktach. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrole procesów mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Oświadczenie producenta testu o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu max 100szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu.	ALBERT BROWNE / 2315AB	45	230,00 zł	10 350,00 zł	8%	11 178,00 zł
2	Testy kontroli mycia mechanicznego – UCHWYT STF – 1szt. Uchwyt wielokrotnego użytku wykonany ze stali nierdzewnej, do utrzymania arkusza testowego wskaźniki kontroli mycia mechanicznego, umożliwiające kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Uchwyt w postaci „klipsa”, otwierany w celu łatwiejszego umieszczania i wyciągania arkusza testowego. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu.	ALBERT BROWNE / 2316AB	3	530,00 zł	1 590,00 zł	8%	1 717,20 zł
3	DES CHECK – testy kontroli skuteczności dezynfekcji termicznej- 93°C/ 10 minut – 100szt. Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni dezynfektorze w zakresie parametrów: 93°C – 10 minut, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Spełniający wymagania normy EN ISO11140-1 we wszystkich punktach, które dotyczą, w tym zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 w g EN ISO 11140-1 (na każdym wskaźniku i/lub każdym opakowaniu nadrukowany numer normy i typ wskaźnika). Poświadczony aktualnym dokumentem producenta, brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu max 100szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu.	ALBERT BROWNE / 2470AB	23	150,00 zł	3 450,00 zł	8%	3 726,00 zł
4	System dokumentacji procesu- 100szt – koperta – proces dezynfekcji. Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet i wskaźników używanych w kontroli procesów mycia i dezynfekcji termicznej wymienionych- w opakowaniach po 100szt.	MEDIA-MED / 3782PL	4	100,00 zł	400,00 zł	23%	492,00 zł
5	System dokumentacji procesu – 100szt – koperta – proces sterylizacji. Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet i wskaźników używanych w kontroli procesów sterylizacji wymienionych powyżej – w opakowaniach po 100szt.	MEDIA-MED / 3788PL	4	100,00 zł	400,00 zł	23%	492,00 zł
Ogółem					16 190,00 zł		17 605,20 zł

Dostarczony towar musi posiadać minimum 12 miesięczny termin ważności. Zamawiający wymaga od Wykonawców podania na fakturze nr serii i terminów ważności dostarczanego towaru.

Dostawa loco Centralna Sterylizatornia Szpitalna ul. 3 Maja 37 lub Magazyn ul. Św. Jana 9 w godzinach od 7:00 do 14:00: każdorazowo w zamówieniu będzie podane miejsce dostarczenia towaru.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę innej jednostki miary/wielkości opakowania niż podana w Formularzu cenowym, Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia wymaganych ilości w zależności od wielkości zaoferowanego opakowania. Wówczas należy podać wielkość zaoferowanego opakowania oraz przeliczyć wymaganą w Formularzu ilość i podać oświadczoną ilość po przeliczeniu. Zaokrąglenie do pełnych opakowań zgodnie z zasadami matematyki.

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty na poszczególne pozycje w ramach Zadania. Wykonawca winien złożyć ofertę na wszystkie pozycje w zakresie Zadania.

Wykonawca może usunąć w arkuszu Zadania/części, na które nie składa oferty lub pozostawić je niewypełnione.

Wartości z pozycji **OGÓŁEM (netto, VAT, brutto)** należy przenieść do Formularza ofertowego w miejsce przeznaczone do wpisania wartości za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania n.