



Kup, dn. 27 maja 2024 r.

Nr sprawy ZP/9/2024

## Do wiadomości

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest: **Dostawa wyrobów medycznych i art. jednorazowego użytku.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia – wskazanie modelu wstrzykiwacza kontrastu, dla którego wężyki zostały ujęte w zestawie 1 postępowania.

**Odp.: Urządzenie: Wstrzykiwacz - CT MOTION**

2. Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do ofertowania w zestawie 1 poz. 1 postępowania zestawu zapewniającego pracę przez 24 godziny, składającego się z 2 wężyków pompy o czasie pracy do 12 godzin oraz wytrzymałości ciśnieniowej 24 bar, spełniających wymagania Zamawiającego zawarte w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

3. Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do ofertowania w zestawie 1 poz. 2 postępowania wężyków pacjenta o wytrzymałości ciśnieniowej 24bar oraz objętości napełniania 12,5ml spełniających wymagania Zamawiającego zawarte w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

4. Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do ofertowania w zestawie 1 poz. 3 postępowania wężyków pacjenta o wytrzymałości ciśnieniowej 24bar oraz objętości napełniania 15,7ml, spełniających wymagania Zamawiającego zawarte w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

5. Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do ofertowania w zestawie 1 poz. 1 wężyków pompy pakowanych w opakowania zbiorcze 40szt. (opakowanie zawiera 4 oddzielne kartony po 10szt).

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

6. Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do ofertowania w zestawie 1 poz. 2 i 3 wężyków pacjenta pakowanych w opakowania zbiorcze 200szt. (opakowanie zawiera 4 oddzielne kartony po 50 szt.).

**Odp.: Zamawiający dopuszcza**



7. Zestaw nr 3 poz. 1 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic gładkich z teksturą na końcach palców, o poziomie AQL  $\leq 1,5$ . Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

8. Zestaw nr 3 poz. 5 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic gładkich z teksturą na końcach palców, o poziomie AQL  $\leq 1,5$ . Rękawice będące wyrobem medycznym klasy I oraz środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ C. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

9. Zestaw nr 3 poz. 9 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic gładkich z teksturą na końcach palców. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

10. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę kary w § 9 ust. 1 pkt 2). wzoru umowy na 0,5% wartości niezrealizowanego zamówienia lub na inne złagodzenie kary umownej w § 9 ust. 1 pkt 2).?” Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współzycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, zapisy pozostają jak w SWZ.**

11. „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt 3). wzoru umowy wyrażenie „0,10% całkowitego wynagrodzenia wykonawcy brutto określonego w postanowieniu § 7 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „0,1% niezrealizowanej wartości umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.”

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, zapisy pozostają jak w SWZ.**