



Poznań, 15 kwietnia 2021 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ
WETERYNARII

Andrzej Żarnecki

wg rozdzielnika

Nasz znak: AD-O.272.9.2021

Dot. sprawy nr: -

pismo z dnia: -

WYJAŚNIENIE treści SWZ

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, działając zgodnie z treścią art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów diagnostycznych, testów immunoenzymatycznych, zestawów do izolacji i wykrywania wirusa niebieskiego języka (BTV) kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480, zestawów do wykrywania pałeczek Salmonella i Listeria, odczynników chemicznych, odczynników do chromatografii i absorpcji atomowej, kolumniek immunoenzymatycznych oraz pożywek mikrobiologicznych „J”.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet IV, załącznik nr 5 do SWZ

Pytanie nr 1: „Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawów real-time PCR do wykrywania patogenów, które zawierają 12 pasków po 8 studzienek z naniesionym odczynnikiem do PCR i 12 pasków po 8 studzienek do lizy? W oferowanych przez nas zestawach odczynniki są umieszczone w studzienkach, co znacznie ułatwia pracę i powoduje, że stosowanie dodatkowych pasków jest zbędne.”

Odpowiedź nr 2: Zaoferowane zestawy muszą być kompletne i zgodne z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający nie dokonuje zmian w zakresie ilości akcesoriów.

z up. Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

KIEROWNIK
Zespołu ds. Administracyjnych

mgr Lidia Zujerchowska-Cerek

ZB Sporządziła: D. Bartoszewska



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl

