



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

Kraków, 27.10.2020r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn. „Dostawa testów do IVD do wykrywania Ag HBs (wraz z testami potwierdzenia), HIV Ag/Ab, anty-HCV, anty- *Treponema pallidum* oraz kontroli, kalibratorów, materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania badań metodą immunochemiczną wraz z dzierżawą automatycznych systemów diagnostycznych z całkowitym i kompletnym oprzyrządowaniem” ZP-20/20

Pytanie nr 1:

Czy w związku z dynamicznie rozwijającą się pandemią COVID 19 Zamawiający planuje wykonywanie badań anty SARS Cov 2 na zaoferowanych w tym przetargu aparatach?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje wykonywanie badań na obecność przeciwciał Anty SARS-Cov-2 wraz z oznaczeniem miana Anty-SARS-Cov-2 w klasie IgG na zaoferowanych systemach diagnostycznych/analizatorach.

Oferowane automatyczne systemy diagnostyczne/analizatory muszą posiadać możliwość wykonywania takich badań. Zamawiający przewiduje nie więcej niż 2 000 wskazanych badań rocznie.

Łukasz Guliński

Dyrektor RCKiK w Krakowie