



ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

tel.: 68 347 73 00

fax: 68 384 25 90

e-mail: sekretariat@spzowolsztyn.pl

<http://www.spzowolsztyn.pl>

NIP: 923-15-06-721, REGON: 970773426

Wolsztyn, dnia. 23.11. 2020 r.

Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/243/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn:

Dostawa odczynników kalibratorów, materiałów zużywalnych do badań parametrów analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w SPZOZ w Wolsztynie; [PN/18/2020]

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - (tekst jedn.: Dz.U.2019.1843) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

ZESTAW I

Pytanie nr 1

Dotyczy: zał. nr 3 „Parametry graniczne automatycznego analizatora parametrów równowagi kwasowo-zasadowej na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego” pkt. nr 2

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści analizator używany nie starszy niż rok produkcji 2017r. po pełnym przeglądzie i objęte pełną gwarancji na czas trwania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora używanego (nie starszy niż rok produkcji 2017r.) po pełnym przeglądzie i objęte pełną gwarancji na czas trwania umowy. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor SPZOZ w Wolsztynie

Karol Mońko

Sporządziła: Bernadeta Kurp we współpracy z KP

