

Grodzisk Wielkopolski, dnia 30.10.2023 r.

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Grodzisku Wielkopolskim  
ul. Mossego 17

**Dotyczy:** postępowania w trybie podstawowym pn. „Dostawa tomografu komputerowego dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim w ramach projektu pn. „Wsparcie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim w zakresie profilaktyki, ratowania i poprawy zdrowia” nr postępowania SPZOZ.DLA.2301.03.2023

## WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. ), informuje iż w ww. postępowaniu zostały złożone zapytania. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści SWZ:

1. Czy zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt. 5 tj. "Moduł synchronizacji akwizycji z zapisem EKG na gantry" ? Moduł opisany przez zamawiającego jest konieczny do wykonywania badań kardiologicznych, czy zamawiający zamierza wykonywać takie badania?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

2.GENERATOR I LAMPA

Poz. 15 "Powierzchnia małego ogniska lampy rtg [mm<sup>2</sup>] - ≤ 0,6"

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z lampą o pojemności cieplnej 8MHU ale z ogniskiem 0,72mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody**