

COZL/DZP/AW/3411/PN - 44/24

Lublin, dnia 13.05.2024r.

Do wszystkich wykonawców

„Usługa przeprowadzenia przeglądów okresowych, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa elektrycznego oraz napraw w ramach pogwarancyjnej obsługi technicznej aparatury medycznej w COZL”. Znak postępowania: COZL/DZP/AW/3411/PN-44/24

1. Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

I.

Pytanie nr 1

Zadanie nr 6: Dot. załącznika nr 2.6 do SWZ – Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy w cenie przeglądu należy uwzględnić koszt wymiany akumulatorów w pompach? Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z zaleceniami producenta wymiana akumulatora winna następować co 2 lata.

Odpowiedź: Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dotyczącym części nr 6 Zamawiający w ramach wynagrodzenia za umowę wymaga wymiany akumulatorów z częstotliwością zalecana przez producenta.

Pytanie nr 2

Par. 3 ust. 5 pkt 2

Wnosimy o doprecyzowanie: „zgodnie z przepisami prawa, w zakresie i na podstawie postanowień umowy”. Obecne brzmienie nie ogranicza poleceń wyłącznie do działania na podstawie umowy, jako że polecenia mają „dotyczyć” jej postanowień.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3

Par. 6 ust. 1

Zgodnie z poglądami sądów powszechnych kara umowna naliczana za zwłokę powinna być naliczana w wartości ułamkowej, zaczynającej się od 0,1-0,2%. Zaproponowane wartości kar są w naszej ocenie rażąco wygórowane już w dacie zastrzegania 0,(5%). Kara umowna określona ww. punktem może być naliczana kilkakrotnie w trakcie trwania umowy, odwołując się za każdym razem do pełnej wartości wynagrodzenia Wykonawcy, co zaburza równowagę kontraktową pomiędzy stronami. Nadto, uprawnienie do naliczania kar umownych znajduje swoją wyraźną podstawę kodeksową w art. 483 k.c., natomiast zaproponowane zapisy Wykonawca postrzega, jako pomijanie ogólnych zasad kodeksowych. Dodatkowo, wysokość możliwych do poniesienia przez Wykonawcę kar umownych jest całkowicie nieproporcjonalne do potencjalnych odsetek za opóźnienie Zamawiającego w płatności, co pogłębiałoby brak równowagi pomiędzy stronami.

Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się na zmianę ww. postanowienia umowy poprzez zastrzeżenie kary umownej w wysokości 0,2% zamiast 0,5%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4

Par. 6 ust. 2

Wnosimy o zmianę postanowienia w następujący sposób: „Strony uzgadniają, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody rzeczywiste wyrządzone Zamawiającemu czy też jego pacjentom, wynikłe z nieprawidłowej realizacji niniejszej umowy lub nie dołożenia należytej staranności podczas wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.”.

Zwracamy uwagę, że postanowienie w obecnym kształcie może nie być zgodne z art. 433 pkt 3) PZP, który zabrania nakładania na Wykonawcę odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Przedmiotowa prośba uzasadniona jest również coraz szerszą praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy. Pragniemy zauważyć, że brak ograniczenia odpowiedzialności do bezpośredniej straty po stronie Zamawiającego i pozostawienie odpowiedzialności również za bliżej nieokreślone utracone korzyści, może spowodować konieczność przygotowania oferty zabezpieczającej również ten rodzaj odpowiedzialności, co w praktyce może być dla Zamawiającego niekorzystne. Wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są wystarczającym czynnikiem „motywowującym” Wykonawcę do należytego wykonania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5

Par. 6 ust. 5 zd. 1

W przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu umowy zasadnym jest w pierwszej kolejności wezwanie Wykonawcy do wykonania swoich obowiązków a dopiero po odmowie wykonania lub ponownym niewykonaniu zastosowanie zlecenia interwencyjnego, zwłaszcza, że Zamawiający łączy to dodatkowo z karą umowną za nieterminową realizację Umowy. Takie postanowienie może prowadzić do powstania nieuzasadnionych korzyści po stronie Zamawiającego, nakłada dodatkowe ryzyko na Wykonawcę i tym samym narusza równowagę stron.

Ponadto, w przypadku zlecenia wykonania zastępczego innemu podmiotowi ten podmiot jako profesjonalista będzie ponosił odpowiedzialność wobec zamawiającego za realizację zlecenia. Niewłaściwym jest nakładanie na wykonawcę obowiązku ponoszenia ryzyka w tym zakresie, skoro Wykonawca nie ma żadnego wpływu na wybór tego podmiotu, dlatego prosimy o wykreślenie odniesienia do „ryzyka” w § 6 ust. 5 lub przynajmniej wskazanie, że zastępczy wykonawca będzie posiadał autoryzację producenta sprzętu medycznego.

W związku z powyższym proponujemy tego zmianę § 6 ust. 5 w następujący sposób: „W sytuacji gdy, Wykonawca nie przystąpi do naprawy, o której mowa w §6 ust. 4 w terminie 5 dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy liczonych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wykonania takiej naprawy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania umowy lub prawidłowej jej realizacji, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin, nie krótszy niż 5 dni roboczych. Po ponownym nieprzystąpieniu do wykonaniu usługi Zamawiającemu przysługuje uprawnienie realizacji naprawy w trybie wykonania zastępczego, polegającego na zleceniu wykonania takiej naprawy podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy bez uzyskiwania przez Zamawiającego w tym przedmiocie upoważnienia sądu na podstawie przepisu art. 480 KC.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr

Par. 6 ust. 6

Zwracamy uwagę, że limitu kar ustalony na poziomie 30% wartości brutto umowy może doprowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. Wskazać należy, iż celem art. 436 pkt 3) PZP i wprowadzenie obowiązku przewidywania łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić Strony, było właśnie uniknięcie sytuacji naliczania rażąco wygórowanych. Zastosowanie kary na poziomie 30% wynagrodzenia Wykonawcy jest sprzeczne z celem tego postanowienia, a dodatkowo kumulowanie ryzyka będzie musiało zostać uwzględnione w cenie oferty wykonawców, co nie jest zjawiskiem korzystnym dla Zamawiającego. W związku z tym, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę limitu kar, jakie mogą być naliczone w ramach umowy na 15%.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7

Par. 8 ust. 5

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula odnosi się do wskaźników kwartalnych GUS.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

III.**Pytanie nr 8**

(dotyczy Załącznik nr 2.8 - KOSZTORYS OFERTOWY; Część nr 8 – Aparatura laryngologiczna): Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić urządzenia z pozycji:

1. Audiometr kliniczny, typ Astera 2, producent GN Otometrics, s/n 007291
2. Audiometr kliniczny, typ Istera 2, producent GN Otometrics, s/n 007293
3. Urządzenie do badania otoemisji akustycznej, typ Capella 2, producent GN Otometrics, s/n 2136-1.2
4. Tympanometr kliniczny, typ Zodiac 901, producent GN Otometrics, s/n 001946
5. Aparat ABR, typ ICS CHARTR EP 200, producent GN Otometrics, s/n 007289
6. Kalorymetr powietrzny, typ ICS AirCal, producent GN Otometrics, s/n 016988
7. Kalorymetr wodny, typ Variotherm Plus, producent GN Otometrics, s/n 200015553-127239-2015-05
8. Videonystagmograf VNG, typ VNG ICS Chartr 200, producent GN Otometrics, s/n 007292
do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9

(dotyczy Załącznik nr 2.8 - KOSZTORYS OFERTOWY; Część nr 8 – Aparatura laryngologiczna): Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić urządzenia z pozycji:

10. Pompa płucząca, typ DP30, producent NOUVAG, s/n 1695U1502R
do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10

(dotyczy Specyfikacja Warunków Zamówienia): Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści zapisu warunku udziału w postępowaniu dla części 2 – 5, 7 - 9:

„co najmniej jedną osobę posiadającą wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega przy tym możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, świadectwa przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzającego

nabyć kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.”

Na:

„co najmniej jedną osobę posiadającą wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega przy tym możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentu autoryzacji producenta dopuszczającego/uprawnającego Wykonawcę do świadczenia usług serwisowych lub świadectwa przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzającego nabyć kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – zmiana SWZ rozdział XVI WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, pkt. 1 ppkt.2 lit. d) pkt.2).

IV.

Pytanie nr 11

Część nr 4, załącznik nr 2.4 do SWZ, pkt 4:

Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wydawania orzeczeń wyłącznie po wykonanym przeglądzie technicznym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

V.

Pytanie nr 12

Dotyczy treści umowy w § 5 pkt. 2

Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na płatność za dostawę do 30 dni od dnia daty otrzymania faktury VAT.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 13

Dotyczy Załącznika nr 2.11: Część 11 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 3.5.

Proponujemy termin naprawy do 5 dni roboczych liczonych od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – powyższe należy uwzględnić w składanej ofercie, pozostałe zapisy bez zmian..

2. Działając w oparciu o zapisy art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), Zamawiający zmienia treść zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1.Zmiana SWZ rozdział XVI WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, pkt. 1 ppkt.2 lit. d) pkt.2)

Było:

2) Warunek spełni wykonawca, który wykaże, że dysponuje:

Dla części 1 i 6 – co najmniej jedną osobę posiadającą łącznie:

- a) uprawnienia w zakresie konserwacji dla urządzeń o napięciu do 1 Kv na stanowisku eksploatacji;(świadcstwo kwalifikacyjne Grupy 1 – wymóg przedstawienia dokumentu przed zawarciem umowy)
- b)kwalifikacje zawodowe w postaci odbytego szkolenia organizowanego przez producenta sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela, na który składana jest oferta w zakresie serwisu tj. Napraw, konserwacji i przeglądów, potwierdzone aktualnym imiennym certyfikatem lub zaświadczeniem lub pisemnym imiennym upoważnieniem wystawionym przez producenta do wykonywania usług objętych postępowaniem(wymóg przedstawienia dokumentu przed zawarciem umowy).

Dla części 2 – 5, 7 - 9 – co najmniej jedną osobę posiadającą wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega przy tym możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, świadectwa przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzającego nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

Dla Części 10 i 11 - dwoma osobami posiadającymi łącznie:

- a)wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, potwierdzone pisemnym certyfikatem, lub innym równoważnym dokumentem wydanym przez producenta urządzeń/systemów lub uprawnionego przedstawiciela – wymagane są aktualne, imienne świadectwa przeszkolenia personelu Wykonawcy przez producenta urządzeń/systemów, których dotyczy dana usługa serwisowa.
- b)świadectwa kwalifikacyjne „E” lub „D” do 1kV z uprawnieniami do wykonywania pomiarów ochronnych.
- c)dostęp na podstawie licencji do kodów serwisowych, jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia.
- d)dostęp do aktualnych instrukcji urządzeń oraz oryginalnej dokumentacji technicznej producenta. Wykonawca w trakcie trwania umowy zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego przedstawić do wglądu niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od wezwania) dokumenty poświadczające, iż dysponuje niezbędną, oryginalną dokumentacją techniczną.

Jest:

Zmiana SWZ rozdział XVI WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, pkt. 1 ppkt.2 lit. d) pkt.2)

- 2) Warunek spełni wykonawca, który wykaże, że dysponuje:

Dla części 1 i 6 – co najmniej jedną osobę posiadającą łącznie:

a) uprawnienia w zakresie konserwacji dla urządzeń o napięciu do 1 Kv na stanowisku eksploatacji; (świadcstwo kwalifikacyjne Grupy 1 – wymóg przedstawienia dokumentu przed zawarciem umowy)

b) kwalifikacje zawodowe w postaci odbytego szkolenia organizowanego przez producenta sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela, na który składana jest oferta w zakresie serwisu tj. Napraw, konserwacji i przeglądów, potwierdzone aktualnym imiennym certyfikatem lub zaświadczeniem lub pisemnym imiennym upoważnieniem wystawionym przez producenta do wykonywania usług objętych postępowaniem (wymóg przedstawienia dokumentu przed zawarciem umowy).

Dla części 2 – 5, 7, 9 – co najmniej jedną osobę posiadającą wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega przy tym możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, świadectwa przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzającego nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

Dla Części 8 - co najmniej jedną osobę posiadającą wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega przy tym możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, świadectwa przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzającego nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

Dla Części 10 i 11 - dwoma osobami posiadającymi łącznie:

a) wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, potwierdzone pisemnym certyfikatem, lub innym równoważnym dokumentem wydanym przez producenta urządzeń/systemów lub uprawnionego przedstawiciela – wymagane są aktualne, imienne świadectwa przeszkolenia personelu Wykonawcy przez producenta urządzeń/systemów, których dotyczy dana usługa serwisowa.

b) świadectwa kwalifikacyjne „E” lub „D” do 1kV z uprawnieniami do wykonywania pomiarów ochronnych.

c) dostęp na podstawie licencji do kodów serwisowych, jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia.

d) dostęp do aktualnych instrukcji urządzeń oraz oryginalnej dokumentacji technicznej producenta. Wykonawca w trakcie trwania umowy zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego przedstawić do wglądu niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od wezwania) dokumenty poświadczające, iż dysponuje niezbędną, oryginalną dokumentacją techniczną.

2.Zmiana SWZ w Części XVIII. Pkt. 1 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Było:

1.Wykonawca jest związany ofertą przez **90 dni** od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **21.08.2024r**

Jest:

1.Wykonawca jest związany ofertą przez **90 dni** od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **26.08.2024r**

4.Zmiana SWZ XXII. Pkt. 1 i 2 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Było:

1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale XXI należy złożyć w terminie **do dnia 24.05.2024 r. do godziny 09:00** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

2. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 24.05.2024 r. o godzinie 09:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej**, w siedzibie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin

Jest:

1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale IX należy złożyć w terminie **do dnia 29.05.2024 r. do godziny 09:00** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

2. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 29.05.2024 r. o godzinie 09:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej**, w siedzibie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.