

Sochaczew, dnia 10.07.2024 r.

EK-ZZ/ZP.261.23.D.2024

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowym na „**Dostawa i montaż toru wizyjnego oraz resektoskopu bipolarnego**” odpowiadamy na zapytania Wykonawców:

Pytanie nr 1, dot. pkt I.: Prosimy o dopuszczenie Jednostki sterującej kamery – 1 szt. Ze względu na różne nazewnictwo występujące na rynku, jednostka sterująca kamery jest tożsamym pojęciem z kontrolerem kamery.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 2, dot. pkt I, poz. 1.: Prosimy o dopuszczenie jednostki sterującej kamery spełniającej wymogi zabiegów min. ginekologii i urologii endoskopowej, laparoskopii, artroskopii, posiadającej dedykowane programy do każdej z wymienionych dyscyplin medycznych. System kamery endoskopowej z możliwością tworzenia indywidualnych ustawień użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 3, dot. pkt I, poz.2.: Prosimy o dopuszczenie rozdzielczości kamery nie gorszej, niż: Full HD 1920 x 1080 pikseli, zgodnie z wymogiem Zamawiającego odnośnie monitora pkt. IV poz. 2 w niniejszej specyfikacji, dla utrzymania tej samej minimalnej rozdzielczości oferowanego systemu jako całości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 4, dot. pkt. I, poz. 3.: Prosimy o dopuszczenie sterownika kamery (jednostki sterującej kamery) współpracującego z min. 2 rodzajami głowic kamery, w tym z głowicami: 1x 1/3” CMOS, głowicą pendualną 1x 1/3” CMOS.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 5, dot. Pkt I, poz 4.: Prosimy o wykreślenie niniejszego wymogu, jeżeli Zamawiający nie posiada giętkiego histeroskopu - pozwoli to złożyć konkurencyjne oferty większej liczbie oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 6, dot. pkt. I, poz. 5.: Prosimy o dopuszczenie portu USB na panelu przednim sterownika kamery, umożliwiającego archiwizację bezpośrednio na nośnikach zewnętrznych typu Pendrive lub dysk twardy. Możliwość archiwizacji zdjęć w formacie JPG oraz nagrywania wideo w formacie AVI. Rozdzielczość archiwizacji 1920 x1080.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 7, dot. pkt I, poz. 6.: Prosimy o dopuszczenie obsługi menu za pomocą przycisków znajdujących się na głowicy kamery. Głowica kamery pozwala na bezpośrednią obsługę przez operatora.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 8, dot. pkt. I, poz. 7.: Prosimy o dopuszczenie możliwości sterowania 6 funkcjami wybranymi z menu kamery za pomocą przycisków na głowicy kamery, z możliwością przypisania do



każdego przycisku po 2 funkcje i uruchamiania ich poprzez krótkie lub długie przytrzymanie przycisku.

Możliwość sterowania 2 funkcjami wybranymi z menu kamery (wyświetlanego na ekranie monitora) za pomocą przycisków na głowicy kamery.

Możliwość wyświetlania funkcji przypisanych do przycisków funkcyjnych na ekranie monitora endoskopowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 9, dot. Pkt. I, poz. 8.: Prosimy o dopuszczenie Panelu frontowego jednostki sterującej kamery z przyciskami funkcyjnymi umożliwiającymi: automatyczny balans bieli, automatyczny balans czerni, ustawienia dla różnych użytkowników, natomiast z poziomu przycisków na głowicy kamery ustawienie jasności (oświetlenia) obrazu na monitorze, zmianę ustawienia poziomu powiększenia zoomu cyfrowego, ustawienie funkcji wzmocnienie koloru odwzorowania obrazu , aby wzmocnić różnice między nieprawidłową i zdrową tkanką.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 10, dot. Pkt. I, poz. 10.: Prosimy o dopuszczenie Funkcji archiwizacji danych pacjenta (nagrania wideo wraz ze zdjęciami) w postaci plików PDF oraz AVI.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 11, dot. Pkt. I, poz. 11.: Prosimy o dopuszczenie funkcji powiększenia zoom'u cyfrowego (pętla zoom) - 4 poziomy zoom'u cyfrowego: x1.0, x1.2, x1.4 , x1.6.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 12, dot. Pkt.I,poz. 12.: Prosimy o dopuszczenie Kamery medycznej wyposażonej w funkcję wzmocnienia koloru , aby wzmocnić różnicę między nieprawidłową a zdrową tkanką poprzez wyłączane i włączane w dowolnym momencie za pomocą przycisku na głowicy kamery).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 13, dot. Pkt. I, poz. 13: Prosimy o dopuszczenie funkcji ustawienia zakresu wzmocnienia, gdy kamera pracuje w trybie ręcznego wzmocnienia - za pomocą przycisku na głowicy kamery możliwe jest sterowanie ręcznym wzmocnieniem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 14, dot. Pkt. I, poz. 14.: Prosimy o dopuszczenie Wyjść wideo : 2 x DVI-D , 2x S-Video, 2 x kompozytowe wideo.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 15, dot. Pkt.I, poz. 15.: Prosimy o dopuszczenie Gniazda DVI-D umożliwiającego przykręcenie wtyczki przewodu wideo do obudowy sterownika kamery w celu zabezpieczenia przed przypadkowym odłączeniem przewodu wideo i utratą obrazu na monitorze operacyjnym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 16, dot. Pkt.I,poz. 16.: Prosimy o dopuszczenie jednostki sterującej kamery posiadającej gniazdo (port) USB na panelu przednim urządzenia do podłączenia opcjonalnych akcesoriów takich, jak pamięć zewnętrzna USB oraz port USB, z tyłu do podłączenia klawiatury USB lub skanera kodów kreskowych USB.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 17, dot. Pkt.I,poz. 17.: Prosimy o dopuszczenie Głowicy kamery posiadającej możliwość zmiany ustawienia ostrości obrazu za pomocą pokrętła na głowicy kamery.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody



Pytanie nr 18, dot. Pkt.I, poz. 18.: Prosimy o dopuszczenie Jednostki sterującej kamery posiadającej możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych dla wybranego trybu pracy, trybu operacji, bezpośrednio z jednostki sterującej kamery.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 19, dot. Pkt.I, poz. 19.: Prosimy o dopuszczenie Systemu kamery endoskopowej posiadającego możliwość wyboru w menu temperatury barwowej dla czterech typów, w celu regulacji kolorów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 20, dot. Pkt.I, poz. 20.: Prosimy o dopuszczenie możliwości indywidualnej regulacji kolorów obrazu wideo za pomocą menu monitora.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 21, dot. Pkt.I, poz. 21.: Prosimy o dopuszczenie możliwości obrazu lustrzanego i odwrócenia obrazu w pionie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 22, dot. Pkt.I, poz. 22.: Prosimy o dopuszczenie stopnia ochrony części użytkowej BF.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 23, dot. Pkt.I, poz. 23.: Prosimy o dopuszczenie Funkcji zmniejszenia i zwiększenia poziomu oświetlenia obrazu oraz funkcji ustawienia zakresu wzmocnienia, gdy kamera pracuje w trybie ręcznego wzmocnienia, za pomocą przycisku na głowicy kamery możemy sterować ręcznym wzmocnieniem, zaś w przypadku automatycznego wzmocnienia - wzmocnienie ustawione jest na maksimum.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 24, dot. Pkt.I, poz. 24.: Prosimy o dopuszczenie możliwości wyrównania poziomu bieli – wybór w menu systemu kamery endoskopowej temperatury barwowej dla czterech typów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 25, dot. Pkt.I, poz. 25.: Prosimy o dopuszczenie bogatszego zestawu: w skład zestawu, poza jednostką sterującą kamery, wchodzi głowica kamery, pamięć USB, kabel sygnałowy, obiektywy o różnych ogniskowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 26, dot. Pkt.II, poz. 1.: Prosimy o dopuszczenie bardziej zaawansowanej technologicznie głowicy kamery wyposażonej w 3 przyciski, do każdego przycisku można przypisać po 2 funkcje jednocześnie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 27, dot. Pkt.II, poz. 2.: Prosimy o dopuszczenie wagi głowicy kamery (bez kabla i wtyczki) 110 g.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 28, dot. Pkt.II, poz. 5.: Prosimy o dopuszczenie stopnia ochrony przed wnikaniem cieczy IPx7.

Odpowiedź: zgodnie z zapisami OPZ

Pytanie nr 29, dot. Pkt.II, poz. 6.: Prosimy o zrezygnowanie z niniejszego zapisu, jeżeli głowica kamery nie będzie sterylizowana w autoklawie. Pozwoli to złożyć konkurencyjne oferty większej liczbie oferentów.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30, dot. Pkt.II, poz. 7.: Prosimy o dopuszczenie Głowicy kamery mogącej być poddawana dezynfekcji za pomocą chusteczek dezynfekcyjnych lub poprzez spryskiwanie preparatem dezynfekcyjnym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 31, dot. Pkt.II, poz. 8.: Prosimy o dopuszczenie: ochrona, część użytkowa typu BF.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32, dot. Pkt.III, poz. 2.: Prosimy o dopuszczenie równoważnego rozwiązania: Obiektyw samozatraskujący się typu zacisk złącza, nie wymagający dodatkowych czynności w momenciełączenia z optyką.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33, dot. Pkt.III, poz. 3.: Prosimy o zrezygnowanie z niniejszego zapisu, jeżeli obiektyw i głowica kamery nie będą sterylizowane w autoklawie. Pozwoli to złożyć konkurencyjne oferty większej liczbie oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 34, dot. Pkt.III, poz. 4.: Prosimy o dopuszczenie obiektywu, który może być poddany dezynfekcji za pomocą środka alkoholowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 35, dot. Pkt.V, poz. 3.: Prosimy o dopuszczenie w tej pozycji wyrobu niemedyceznego o stawce VAT 23%. Wyrób ten nie będzie miał kontaktu z pacjentem. Reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 36 **RESEKTOSKOP mono/bipolarny rozm. 7 mm** – 1 kpl, pkt .I . .: Prosimy o dopuszczenie produktu równoważnego:

poz.1: Średnica zewnętrzna optyki: 2.9 mm

poz.2. : Długość robocza: 300 mm

poz.3. : Kierunek patrzenia: 30°

poz 4. : Oznaczenia na optyce : kierunek patrzenia: 30° , HD, nazwa kraju, nr seryjny, nr artykułu (katalogowy) .

Poz.5. : Oznaczenia autoklawowalności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37 **RESEKTOSKOP mono/bipolarny rozm. 7 mm** – 1 kpl, pkt .II . .: Prosimy o dopuszczenie produktu równoważnego:

Poz 1 : Średnica wiązki włókien światłowodowych: 3.5 mm

Poz.3: Oznaczenie kolorystyczne na całej długości światłowodu

Poz.4: Światłowód zawiera wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu, co pozwala na zastosowanie z optykami różnych producentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 38 **RESEKTOSKOP mono/bipolarny rozm. 7 mm** – 1 kpl, pkt .III . .: Prosimy o dopuszczenie produktu równoważnego:

Poz.1 : Wymiary zewnętrzne kosza : dł. X szer. X wys: 640mm x 150mm x 74mm

Poz.2. : Kosz druciany składa się z elementów mocujących i mini kosza , przeznaczony na kabel światłowodowy i endoskop (optykę)



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 39 **RESEKTOSKOP mono/bipolarny rozm. 7 mm** – 1 kpl, pkt .IV . : Prosimy o dopuszczenie produktu równoważnego:

Poz.1: Wymiary zewnętrzne pojemnika : 475mmx272mmx138 mm

Poz.2: Zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40 **RESEKTOSKOP mono/bipolarny rozm. 7 mm** – 1 kpl, pkt .V . : Prosimy o dopuszczenie produktu równoważnego:

Pkt V: Element roboczy współpracujący z optyką 2,9 mm - 1 szt.

Poz.1.: Element roboczy bipolarny, pasywny, do resektoskopu bipolarnego, uchwyt na 5 palców składający się z : części otwartej uchwytu na 2 palce (palec wskazujący i mały), a w pozostałej części uchwytu zamkniętego (na palec środkowy i serdeczny) oraz części zamkniętej uchwytu na kciuk, do optyki 30°

Poz.2. : Prosimy o rezygnację z niniejszego wymogu , gdyż pozwoli to złożyć konkurencyjną ofertę innym Wykonawcom.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41 **RESEKTOSKOP mono/bipolarny rozm. 7 mm** – 1 kpl, pkt .VI . : Prosimy o dopuszczenie produktu równoważnego:

Poz 1: Osłona (płaszcz) zewnętrzna mini resektoskopu w rozmiarze 18,5Ch.,

Poz 2 : Na osłonie (płaszczu) znajdują się dwa demontowalne zawory

Poz.: 3: Zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 42 **RESEKTOSKOP mono/bipolarny rozm. 7 mm** – 1 kpl, pkt .VII . : Prosimy o dopuszczenie produktu równoważnego:

Poz.1: Płaszcz wewnętrzny resektoskopu, wyposażony w przycisk do mocowania w osłonie (płaszczu) zewnętrznym, bez zaworów.

Poz.2.: Koniec dystalny wykonany z ciemnego materiału ceramicznego

Poz:3: W związku z tym, iż dwa zawory znajdują się na płaszczu (osłonie) zewnętrznej, płaszcz wewnętrzny (osłona) nie zawiera zaworów.

Poz.: 4: Zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 43 **RESEKTOSKOP mono/bipolarny rozm. 7 mm** – 1 kpl, pkt .VIII . : Prosimy o dopuszczenie produktu równoważnego:

Pkt.VIII: Obturator do dedykowanego płaszczu wewnętrznego 17,5 charr (CH) –1szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 44 **RESEKTOSKOP mono/bipolarny rozm. 7 mm** – 1 kpl, pkt .IX . : Prosimy o dopuszczenie produktu równoważnego, produktu wielorazowego użytku, co pozwoli Zamawiającemu obniżyć koszty eksploatacyjne:

Poz.2: Elektroda tnąca, bipolarna, pętla, wielorazowego użytku – 1 op. (5 szt.)

Poz.3 : Elektroda koagulująca, bipolarna, wielorazowego użytku – 1 op. (5 szt.)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Z poważaniem