

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE
SZPITAL IM. DR ROBERTA KOCHA



ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn
tel.: 68 347 73 00
fax: 68 384 25 90
e-mail: sekretariat@spzozwolsztyn.pl
http://www.spzozwolsztyn.pl
NIP: 923-15-06-721, REGON: 970773426

Wolsztyn, dnia: 21.09.2021 r.

Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/218/2021

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn:

„Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych, elektrod, wraz z dzierżawą analizatora oznaczania sodu, potasu i wapnia zjonizowanego w materiale biologicznym; Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczeń koagulologicznych dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w SPZOZ w Wolsztynie; **PN15/2021**”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2021.1129 t.j.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

ZESTAW I

Dotyczy Zadania II:

1. Czy Zamawiający dopuści wieloparametrowy materiał kontrolny na dwóch poziomach?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wieloparametrowego materiału kontrolnego na dwóch poziomach.

2. Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie analizator w języku angielskim, ale z wyjaśnieniem w instrukcji polskiej? Oprogramowanie jest intuicyjne, obsługiwane za pomocą obrazkowych ikon.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza oprogramowania analizatora w języku angielskim

3. Zwracamy się o podanie nazwy sieci informatycznej, do której ma być podłączony analizator?

Odpowiedź: W laboratorium Zamawiającego funkcjonuje sieć informatyczna o nazwie Prometeusz. Wszystkie informacje w tym zakresie zostały opisane w rozdz. 3, pkt. 3.9 SWZ.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR

Karol Mońko

Sporządziła: Bernadeta Kurp we współpracy z KP



RANKING | 20
SZPITALI | 19

