

Miechów, dnia 22 września 2020 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

Informacja o odrzuceniu oferty

Szpital św. Anny w Miechowie informuje o odrzuceniu oferty złożonej przez KREDOS Zbigniew Kadzewicz w postępowaniu pn. dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitala św. Anny w Miechowie nr 23/2020 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) w związku z niezgodnością oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

W zadaniu nr 22- waga stojąca - kolumnowa (1 szt.) w punkcie 6 załącznik nr 2 b do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (parametry techniczne), Zamawiający wskazał parametry wymagane *Masa własna: 6,2 kg (+/- 0,2 kg)* w złożonej ofercie Wykonawca zaferował parametry: *Masa własna: 6,7 kg*

W zadaniu nr 22- waga stojąca - kolumnowa (1 szt.) w punkcie 10 załącznik nr 2 b do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (parametry techniczne), Zamawiający wskazał parametry wymagane *Wymiary wagi (szer. x wys. x gł.): 295 x 830 x 420 mm (+/- 10 mm)* w złożonej ofercie Wykonawca zaferował parametry: *Wymiary wagi (szer. x wys. x gł.): 294 x 1340 x 417 mm*

Złożona oferta jest niezgodna ze Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia tym samym nie spełnia wymogu Zamawiającego i jest niezgodna z zapisem rozdziału VIII punkt 9 b SIWZ .

Stwierdzona niezgodność nie może zostać poprawiona w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, gdyż zapis w ofercie nie ma charakteru omyłki. Wskazać bowiem należy, iż art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, nakazuje odrzucić ofertę, której treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.