

Nr postępowania: GUM2024ZP0097

Gdańsk, dnia 23.09.2024 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania na dostawę sprzętu medycznego, zamrażarki niskotemperaturowej, termomiksera i wirówki w 6 pakietach

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający, zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

Pytanie 1 – Pakiet 4:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z czasem schładzania od temperatury pokojowej do -80 °C wynoszącym 281 minut (czyli 4,68h) zamiast 4h?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 – Pakiet 4:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z czterema sekcjami i dwójgiem drzwi wewnętrznych, tj. z dwiema sekcjami zamykanymi jednymi drzwiami, zamiast zamrażarki podzielonej na pięć sekcji?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3 – Pakiet 4:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z kółkami z hamulcem, bez poziomowania, zamiast podstawy jezdnej na kółkach z możliwością poziomowania?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4 – Pakiet 4:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z jednym portem dostępowym typu plug-in, z możliwością odczytu parametrów bezpośrednio z urządzenia, zamiast dwóch portów dostępowych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wyjaśnia, że miał na myśli porty dostępne do wprowadzania zewnętrznych czujników.

Dodatkowo, Zamawiający zawiadamia, iż dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert z dnia 25.09.2024 r. na dzień **27.09.2024 r.**

Składanie ofert do godz. 09:00

Otwarcie ofert o godz. 09:20

Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Dodatkowo zmienia termin związania ofertą z dnia 24.10.2024 r. na dzień **26.10.2024 r.**

p.o. Kanclerza

/-/

Prof. dr hab. Jacek Bigda

Sprawę prowadzi: Katarzyna Starula