



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WSzSL/DZ/072-³⁵⁴.../19

Legnica, 24-05-2019 r.

Do zainteresowanych

Dotyczy: zamówienia współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt: „Dofinansowanie Zakupu Sprzętu Medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy” w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy (znak sprawy WSzSL/DZ-30/19)

Pytania dotyczące Części 8 (defibrylator)

Pytanie 1. dot. pkt.2 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z matryca monochromatyczna LCD o wymiarach 4,7"? Matryca ta jest wysoko kontrastowa a niewielka różnica w calach nie ma wpływu na jakość użytkowania oraz jakość przeprowadzanej reanimacji. Wysoko kontrastowy monitor LCD zapewnia doskonałą widoczność pod każdym kątem i jest całkowicie wystarczający do odczytu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie 2 dot. pkt.4 Czy Zamawiający rezygnuje z pytania numer 4? Wymóg ten jest charakterystyczny dla defibrylatora manualnego, a nie AED.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z przedmiotowego wymogu wykreślając z opisu treść pkt. 4.

Pytanie 3 dot. pkt.10.11 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy urządzenie z energią defibrylacji od 50-90J dla dzieci i od 140-360J dla dorosłych? Zaproponowane poziomy wyładowań dla dzieci i dorosłych są zgodne z wytycznymi AHA/ERC dla defibrylacji automatycznej.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma).

Pytanie 4 dot. pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości programowania przez użytkownika wartości energii dla 1, 2, 3 defibrylacji dla dzieci i dorosłych? Zaproponowany defibrylator w przypadku osób dorosłych dobiera automatycznie poziom energii na podstawie impedancji klatki piersiowej. Poziomy trzech kolejnych wyładowań w trybie dziecięcym (tj. 50-70-90J) zapewniają najbardziej skuteczny poziom wyładowań.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie 6. dot. pkt.13 Czy Zamawiający dopuści czas ładowania do energii max 360J wynoszący 12sekund, przy czym w trakcie ładowania defibrylator podaje komunikat o konieczności wykonywania ucisków klatki piersiowej? Komunikaty głosowe instruujące o konieczności wykonywania uciśnień klatki piersiowej podczas ładowania skracają czas przerwy w RKO do 7 sekund.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

INFORMACJA DODATKOWA:

Nadto zawiadamiamy, iż zostaje poprawiona omyłka znajdująca się w Części 2 w pozycji 52 Tekst: „Pole widzenia głowicy max, 47 mm; Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 5-12 MHz” zostaje



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



zastąpiony treścią: „Pole widzenia min. 60§; Zakres częstotliwości pracy głowicy głowicy min. 2-8MHz”.

Zmiany zapisów siwz znajdujące się w Załączniku 2A do siwz zostają zaznaczone czcionką koloru czerwonego.

Informacje przekazane niniejszym pismem są wiążące są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy
mgr Krystyna Bareik