

E.ZP.261.10.2024

### **Do Wykonawców**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę narzędzi i sprzętu chirurgicznego.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

#### **Pytanie 1**

Pakiet nr 3

Pozycja 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowy zestaw opatrunkowy na płytkie rany do podciśnieniowej terapii leczenia ran, w którego składzie opatrunek piankowy z pianki hydrofobowej jest o wymiarach 26 x 15 x 1,6 cm z nacięciami – pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego na płytkie rany do podciśnieniowej terapii leczenia ran, w którego składzie opatrunek piankowy z pianki hydrofobowej ma wymiary 26 x 15 x 1,6 cm z nacięciami – pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

#### **UWAGA:**

*Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Opis przedmiotu zamówienia), o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.*