


Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Szpital Miejski w Piekarach Śląskich
p.w. św. Łukasza

ul. Szpitalna 11, 41-940 Piekary Śląskie
KRS nr 0000351024, NIP: 498-024-81-12
kapitał zakładowy 90.695.000,00 zł
www.szpital.piekary.pl
e-mail: sekretariat@szpital.piekary.pl
tel. 32 39-38-100, fax 32 39-38-101



ZP - 6/2023

Piekary Śląskie, dn. 07.03.2023 r.

SPROSTOWANIE do wyjaśnienia treści SWZ z dn. 01.03.2023 r.
do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa pomieszczeń i zakup sprzętu dla Pracowni Bronchofiberoskopii w Piekarskim Centrum Medycznym Sp. z o. o dla leczenia pacjentów z powikłaniami pulmonologicznymi po przebytych zakażeniu Covid-19 w celu zapobiegania, zwalczania oraz przeciwdziałania Covid-19”

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania, którego treść wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego (sprostowaniem) zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 - dotyczy Załącznika nr 1B do SWZ Pakiet nr 1 Pozycja: BRONCHOSKOP ULTRASONOGRAFICZNY (EBUS) 1 SZTUK Pkt. 12

Czy Zamawiający w pozycji – „Bronchoskop ultrasonograficzny (EBUS)” w pkt. 12, dopuści wideoendoskop, który posiada jednorazowy zawór ssawny z przyłączem ssawnym w pełni odłączanym od bronchoskopu? Obecnie na rynku nie są dostępne zawory wielorazowego użytku do wideobronchoskopów. Wymóg dostarczenia aparatu z powyższym opisem spowoduje brak możliwości złożenia oferty do postępowania.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść udzielonej w dniu 01.03.2023 r., na pytanie nr 9 odpowiedzi, tj.:

Jest:

Pytanie nr 9 - dotyczy Załącznika nr 1B do SWZ Pakiet nr 1 Pozycja: BRONCHOSKOP ULTRASONOGRAFICZNY (EBUS) 1 SZTUK Pkt. 12

Czy Zamawiający w pozycji – „Bronchoskop ultrasonograficzny (EBUS)” w pkt. 12 dopuści wideoendoskop, który posiada jednorazowy zawór ssawny z przyłączem ssawnym w pełni odłączanym od bronchoskopu?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Powinno być:

Pytanie nr 9 - dotyczy Załącznika nr 1B do SWZ Pakiet nr 1 Pozycja: BRONCHOSKOP ULTRASONOGRAFICZNY (EBUS) 1 SZTUK Pkt. 12

Czy Zamawiający w pozycji – „Bronchoskop ultrasonograficzny (EBUS)” w pkt. 12 dopuści wideoendoskop, który posiada jednorazowy zawór ssawny z przyłączem ssawnym w pełni odłączanym od bronchoskopu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu

mgr Marcin Baron

Z poważaniem

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

mgr Małgorzata Smoleń