

Toruń, 23.05.2024 r.

KPIM/277/2024

DZP.38.1.2023.MS

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I FAZA 2 inwestycji.” Znak postępowania: ZP/01/23

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (19)

997. Dotyczy par. 2 ust. 1 Umowy- Wnosimy o zmianę zapisu i nadanie mu następującego brzmienia: "Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z udostępnioną dokumentacją (zwłaszcza z materiałami, o których mowa w § 1 ust. 2 i w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy) oraz z miejscem prowadzenia robót, a także, że warunki prowadzenia robót są mu znane i posiada kompletne wystarczające informacje dotyczące realizacji Zadania. Wykonawca oświadcza, że nie zgłasza zastrzeżeń do uzyskanych materiałów i danych w związku z realizacją Zadania w zakresie wymaganym od Wykonawcy robót budowlanych."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

1016. Aparat do hemodializ, typF

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w opisie parametrów na Aparat do hemodializ, w punkcie 1 wystąpił błąd.

Jest zapisany wymóg: „Możliwość wykonywania zabiegów w następujących trybach: ISO HF, HD, HF, HDF Online”, a powinno być: „Możliwość wykonywania zabiegów w następujących trybach: ISO UF, HD, HF, HDF Online”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

1038. Projekt BMS wymaga integracji z pozostałymi, istniejącymi budynkami. Prosimy o informację jaki system BMS znajduje się na obiektach istniejących?

Odpowiedź:

W istniejącej infrastrukturze Szpitala nie ma systemu BMS.

1088. Lp. 6 - Czy Zamawiający dopuści wbudowany w moduł ogrzewacza 3 stopniowe oświetlenie zabiegowe 30, 75, 125 Lux? Pragniemy zauważyć że lumen to lux na jednostkę powierzchni.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.



1092. Lp. 17 - Czy Zamawiający dopuści zintegrowane szyny do mocowania pomp lub monitorów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

1093. Lp. 20 - Czy Zamawiający dopuści tacę na akcesoria o nierównomiernym kształcie o wymiarach ok. 28cmx28cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

1094. Lp. 30 - Czy Zamawiający dopuści PEPP programowany w zakresie od 0-14 cmH₂O?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

1095. Lp. 32 - Czy Zamawiający dopuści regulowane ciśnienie wdechowe w zakresie od 0 do 40 cmH₂O?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

1096. Lp. 44 - Czy Zamawiający dopuści możliwość doposażenia o czujnik wielorazowy temperatury skóry w przyszłości, a zgodzi się na doposażenie w 5 zestawów czujników jednorazowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści.

Respirator średniej klasy, od str 514

1097. Pytanie do punktu 21: Czy Zamawiający dopuści i do przetargu i uzna za równoważny respirator w którym spontaniczne oddychanie pacjenta jest możliwe we wszystkich trybach wentylacji o charakterze wspomaganym i spontanicznym ze wsparciem ciśnieniowym, oraz jest możliwe na obu poziomach ciśnienia w trybie BIPAP i APRV?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści.

1098. Pytanie do punktu 44: czy Zamawiający dopuści do przetargu i uzna za równoważny respirator, którego kolorowy, dotykowy monitor o przekątnej 12 cali służy zarówno do monitorowania jak i nastawiania parametrów wentylacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

Respirator transportowy, od str.527

1099. Pytanie do punktu 1 : Czy Zamawiający dopuści do przetargu i uzna za równoważny respirator transportowy o wymiarach podstawowych (SxWxG): 399x153x160 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści urządzenie, jeśli jest ono respiratorem, a nie parapackiem.





1100. Pytanie do punktu 2: Czy Zamawiający dopuści do przetargu i uzna za równoważny respirtor transportowy o wymiarach z zestawem do przenoszenia (SxWxG): 607x228-251x166 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

1101. Pytanie do punktu 7: Czy Zamawiający potwierdzi że w tym punkcie chodzi o maksymalny poziom natężenia dźwięku a nie minimalny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza. Chodzi o minimalny poziom natężenia dźwięku.

Dyrektor ds. inwestycyjnych
Mariusz Sowiński