



ŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACYJNO-UZDROWISKOWE
im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Dietla 5
e-mail: sekretariat@scru.pl www: www.scru.pl
NIP: 735 28 56 672, REGON: 000297951

DFS-1/1-TP/11-20201

Rabka Zdrój, dnia 29.10.2021 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia

dotyczy postępowania przetargowego na: Dostawy wyrobów medycznych (zamówienie nr DFS-1-TP/11-2021) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 25.06.2021 r., nr 2021/BZP 00246821/01

W związku z wniesionym przez wykonawcę zapytaniem dotyczącym ww. postępowania przetargowego, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi.

Pytanie 1 „*Pakiet 4 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie pulsoksymetru napalcowego który jest wyrobem medycznym klasy II b i który posiada certyfikat ? Reszta bez zmian.*”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 2 „*Pakiet 5 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie termometru bezdotykowego z zakresem pomiaru temperatury ciała : od 34 do 42,2 st. C ? Reszta bez zmian.*”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 3 „*Pakiet 6 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie ciśnieniomierza elektronicznego z zakresem pomiaru tętna : od 40 do 180 uderzeń na minutę ? Reszta bez zmian.*”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 4 „dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic posiadających:

- powierzchnię zewnętrzną – mikrotekstura z dodatkową teksturą na końcach palców,
- pokrycie powierzchni zewnętrznej – rękawice polimeryzowane,
- pokrycie powierzchni wewnętrznej – rękawice chlorowane + polimeryzowane.

Ponadto rękawice posiadają grubość na palcu wynoszącą 0,12 mm.

Pozostałe wymagania zgodnie z opisem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytania 5 – 9 dot. wzoru umowy:

Pytanie 5 „Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 2 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nim kary umownej do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy. **UZASADNIENIE:** Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).”

Pytanie 6 „Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 3 projektu umowy poprzez dookreślenie iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

Pytanie 7 „Wnosimy o wykreślenie § 10 ust. 4 projektu umowy. **UZASADNIENIE** Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 353¹ KC, a także zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. **KIO 487/14** podobnie **KIO 897/15** oraz Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. **II Ca 450/14**).”

Odpowiedź 5-7: Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 8 „Wnosimy o modyfikację § 11 projektu umowy poprzez dodanie ust. 7 o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmiana ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” **UZASADNIENIE:** Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmiana taka jest dopuszczona zgodnie z § 4 ust. 4

Projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 3 do swz.

Pytanie 9 „Wnosimy o modyfikację § 11 projektu umowy poprzez dodanie ust. 8 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”
UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 10 „Pakiet 3 Czy zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL 1,5?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pytanie 11 „Zadanie 3 poz. 1 Proszę o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu – 0,08 +/- 0,03 mm.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pytanie 12 „Zadanie 3 poz. 1 Proszę o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu – 0,082 mm.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pytanie 13 „Zadanie 3 poz. 1 Proszę o dopuszczenie rękawic - AQL 1,5.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pytanie 14 „Zadanie 3 poz. 1 Proszę o dopuszczenie rękawic pakowanych po 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w f. cenowym.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Jednostka miary” i „Szacunkowa ilość jedn. Miary” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pytanie 15 „pakiet 1, poz. 5czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu o parametrach opisanych

w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaofiarowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „*Opis przedmiotu zamówienia*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaofiarowano w danej pozycji.

Pytanie 16 „*pakiet 1, poz. 19-20 Czy zamawiający wymaga zaofiarowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?*”

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SZW i formularzu cenowym; dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu.

Pytanie 17 „*Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?*”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaofiarowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaofiarowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „*Opis przedmiotu zamówienia*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaofiarowano w danej pozycji.

Pytanie 18 „*pakiet 1, poz. 39 czy zamawiający dopuści plaster do mocowania kaniul z zintegrowanym elementem chłonnym?*”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaofiarowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaofiarowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „*Opis przedmiotu zamówienia*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaofiarowano w danej pozycji.

Pytanie 19 „*Pakiet nr 1 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek dwuczęściowych w opakowaniach a'50szt z odpowiednim przeliczeniem opakowań?*”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaofiarowanie asortymentu w opakowaniu opisanym w pytaniu z odpowiednim przeliczeniem szacunkowej ilości jedn. miary do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. W przypadku zaofiarowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „*Jednostka miary*” i „*Szacunkowa ilość jedn.miary*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaofiarowano w danej pozycji.

Pytanie 20 „*Pakiet nr 1 poz. 11 Czy Zamawiający dopuści wziernik 2,75mm?*”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaofiarowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaofiarowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „*Opis przedmiotu zamówienia*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaofiarowano w danej pozycji.

Pytanie 21 „*Pakiet nr 1 poz. 11 Czy Zamawiający dopuści wziernik 2,50mm?*”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaofiarowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaofiarowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „*Opis przedmiotu zamówienia*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaofiarowano w danej pozycji.

Pytanie 22 „**Pakiet nr 1 poz. 16** Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul w opakowaniu a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu w opakowaniu opisanym w pytaniu z odpowiednim przeliczeniem szacunkowej ilości jedn. miary do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „*Jednostka miary*” i „*Szacunkowa ilość jedn.miary*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 23 „**Pakiet nr 1 poz. 17** Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul w opakowaniu a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu w opakowaniu opisanym w pytaniu z odpowiednim przeliczeniem szacunkowej ilości jedn. miary do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „*Jednostka miary*” i „*Szacunkowa ilość jedn.miary*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 24 „**Pakiet nr 1 poz. 18** Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków w opakowaniu a'250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu w opakowaniu opisanym w pytaniu z odpowiednim przeliczeniem szacunkowej ilości jedn. miary do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „*Jednostka miary*” i „*Szacunkowa ilość jedn.miary*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 25 „**Pakiet nr 1 poz. 34, 35** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów pakowanych w opakowanie zbiorcze a'50 sztuk (zamiast a'25 sztuk) z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości opakowań?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu w opakowaniu opisanym w pytaniu z odpowiednim przeliczeniem szacunkowej ilości jedn. miary do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „*Jednostka miary*” i „*Szacunkowa ilość jedn.miary*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 26 „**Pakiet nr 1 poz. 38** Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby kompres był sterylny?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „*Opis przedmiotu zamówienia*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 27 „**Pakiet nr 1 poz. 40** Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu w opakowaniu opisanym w pytaniu z odpowiednim przeliczeniem szacunkowej ilości jedn. miary do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „*Jednostka miary*” i „*Szacunkowa ilość jedn.miary*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 28 „**Pakiet nr 1 poz. 41** Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowania a'6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu w opakowaniu opisanym w pytaniu z odpowiednim przeliczeniem szacunkowej ilości jedn. miary do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „*Jednostka miary*” i „*Szacunkowa ilość jedn.miary*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 29 „**Pakiet nr 1 poz. 42** Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'5 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu w opakowaniu opisanym w pytaniu z odpowiednim przeliczeniem szacunkowej ilości jedn. miary do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „*Jednostka miary*” i „*Szacunkowa ilość jedn.miary*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 30 „**Pakiet nr 1 poz. 47, 48** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie plastrów pakowanych a'30 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu w opakowaniu opisanym w pytaniu z odpowiednim przeliczeniem szacunkowej ilości jedn. miary do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „*Jednostka miary*” i „*Szacunkowa ilość jedn.miary*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 31 „**Pakiet nr 1 poz. 53** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu dwuwarstwowego – białego 2 x celuloza – 2 x 17g/m², łącznie 34g/m², perforacja co 37,5cm?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „*Opis przedmiotu zamówienia*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 32 „**Pakiet nr 1 poz. 60** Czy Zamawiający dopuści elektrodę okrągłą z wypustką w rozmiarze 45mm x 43mm?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „*Opis przedmiotu zamówienia*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 33 „**Pakiet nr 1 poz. 61a** Czy Zamawiający dopuści resuscytator o objętości dostarczanej 1500 ml ±200 ml, bez uchwytu?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „*Opis przedmiotu zamówienia*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 34 „**Pakiet nr 1 poz. 61b** Czy Zamawiający dopuści resuscytator o objętości dostarczanej 550 ml \pm 200 ml, bez uchwytu?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pytanie 35 „**Pakiet nr 1 poz. 62** Czy Zamawiający dopuści zaferowanie rurek o wymiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ
000	40 mm
00	50 mm
0	60 mm
1	70 mm
2	80 mm
3	90 mm
4	100 mm
5	110 mm
6	120 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pytanie 36 „**Pakiet nr 1 poz. 63** Czy Zamawiający dopuści tacę na 32 kieliszki?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu o parametrach opisanych w powyższym pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w formularzu cenowym. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pozostałe warunki bez zmian, aktualny pozostaje także termin składania ofert do dnia 04.11.2021 r. do godziny 10:00 oraz termin otwarcia ofert w tym samym dniu o godz. 10:30.