

Numer sprawy: ZO 07/21

Grajewo, dnia 22.06.2021 r.

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Dostawa sprzętu medycznego i niemedyceznego do Centralnej Sterylizatorni wraz z dostosowaniem pomieszczeń*”.

Zamawiający przekazuje poniżej zapytania do treści Zaproszenia do składania ofert wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 36

Załącznik nr 2, Myjnia dezynfektor 15-tacowa, wymiary komory
Czy dopuszcza Państwo do zaoferowania urządzenie z komorą o wymiarach przestrzeni użytkowej wynoszących: szer. 633 x gł. 800 x wys. 648 mm? Proponowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37

Załącznik nr 2, Sterylizator parowy - 2STE i Sterylizator parowy 8 STE, system oszczędzania wody
Proszę o doprecyzowanie czy wymagając sterylizatorów ekologicznych wyposażonych w systemy oszczędzania wody, oba oferowane sterylizatory parowe mają być wyposażone w mechaniczne pompy próżniowe z uszczelnieniem wodnym bez dodatkowych elementów powodujących niepotrzebne zużycie wody (np. wyrzutnik wodny – ejector)?

Odpowiedź:

Tak.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego. Wszyscy Wykonawcy w składanych ofertach zobowiązani są uwzględnić w/w zmiany. Pozostałe warunki Zaproszenia do składania ofert pozostają bez zmian.



Dyrektor
Szpitala Ogólnego im. dr W. Gineła
w Grajewie

lek. med. Sebastian Wysocki

Kierownik Zamawiającego