



SPWZOZ/ZPZ-2.III-382/10.1/2023/A.W.

Stargard, 14.03.2023 r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: Postępowanie przetargowe nr 10/TP/D/2023 na dostawy wyrobów medycznych do Pracowni Endoskopii na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie.**

### **Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 59, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawkę białą 50ml (60ml) do pomp infuzyjnych z łącznikiem stożkowym luer-lock z pojedynczą skalą pomiarową?

**Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy postępowania.**

### **Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 59, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawkę 10ml skalowaną co 05ml?

**Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy postępowania.**

### **Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 59, pozycja 3-6**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawkę z mlecznym tłokiem, pojedyncza skalą, z informacją o braku ftalanów na opakowaniu zbiorczym a 100 sztuk?

**Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy postępowania.**

### **Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu 64, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bezigłową zastawkę dostępu żylnego zbudowana z przezroczystego kopoliestru i kauczuku silikonowego, nie wymaga stosowania koreczka, bez zawartości PVC, lateksu i DEPH, bez elementów mechanicznych, przezroczysta obudowa, czas stosowania do 7 dni lub 600 aspiracji, z objętością napełnienia 0,045ml, przepływ 540ml/min?

**Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy postępowania.**



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
WIELOSPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie  
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

**Pytanie nr 5 – dotyczy projektu umowy – zał. nr 6 do SWZ, §4 ust. 7 oraz zapisów SWZ: rozdział IV, pkt. 6-7 i rozdział VII pkt. 6**

Czy z uwagi na sposób pakowania wyrobów w poz. 1-8 w niepodzielne opakowania handlowe, które zawierają ilość sztuk wskazaną w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający usunie zapisy z projektu umowy – zał. nr 6 do SWZ, §4 ust. 7 oraz zapisów SWZ: rozdział IV, pkt. 6-7 i rozdział VII pkt. 6 dotyczące podziału opakowań handlowych przy składanych zamówieniach?

Pozostawienie zapisów wskazanych w w/w miejscach SWZ uniemożliwi Wykonawcy złożenie oferty. Pragniemy również zwrócić uwagę, że zapisy, §4 ust. 9 projektu umowy mówią, iż towar przy dostawie ma być oryginalnie zapakowany.

**Odpowiedź: Zamawiający będzie zamawiał towar w niepodzielnych opakowaniach handlowych.**

**Pytanie nr 6 – dotyczy Poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą lub bez igły; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach uchylne do biopsji stycznych; szara osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550 - 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 10 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą EO.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7 – dotyczy Poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczypiec jednorazowych do gorącej biopsji, łyżeczki owalne z okienkiem, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, długość narzędzia 230 cm, 10 sztuk w opakowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 8 – dotyczy Poz. 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli elektrochirurgicznych kolonoskopowych jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 10, 15, 25 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,40 mm; Zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach.

Sekretariat: 91/ 578 92 03  
Fax.: 91/ 391 18 83  
e-mail: [biuro@zozstargard.pl](mailto:biuro@zozstargard.pl)

Konto bankowe:  
Bank Gospodarstwa Krajowego  
97 1130 1176 0022 2031 5920 0005  
[www.zozstargard.pl](http://www.zozstargard.pl)

NIP: 854-19-38-710  
REGON: 000304562  
KRS: 0000005388  
Rejestr Wojewody: 00000017670  
BDO:000108337



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 9 – dotyczy Poz. 5**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie klipsownicy hemostatycznej z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) lub 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Możliwość rezpozycjonowania klipsa. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 10 – dotyczy Poz. 6**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowej igły iniekcyjnej; średnica igły: 22 - 23 - 25G; długość igły; 4; 5; 6mm; ergonomiczny uchwyt z wyłobieniami pozwala na obsługę jedną ręką; średnica wewnętrzna kanału igły pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkości; udoskonalona ostrość igły; skos igły środkowy; w zabiegach ESD; min średnica kanału roboczego: 2,8mm; długość robocza: 2300mm; 10 szt w opakowaniu

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 11 – dotyczy Poz. 9**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowej pętli do podwiązywania, długość narzędzia 230 cm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, 1 sztuka w opakowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Stargardzie

Krzysztof Kowalczyk

