



Poznań, 20 marca 2019 r.

## **INSPEKCJA WETERYNARYJNA**

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ  
WETERYNARII

*Andrzej Żarnecki*

**do wszystkich wykonawców,  
którym przekazano SIWZ**

Nasz znak: AD-O.272.6.2019

Dot. sprawy nr: - pismo z dnia: -

### **WYJAŚNIENIE treści SIWZ**

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów diagnostycznych, testów immunoenzymatycznych, zestawów do izolacji i wykrywania wirusa niebieskiego języka (BTV) kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480, odczynników chemicznych, odczynników do chromatografii i absorpcji atomowej, kolumnienek immunoenzymatycznych, pożywek mikrobiologicznych, końcówek jednorazowych do pipet automatycznych oraz pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych „J”.

***Dotyczy wzoru umowy, załącznik nr 12 do SIWZ***

**Pytanie nr 1: „(§5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO dostawy?”**

**Pytanie nr 2: „(§5) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?”**

**Pytanie nr 3: „(§5ust.1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej części dostawy?”**



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  
ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań  
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31  
e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl  
www.wiw.poznan.pl



**LAT  
ADMINISTRACJI  
WETERYNARYJNEJ**  
1919 – 2019

**Pytanie nr 4:** „(§5ust.2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej części umowy?”

**Odpowiedź nr 1 – 4:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie nr 5:** „Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?”

**Odpowiedź nr 5:** Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcą przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

**Pytanie nr 6:** „W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?”

**Odpowiedź nr 6:** Zgodnie z treścią pkt XII.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia *Ofertę podpisuje Wykonawca. Za Wykonawcę mogą podpisać ofertę osoby go reprezentujące lub pełnomocnik (...), ponadto zgodnie z treścią pkt XII.10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.*

**Pytanie nr 7:** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawiania błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?”

**Pytanie nr 8:** „Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta odczynnika?”

**Pytanie nr 9:** „Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?”

**Odpowiedź nr 7 - 9:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



**Pytanie nr 10:** „Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw (specyfikacje produktów, MSDS) w formie elektronicznej?”

**Odpowiedź nr 10:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie nr 11:** „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego w wypadku wystąpienia przejściowego braku produktu?”

**Pytanie nr 12:** „Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.”

**Odpowiedź nr 11, 12:** Zamawiający wszystkie istotne, minimalne parametry wskazał w opisie przedmiotu zamówienia do niniejszego postępowania. Zamawiający wymaga, aby wszystkie produkty dostarczane w ramach zamówienia publicznego były zgodne z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiającego. Zgodnie z treścią pkt XIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia *Zaoferowane ceny będą obowiązywały przez cały czas trwania umowy (...).*

**Dotyczy pakietu VII, załącznik nr 8 do SIWZ**

**Pytanie nr 13:** „Prosimy o wyłączenie z pakietu VII pozycji 9. Agar Hayflicka w postaci gotowych płytek.”

**Odpowiedź nr 13:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie nr 14:** „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie VII w pozycji 31 płytki z krwią baranią?”

**Odpowiedź nr 14:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pożywki na płytkach Columbia agar z dodatkiem 5% krwi baraniej.

Sporządził: D. Bartoszevska



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  
ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań  
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31  
e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl  
www.wiw.poznan.pl



LAT  
ADMINISTRACJI  
WETERYNARYJNEJ  
1919-2019