

Pisz, dnia 25.09.2023 r.

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Pisz
ul. Sienkiewicza 2
12-200 Pisz**

SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI

Dotyczy: „Zakup i dostawa ambulansu drogowego typu „C” dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz” II; znak: P/12/2023

Zamawiający omyłkowo w udzielonych wyjaśnieniach w dniu 22.09.2023 r. do SWZ w pyt. 4 powtórzył tę samą normę. W projekcie umowy natomiast zapisano prawidłową normę na czerwono.

W odpowiedziach BYŁO:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, rozbieżności w zakresie opisanych norm w zakresie przedmiotu zamówienia. W SWZ i Parametrach technicznych (zał. nr 3) Zamawiający wskazuje następującą normę dla defibrylatora: PN EN 1789:2007+A2:2014, natomiast we wzorze umowy (par. 1 ust.1) Zamawiający wskazuje, że przedmiot umowy ma być zgodny z aktualną normą: PN EN 1789:2007+A1:2014. Ponadto w Parametrach technicznych (zał. nr 3) w zakresie transportera noszy Zamawiający wskazuje, że ma on być zgodny z normą: PN-EN 1865-1, natomiast we wzorze umowy (par. 1 ust. 1) wskazuje Zamawiający, że sprzęt medyczny ma być zgodny z normą: PN EN 1865-2:2010+A1:2015.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie tych rozbieżności i ujednolicenie zapisów w zakresie norm jakie Zamawiający wymaga w zakresie przedmiotu zamówienia tj. ambulansu, noszy wraz z transporterem oraz defibrylatora.

Odpowiedź: Zamawiający omyłkowo wpisał w umowie normę PN EN 1789:2007+A1:2014. , powinna być PN EN 1789:2007+A1:2014.

Zamawiający omyłkowo wpisał w umowie normę PN EN 1865-2:2010+A1:2015, , powinna być PN EN PN EN 1865-1:2010.

W odpowiedziach WINNO BYĆ:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, rozbieżności w zakresie opisanych norm w zakresie przedmiotu zamówienia. W SWZ i Parametrach technicznych (zał. nr 3) Zamawiający wskazuje następującą normę dla defibrylatora: PN EN 1789:2007+A2:2014, natomiast we wzorze umowy (par. 1 ust.1) Zamawiający wskazuje, że przedmiot umowy ma być zgodny z aktualną normą: PN EN 1789:2007+A1:2014. Ponadto w Parametrach technicznych (zał. nr 3) w zakresie transportera noszy Zamawiający wskazuje, że ma on być zgodny z normą: PN-EN 1865-1, natomiast we wzorze umowy (par. 1 ust. 1) wskazuje Zamawiający, że sprzęt medyczny ma być zgodny z normą: PN EN 1865-2:2010+A1:2015.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie tych rozbieżności i ujednoczenie zapisów w zakresie norm jakie Zamawiający wymaga w zakresie przedmiotu zamówienia tj. ambulansu, noszy wraz z transporterem oraz defibrylatora.

Odpowiedź: Zamawiający omyłkowo wpisał w umowie normę PN EN 1789:2007+A1:2014., powinna być PN EN 1789:2007+A2:2014.

Zamawiający omyłkowo wpisał w umowie normę PN EN 1865-2:2010+A1:2015, powinna być PN EN PN EN 1865-1:2010.

/-/ mgr inż. Marek Skarzyński
Dyrektor SP ZOZ
Szpitala Powiatowego w Pieszku