



ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn
tel.: 68 347 73 00

fax: 68 384 25 90

e-mail: sekretariat@spzozwolsztyn.pl

<http://www.spzozwolsztyn.pl>

NIP: 923-15-06-721, REGON: 970773426

Wolsztyn, dnia 06.07.2021 r.

Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/141/2021

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „sukcesywna 24 m-czna dostawa przyrządów do endoskopii i endochirurgii dla Pracowni Endoskopii w SPZOZ w Wolsztynie”; Nr sprawy: **TP/10/2021**;

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – (tekst jedn.: Dz.U.2019.2019 z późn.zm. , Zamawiający zmienia:

1. Załącznik nr 2,

- 1) **Pakiet nr 3, poz. 13, kolumna 4 [ilość na 24 m-ce], poz.13, zamiast 200 op.” ma być „20 op.”**
Naniesiona zmiana w załączniku nr 2 zaznaczona kolorem czerwonym ;
- 2) **Pakiet nr 1, poz. 1;** Zamawiający dopuszcza kleszcze o rozwarciu szczęk 6,9 mm.
- 3) **Pakiet nr 1, poz. 2;** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pętli o średnicy drutu tnącego 0,33 mm, średnica pętli 6, 10, 15, 25 dla pętli owalnych, 10, 15, 20, 25 mm dla pętli heksagonalnych, 15, 25 i 32 mm dla pętli asymetrycznych, średnica osłonki 2,4 mm, długość osłonki 240 cm.
- 4) **Pakiet nr 1, poz. 4;** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igieł o średnicy osłonki 2,4 mm.
- 5) **Pakiet nr 1, poz.2,** Zamawiający dopuszcza pętle z drutu o średnicy 0,4 mm
- 6) **Pakiet nr 1, poz. 6;** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pętli o średnicy cewnika 2,3 mm, brzeg pętli biały.
- 7) **Pakiet nr 1, poz. 6;** Zamawiający dopuszcza pętle z siatką 30 x 60 mm, cewnik 2,3 mm, obwód pętli granatowy
- 8) **Pakiet nr 1, poz. 7;** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kleszczy o średnicy osłonki 2,4 mm, długość 180 cm i 230 cm
- 9) **Pakiet nr 1, poz. 8;** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie klipsów o szerokości otwarcia ramion klipsa 15 mm i 16 mm, średnica osłonki 2,5-2,6 mm.
- 10) **Pakiet nr 1, poz. 8;** Zamawiający dopuszcza klipsownicę z cewnikiem 2,5 mm, szerokość rozwarcia ramion klipsa 16 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ
- 11) **Pakiet nr 1, poz. 9;** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szczotek o długości 230 cm – 250 cm, średnice 5/5, 6/6 i 5/10 mm.
- 12) **Pakiet nr 1, poz. 9;** Zamawiający dopuszcza szczotki o długości 230 cm i średnicach główek 5/5 mm, 6/6 mm, 5/10 mm

2. SIWZ, rozdz. 7. ust.7.1 pkt. 4) – w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej :



- Na Część 3 zamówienia (Pakiet nr 3): co najmniej 2 dostawy przyrządów do endoskopii na łączną kwotę brutto: co najmniej 120 000, 00 zł każda;
- 3. Ilekroć w SWZ, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie terminu składania ofert, tj. należy rozumieć:
12.07.2021 r. godz. 12:00;
- 4. Ilekroć w SWZ, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie otwarcia ofert należy rozumieć:
12.07.2021 r. godz. 12:15.

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

Z wyrazami szacunku

Załącznik:

Zmodyf. załącznik nr 2; Pakiet nr 1,3-

DYREKTOR

Karol Mońko

Sporządziła: Bernadeta Kurp we współpracy z KP

