

Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.01.2024 r.

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Grodzisku Wielkopolskim  
ul. Mossego 17

**Dotyczy:** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim” nr postępowania SPZOZ.DLA.2301.04.2023

## WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. ), informuje iż w ww. postępowaniu zostały złożone zapytania. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści SWZ:

Pakiet 14, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę bierną jednorazową, uniwersalną dla dzieci i dorosłych, owalną, dzieloną na dwie równe symetryczne części, powierzchnia ogólna 168 cm<sup>2</sup>, powierzchnia czynna 105 cm<sup>2</sup>, grubość hydrożelu 0,69mm; pakowana pojedynczo?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 17, pozycja 8:

Czy w tej pozycji nie doszło do pomyłki? Adapter do skalpela nr 3, śr. uchwyty 4mm jest w pozycji 7. Czy w związku z tym, Zamawiający wymaga, by w pozycji 8 był adapter do skalpela nr 4, śr. uchwyty 4mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza, że doszło do pomyłki. Zamawiający wymaga by w pozycji 8 był adapter do skalpela nr 4, śr. uchwyty 4mm.**