



Warszawa, 5 września 2022 r.

ADZ.261.46.2022

**Wykonawcy –
uczestnicy postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest „sprzedaż, dostawa, instalacja oraz uruchomienie fabrycznie nowego autoklawu (sterylizatora) wraz z wyposażeniem” (sprawa ADZ.261.46.2022).

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 222 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, iż do upływu terminu składania ofert tj. 02.09.2022 r., g. 12:00, wpłynęła 1 (jedna) oferta. Szczegóły dotyczące złożonej oferty znajdują się w poniższej tabeli:

Numer oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto (zł)
1	MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 30, 02-822 Warszawa	358 161,24
Parametry techniczne:		
1	Dno komory profilowane ułatwiające odpływ kondensatu w kierunku odpływu.	TAK
2	Płaszcz grzewczy o budowie pierścieniowej umożliwiający sprawdzenie spawów (po ściągnięciu izolacji termicznej) np. podczas „próby wodnej”	TAK
3	Diagnostyka: Wyświetlanie na ekranie sterylizatora schematu P&ID tj. wszystkich	TAK

**MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ
W WARSZAWIE**

ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa, tel.: +22 597 07 00, fax: +22 597 07 15
e-mail: sekretariat@iimcb.gov.pl, www.iimcb.gov.pl



	<p>podzespołów (zawory; czujniki ciśnienia, temp., poziomu wody; silniki; pompy) którymi steruje układ sterowniczy w postaci schematu połączeń. Symbole czujników ciśnienia i temperatury wraz z aktualnymi wartościami.</p> <p>Możliwość włączania/wyłączania, uruchamiania, otwierania/zamykania podzespołów bezpośrednio z ekranu (w trybie serwisowym).</p>	
4	<p>Możliwość wprowadzania komentarzy użytkownika do każdego programu sterylizacyjnego. Komentarze widoczne przy uruchamianiu danego programu jak również na wydruku.</p>	TAK
5	<p>Funkcja „audit trail” umożliwiająca śledzenie zdarzeń na urządzeniu (awarie, włączenie i wyłączenie, otwarcie/zamknięcie drzwi, itp.) oraz zmian nastaw programów sterylizacyjnych</p>	TAK
6	<p>Uruchomienie programu sterylizacyjnego poprzedzone identyfikacją operatora na podstawie osobistych kodów dostępu wraz z wydrukiem nazwiska/kodu operatora – dla min. 10 operatorów</p>	TAK
7	<p>Okres, w którym Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych do urządzenia wynoszący co najmniej 10 lat</p>	TAK
8	<p>Instrukcja obsługi w języku polskim (2 szt./sterylizator) wraz z dostawą urządzenia</p>	TAK