



Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

I.dz. 2946/2021/W

Wrocław dn. 14.09.2021 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa termostatu zanurzeniowego”, sprawa nr: PO.271.24.2021

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 284 ustawy PZP (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 1:

Bardzo proszę o informacje odnośnie wymaganych wymiarów zewnętrznej stalowej sondy temperaturowej (długość oraz średnica).

Odpowiedź 1:

Wymiary zewnętrznej stalowej sondy temperaturowej zostały opisane w punkcie 8 załącznika nr 2 (OPZ) do SWZ. Zgodnie z tym punktem: „Wyposażony w **zewnętrzną stalową sondę Pt100 300 x 6 mm z kablem co najmniej 1,5 m**”, długość wynosi 300 mm, średnica 6 mm.

Sporządziła: Aleksandra Orzechowska

