



KOMENDA WOJEWÓDZKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wlkp., dnia 24 lipca 2023 r.

WT.2371.2.2023

### Odpowiedzi nr 1

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Zestaw szkoleniowo-treningowy z zakresu ratownictwa medycznego przy zagrożeniach czynnikiem CBRNE”

#### Pytanie nr 1.

6. Fantom dziecka (ok. 5-7lat) wysokiej wierności tętno na tętnicy ramieniowej i opcjonalnie na tętnicach obwodowych

Czy Zamawiający uzna za równoważny fantom dziecka (ok. 5-7 lat) posiadający tętno na tętnicach szyjnych zamiast ramiennej i obwodowych? Według naszej wiedzy tętno na tętnicy ramiennej bada się u niemowląt i noworodków. Umożliwi to złożenie oferty na fantom spełniający pozostałe zapisy SIWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający uzna za równoważny i dopuści takie rozwiązanie.**

#### Pytanie nr 2.

7. Fantom noworodka/niemowlęcia wysokiej wierności

- symulacja obrzęku krtani i możliwość wykonywania manewru Sellicka;

- symulacja wymiotów / regurgitacji; Czy Zamawiający uzna za równoważny fantom niemowlęcia bez możliwości symulowania skurczu krtani oraz symulacji wymiotów/regurgitacji, ale w zamian oferujący możliwość defibrylacji defibrylatorem klinicznym za pośrednictwem elektrod samoprzylepnych? Umożliwi to złożenie oferty na fantom spełniający pozostałe zapisy SIWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający uzna za równoważny i dopuści takie rozwiązanie.**

#### Pytanie nr 3.

11. Fantom porodowy Model kobiety ciężarnej z automatycznym mechanizmem porodowym wraz z modelem płodu (do symulacji porodu) Czy Zamawiający uzna na zasadzie równoważności fantom kobiety ciężarnej w postaci torsu z pełnowymiarowymi kończynami dolnymi kobiety, z możliwością umieszczenia na



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



instruktorze/porozumieniu lub stole/łóżku z ręcznym mechanizmem porodu? W tej konfiguracji, instruktor sam określa intensywność skurczów, obrót dziecka a także może w bardziej realistyczny sposób przeprowadzać interakcje pomiędzy „rodzącą” a Ćwiczącymi. Takie rozwiązanie jest też mniej awaryjne, gdyż nie posiada elementów mechanicznych. Umożliwi to złożenie oferty na fantom spełniający pozostałe zapisy SIWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający uzna za równoważny i dopuści takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 4.**

**Pytania do części 2: 2 Defibrylator wyposażony w uchwyt do przenoszenia przeznaczony do defibrylacji dorosłych i dzieci.**

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z ekranem kolorowym LCD o przekątnej 6,5' o wysokim kontraście, rozdzielczość min. 640x480 pixeli ?
2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem pomiaru tętna: 20 – 300 /min ?
3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem pomiaru pulsu w SpO2: 25 – 240 ud./min ?
4. Czy Zamawiający zrezygnuje z pomiaru inwazyjnego ciśnienia krwi i temperatury? Są to parametry, które Zamawiający nie wykorzysta w warunkach treningowych z fantomem.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 5.**

**Pytania do części 3: 1. Łóżko szpitalne.**

1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne z możliwością ułożenia pacjenta w pozycji Trendelenburga z uniesieniem od strony nóg do 17°?
2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne bez możliwości ułożenia pacjenta w pozycji leżącej z jednoczesnym przechyleniem w bok?
3. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne bez możliwości ułożenia pacjenta w pozycji ginekologicznej?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 6.**

**Pytania do części 3: 2. Nosze monoblokowe.**

1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy nosze monoblokowe bez możliwości odgięcia głowy do tyłu?

2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy nosze monoblokowe bez pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 7.**

**Pytania do części 3: 3. Wózek transportowy z funkcją stołu zabiegowego.**

1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy z funkcją stołu zabiegowego z możliwością ułożenia pacjenta w pozycji Trendelenburga z uniesieniem od strony nóg do 18°?
2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy z funkcją stołu zabiegowego bez możliwości odwodzenia podnóżków?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 8.**

**Pytania do części 4:1. Ssak elektryczny**

1. Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny o maksymalna emisja hałasu 65 dB?
2. Czy Zamawiający dopuści ssak o nominalnej sile ssania: 25 l/min ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 9.**

**Dotyczy dokumentu CE dla części 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie posiadania dokumentu CE do części 1. Zgodnie z ustawą fantomy i trenażery nie są produktami medycznymi i nie posiadają ww. dokumentów

**Odpowiedź:**

**Zamawiający odstępuje od obowiązku posiadania certyfikatu CE przez fantomy i trenażery, które nie są produktami medycznymi.**

**Pytanie nr 10.**

**Dotyczy p. 2 Fantom dorosłego do oceny wstępnej i badania urazowego**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania fantom dorosłego posiadający kończyny zginane w stawach, jednak do ich wymiany i mocowania należy użyć klucza imbusowego? Chcieliśmy zauważyć, że wymiana kończyn nawet przy użyciu klucza jest bardzo łatwa i szybka. Dopuszczenie proponowanego rozwiązania pozwoli na



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



złożenie się większej ilości oferentów, co przełoży się na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania fantom dorosłego do oceny wstępnej i badania urazowego z oprogramowaniem zainstalowanym na tablecie, który nie wyświetla czy miejsce uciskania klatki piersiowej jest poprawne? Dołączone oprogramowanie pozwala na kontrole jakości uciśnień (tempo i głębokość) jak i wentylacji. Dodatkowo pozwala na tworzenie własnych scenariuszy oraz posiada wbudowane listy kontrolne algorytmu resuscytacji do śledzenia działań indywidualnych i zespołowych. Dołączony metronom pomaga w prawidłowym ustaleniu tempa kompresji oraz szybkości i objętości wentylacji.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 11.**

**Dotyczy p. 3 Fantom dziecka (5-7 lat) do oceny wstępnej i badania urazowego**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania fantom dziecka do oceny wstępnej i badania urazowego z oprogramowaniem zainstalowanym na tablecie, który nie wyświetla czy miejsce uciskania klatki piersiowej jest poprawne? Dołączone oprogramowanie pozwala na kontrole jakości uciśnień (tempo i głębokość) jak i wentylacji. Dodatkowo pozwala na tworzenie własnych scenariuszy oraz posiada wbudowane listy kontrolne algorytmu resuscytacji do śledzenia działań indywidualnych i zespołowych. Dołączony metronom pomaga w prawidłowym ustaleniu tempa kompresji oraz szybkości i objętości wentylacji.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 12.**

**Dotyczy p. 4 Fantom noworodka/ niemowlęcia do oceny wstępnej i badania urazowego**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania fantom noworodka/niemowlęcia do oceny wstępnej i badania urazowego z oprogramowaniem zainstalowanym na tablecie, który nie wyświetla czy miejsce uciskania klatki piersiowej jest poprawne? Dołączone oprogramowanie pozwala na kontrole jakości uciśnień (tempo i głębokość) jak i wentylacji. Dodatkowo pozwala na tworzenie własnych scenariuszy oraz posiada wbudowane listy kontrolne algorytmu resuscytacji do śledzenia działań indywidualnych i zespołowych. Dołączony metronom pomaga w prawidłowym ustaleniu tempa kompresji oraz szybkości i objętości wentylacji.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.**



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



**Pytanie nr 13.****Dotyczy p. 5 Fantom dorosłego wysokiej wierności**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania fantom dorosłego wysokiej wierności z tętnem generowanym automatycznie, zsynchronizowanego z siłą tętna, ale bez możliwości ustawienia jego siły? W zamian oferowany symulator posiada automatycznie unoszącą się klatkę piersiową zsynchronizowaną z wybranym wzorcem oddechowym, symuluje sinicę centralną oraz umożliwia zmierzenie ciśnienia krwi przy użyciu modyfikowanego mankietu. Dopuszczenie proponowanego symulatora pozwoli na złożenie się większej ilości oferentów, co przełoży się na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 14.****Dotyczy trenażer do konikotomii igłowej i chirurgicznej**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania trenażer do konikotomii w postaci części głowy (żuchwa i broda), szyi oraz części obojczykowej a nie w postaci głowy i szyi, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych funkcjonalności wymaganych przez Zamawiającego? Nie zmieni to funkcjonalności otrzymanego modelu a pozwoli na złożenie się większej ilości oferentów, co przełoży się na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 15.****Dotyczy Trenażer do odbarczania odmy opłucnowej**

Czy zamawiający dopuści do postępowania trenażer do odbarczania domy opłucnowej w postaci torsu mężczyzny bez głowy, który w zestawie nie posiada wymiennych pęcherzy do odbarczania odmy, lecz w zamian w zestawie posiada wymienną jamę opłucnową, która nie posiada zestawu naprawczego? Proponowany model zapewnia możliwość zastosowania igieł i wykonanie torakotomii w drugiej przestrzeni międzyżebrowej w linii środkowo obojczykowej, piątej przestrzeni międzyżebrowej w linii pachowo środkowej. Dopuszczenie proponowanego rozwiązania pozwoli na złożenie się większej ilości oferentów, co przełoży się na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.**



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



**Pytanie nr 16.**

**Dotyczy p. 6 Fantom dziecka (ok. 5-7 lat) wysokiej wierności**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania fantom wysokiej wierności pozwalający na wykonanie defibrylacji energią do 180J a nie do 360J? Według wytycznych zalecana jest energia 4 J/kg, czyli energia 180 J jest zalecana dla dzieci o wadze 40 kg. Według siatek centylowych dzieci w wieku 5-7 lat ważą mniej. Dopuszczenie proponowanego rozwiązania nie zmniejszy możliwości wykorzystania symulatora ani nie zmniejszy realistyczności wykonywanych ćwiczeń, pozwoli jednak na złożenie się większej ilości oferentów, co pozwoli na złożenie się większej ilości oferentów.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 17.**

**Dotyczy p. 7 Fantom noworodka/ niemowlęcia wysokiej wierności**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania fantom noworodka/niemowlęcia wysokiej wierności nieposiadający możliwości symulacji wymiotów oraz którego głowa obraca się, lecz nie na 90 stopni w każdą stronę? W zamian fantom umożliwi sprawdzenie tętna na pępowninie, tętnicy ramieniowej i promieniowej, oraz posiada sinicę centralną, która pozwala na symulowanie niedotlenienia- sinica reaguje na działania ćwiczącego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 18.**

**Pytanie do aparatu do znieczulenia; część nr 5**

**Pytanie dot. Pkt 10 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez możliwości konfiguracji zamkniętego układu oddechowego?**

Aparaty z układem zamkniętym używane są w anestezjologii bardzo rzadko (taką funkcję posiada tylko bardzo zaawansowany i drogi aparat ZEUS firmy Draeger ) i muszą dodatkowo wymieniać całkowicie mieszaninę gazów oddechowych co ok. 30 min. a więc nie jest to układ całkowicie zamknięty o którym pisze Zamawiający .

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 19.**

**Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1**

Prosimy Zamawiającego o dostosowanie zapisu odnośnie terminu realizacji do zapisów SWZ. Zgodnie z SWZ rozdział VI termin wykonania to: 60 dni od podpisania umowy, ale nie później niż do dnia 15.11.2023

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dostosował zapisy i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 3 do SWZ.**

- Ulega zmianie zapis § 5 pkt. 1 załącznika do Specyfikacji Warunków Zamówienia pn. „Wzór umowy”, który otrzymuje brzmienie:  
„Termin realizacji przedmiotu umowy strony określają na 60 dni od daty podpisania umowy, jednak nie później jak do 15.11.2023 r. Termin realizacji zostanie zachowany, jeżeli odbiory faktyczne i szkolenia odbędą się w terminie, o którym mowa powyżej.”

#### **Pytanie nr 20.**

Dotyczy wzoru umowy § 8 ppkt c)

Zwracamy uwagę, iż pojęcie „książki serwisowej” jest bardzo ogólne i szerokie, które może obejmować np. dokumentację dotyczącą technologii danego sprzętu, które to materiały stanowią know-how producenta i nie są przeznaczone ani adresowane do użytkowników urządzeń. Jak rozumiemy, intencją Zamawiającego jest otrzymanie tych dokumentów, które są przeznaczone dla użytkownika. Wobec tego, proponujemy doprecyzowanie zapisu w następujący sposób:

Dokumentacja techniczna „DTR” lub instalacyjna (wymagania instalacyjne) przeznaczona dla Użytkownika dostarczona wraz z urządzeniem.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający pozostawia treść umowy bez zmian.**

#### **Pytanie nr 21.**

##### **Pytanie do wzoru umowy § 9. GWARANCJA I SERWIS ust. 1**

Wnosimy o dodanie następującego zapisu: „oraz wyłączone zostaje prawo Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na podstawie rękojmi”.

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy u przez Zamawiającego, co jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 22.**

**Pytanie do wzoru umowy § 9. GWARANCJA I SERWIS ust. 1**

Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączenie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej.

Czy wobec takiego katalogu wyłączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisu w następujący sposób: Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych (z wyłączeniem głowicy). Gwarancja nie obejmuje defektów lub osłabień działania (włączając niedopasowanie do opisu produktu bądź jego specyfikacji), które są całkowicie lub częściowo spowodowane:

- niewłaściwym przechowywaniem lub transportem produktu przez Kupującego, osoby przez niego zatrudnione lub inne osoby działające na rzecz Kupującego,
- nie przygotowanie przez Kupującego miejsca, nie zapewnienie dostaw prądu lub nie zabezpieczenie warunków działania wymienionych w odpowiednich instrukcjach lub przedstawionych przez Sprzedawcę lub producenta,
- nie posiadanie któregoś z produktów, podzespołów lub akcesoriów zalecanych przez Sprzedawcę lub producenta, a pominiętych na polecenie Kupującego,
- warunkami, specyfikacjami, instrukcjami wydanymi przez Kupującego, jego pracowników inne osoby działające na rzecz Kupującego,
- zmianami w produkcie wprowadzone przez osoby inne niż Sprzedawca,
- łączeniem produktu Sprzedawcy z innymi produktami,
- łączeniem niekompatybilnych produktów Sprzedawcy,
- niewłaściwym bądź niezgodnym z instrukcją użytkowaniem produktu, niewłaściwą obsługą produktu, nie wykonaniem instrukcji i zaleceń Sprzedawcy lub producenta lub użytkowaniem sprzętu niezgodnym z jego przeznaczeniem,
- uszkodzeń sprzętu spowodowanych korzystaniem przez Kupującego z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,
- zaistnieniem siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Sprzedawcy.

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności





**Pytanie nr 23.**

**Pytanie do wzoru umowy § 9. GWARANCJA I SERWIS ust. 2**

Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej. Nie dopuszcza diagnostyki/naprawy poprzez rozmowę telefoniczną.**

**Pytanie nr 24.**

**Pytanie do wzoru umowy § 9. GWARANCJA I SERWIS ust. 2**

Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o następujących parametrach:

- w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Wykonawcy - łącze o przepustowości minimum 512 kbit/s ze stałym adresem IP,
- w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Zamawiającego uruchomiony zostanie tunel VPN typu IPSec

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający zapewni łącze o wskazanych parametrach, przy czym Zamawiający nie dopuszcza możliwości zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Wykonawcy.**

**Pytanie nr 25.**

**Pytanie do wzoru umowy § 9 GWARANCJA I SERWIS ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w ustępu tak, aby naprawy gwarancyjne odbyły się w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia usterki?

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 26.**

**Pytanie do wzoru umowy § 9 GWARANCJA I SERWIS ust. 5**

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, naprawy gwarancyjne zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:

„Wszelkie naprawy gwarancyjne wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powodują przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 27.**

**Pytanie do wzoru umowy § 9. ust 8 GWARANCJA I SERWIS**

Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do 7 lat.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza skrócenie okresu do 10 lat, zmodyfikowano zapisy projektu umowy.**

**Pytanie nr 28.**

**Pytanie do wzoru umowy § 9. ust 9 GWARANCJA I SERWIS**

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz gwarancji jakości wykonywanych usług naprawy urządzenia, będącego przedmiotem umowy, ze względu na swoją specyfikę powinny być wykonywane tylko i wyłącznie przez autoryzowany przez producenta serwis. Wykonawca nie może zagwarantować prawidłowości naprawy wykonanej przez serwis nieautoryzowany. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że w razie zastosowania par. 9 ust 9 Umowy Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, przeprowadzonej w ten sposób naprawy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiającemu zależy na bezawaryjnej pracy urządzeń, a w przypadku awarii na skutecznej naprawie przez uprawnione autoryzowane serwisy. Obowiązek naprawy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w/w postanowień umowy mają zastosowania jedynie gdy Wykonawca uchylać się będzie od wykonania napraw. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie nr 29.**

**Pytanie do wzoru umowy § 11 ust. 2 b) i d)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za odstąpienie do przyjętego poziomu w branży medycznej czyli: 10% ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w par. 4 ust. 1.

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



**Pytanie nr 30.**

**Pytanie do wzoru umowy § 11 ust. 2 c)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy)? Jeśli zobowiązania z tyt. gwarancji i rękojmi czy innych obowiązków określonych umowie będą w zdecydowanej mierze zrealizowane (a zwłoka będzie dot. jednego urządzenia), to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiając Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 31.**

**Pytanie do wzoru umowy § 11. ust 3 KARY UMOWNE**

Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje wprowadzenie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, przez dodanie zapisu:

„Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni min. 14 dniowy termin”.

Taka konstrukcja chroni interes Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 32.**

**Pytanie do wzoru umowy § 11. ust 5 KARY UMOWNE**

Prosimy o usunięcie postanowienia uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy.

Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 33.**

**Pytanie do wzoru umowy**

Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację w kraju oraz na świecie proponujemy uzupełnienie umowy o następujące zastrzeżenia dotyczące siły wyższej:

- Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki,



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.

-Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

- W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 34.**

**Pytanie dotyczące Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych w przypadku konieczności powierzenia danych osobowych dla celów realizacji Umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę lub innym ustalonym przez Strony

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**UWAGA: W związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega Załącznik nr 3 do SWZ PROJEKT UMOWY – zmiany zaznaczono kolorem żółtym.**

Jednocześnie informuję, że w wyniku udzielonych wyjaśnień powyższe odpowiedzi na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) odpowiednio zmieniają treść Specyfikacji warunków zamówienia.

**LUBUSKI KOMENDANT WOJEWODZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**  
z up.

/-/

st. bryg. mgr inż. Janusz Drozda  
Zastępca Komendanta

Podpisano elektronicznie



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności

