



*Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
<http://www.szpital.miechow.pl>,
e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl*

Miechów, dnia 19 czerwca 2023 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Świadczenie usługi w zakresie wykonania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego**. Nr sprawy: **9/TP/2023**

W związku z wniesieniem pytań, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

1.

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty

Czy Zamawiający wyrazi zgody aby Wykonawcy pozostawili w Formularzu tylko te pozycję na które składają ofertę?

Ad.1 Zamawiający wyraża zgodę.

2.

SWZ, rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia pkt 1

Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy, § 1 ust. 1

Dotyczy zadania nr 3 – Aparaty do znieczulenia ogólnego Leon

W celu porównywalności złożonych ofert prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z wymogami określonymi w SWZ, umowie oraz z wymogami producenta Zamawiający wymaga kalkulacji w cenie oferty przeglądu wymiany n./w. zestawów przeglądowych zawierającego, czujnika tlenu oraz kompletu akumulatorów

- wewnętrzny zestaw przeglądowy,
- zestaw przeglądowy stacji dokującej,
- zestaw uszczelki wysokociśnieniowych (podtlenek, tlen).

Ad.2 Zamawiający nie wymaga powyższej kalkulacji.

3.

SWZ, rozdział VIII Warunki udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy, § 2 ust. 1

Dotyczy zadanie nr 3 – Aparaty do znieczulenia ogólnego Leon

Czy z uwagi na to, iż Zamawiający nie postawił warunków w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej ale wymaga od wykonawców posiadania kwalifikacji oraz doświadczenia do wykonania przedmiotu umowy przewiduje możliwość zweryfikowania przed przystąpieniem do usługi, czy potencjalny wykonawca posiada odpowiednie przeszkolenia do wykonywania przeglądów, konserwacji oraz napraw aparatury i sprzętu medycznego?

W zadaniu trzecim Zamawiający wymaga wykonania przeglądów, konserwacji oraz napraw bieżących aparatów do znieczuleń, które jak zauważył Zamawiający (Szpital Wojewódzki w Przemyślu), sa aparaturą medyczną o podwyższonym ryzyku w zakresie swojego działania lub/i procesu leczniczego lub/i podejmowania decyzji klinicznych przy jej wykorzystaniu lub/i stwarzającą lub mogącą stwarzać zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa pacjentów, użytkowników i osób trzecich.

Zamawiający unieważnił postępowanie nr DZP/66/PN/2022 (<https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=40152473>)

w zakresie kilku pakietów gdyż uznał, iż powinien wymagać bardziej rygorystycznych wymogów w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej posiadanej przez potencjalnych Wykonawców, a wymagał *potwierdzenia o odbyciu szkolenia serwisowego technicznego w zakresie wykonywania usług serwisowych przedmiotu zamówienia.*

Ad.3 Zgodnie z § 2 ust 1 i 2, Załącznika nr 5 do SWZ - wzór umowy.

Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 23 czerwca 2023r. Termin składania ofert do godziny 10:00, termin otwarcia ofert o godzinie 10:15.

podpis elektroniczny