



INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 tj.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**Dostawa mebli medycznych**”

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do podawania cytostatyków, które posiadają całkowitą szerokość z podłokietnikami 950 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do podawania cytostatyków, które posiadają regulację nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie +75° do -18°?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do podawania cytostatyków, które posiadają regulację kąta nachylenia segmentu siedziska w zakresie 0 do 18°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do podawania cytostatyków, które posiadają regulację kąta nachylenia segmentu podudzia w zakresie -30° do +18°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do podawania cytostatyków, które posiadają konstrukcję stalową malowaną proszkowo oraz kolumnę elektryczną w zabudowie aluminiowej za pomocą, której regulowana jest wysokość siedziska / fotela?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele zabiegowe, które posiadają wagę własną 125 kg?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele zabiegowe, które posiadają dopuszczalne obciążenie 225 kg?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.



Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele zabiegowe, które posiadają podłokietniki o wymiarach 500 x 170 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków, którego tapicerka może być wykonana w dwóch kolorach do wyboru z gamy 20 kolorów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele zabiegowe, które nie posiadają możliwości łatwego demontażu tapicerki w celu czyszczenia? Fotele, które chcemy zaoferować mają tapicerkę bezszwową, co jest bardzo ważne przy łatwości czyszczenia i dezynfekcji, ponadto posiadają estetyczne osłony tworzywowe w segmencie oparcia pleców, siedziska, podnóżka oraz podłokietnikach co w znaczny sposób ułatwia utrzymanie fotela w czystości bez konieczności demontażu tapicerki.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 11

Dot. pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści długość leża 2123mm, szerokość leża 590 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12

Dot. pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści szerokość całkowitą z podłokietnikami 892 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13

Dot. pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści regulację nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie -12° do +70°?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 14

Dot. pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją segmentu siedziska w zakresie od 0° do -12°?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 15

Dot. pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści regulację segmentu podudzia w zakresie 0° do +33°?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 16

Dot. pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości fotela w zakresie 59-97cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 17

Dot. pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści regulację przechyłu Trendelenburga -12°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18

Dot. pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści wagę fotela 104,5kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19

Dot. pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści maksymalne obciążenie 205kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20

Dot. pkt. 17 Czy Zamawiający dopuści dźwignie blokady centralnej umieszczone w narożnikach od strony pleców, przy kołach?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 21

Dot. pkt. 18 Czy Zamawiający dopuści fotel wyposażony w elektrycznie regulowany tworzywowy podnózek pod stopy pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22

Dot. pkt. 19 Czy Zamawiający dopuści poszycie fotela wykonane z jednego koloru do wyboru z gamy 5 kolorów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23

Dot. pkt. 20 Czy Zamawiający dopuści fotel wyposażony w dwa podłokietniki bez regulacji wysokości? Oferowane podłokietniki posiadają możliwość pozycjonowania w pionie i poziomie oraz możliwość odchylenia dla łatwego zajęcia miejsca przez pacjenta w fotelu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 24

Dot. pkt. 22 Czy Zamawiający dopuści podłokietniki nie profilowane, o wymiarze długość 56 cm, szerokość 13cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 25

Dot. pkt. 25 Czy Zamawiający dopuści materac bez możliwości demontażu? Materac pokryty jest bezszwową tapicerką wykonaną ze skaju, łatwą do dezynfekcji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 26

Dot. pkt. 29 Czy Zamawiający dopuści fotel wyposażony w regulowany elektrycznie, nie tapicerowany, podnózek wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na zabrudzenia i zarysowania, w którym producent nie przewidział dodatkowej osłony na podnózek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 27

Dot. pkt. 31 Czy Zamawiający dopuści wodoodporność silników fotela zgodną z normą IPX4?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków z leżem o długości 2000 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków o szerokości zewnętrznej 900 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków z elektryczną regulacją kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie +760 do -150?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków z elektryczną regulacją kąta nachylenia segmentu siedziska w zakresie 0 do 15?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków z elektryczną regulacją kąta nachylenia segmentu podudzia w zakresie -45 do +15?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków, którego regulacja wysokości realizowana jest za pomocą kolumny nośnej w obudowie z aluminium?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków z centralną blokadą kół tylnej osi, z dźwigniami blokującymi usytuowanymi ze względów bezpieczeństwa z tyłu za segmentem pleców po obu stronach fotela?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotel do podawania cytostatyków wyposażony w regulowane podparcie stóp wykonane z płyty HPL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotel do podawania cytostatyków z możliwością wyboru kolorystyki tapicerki spośród 24 wariantów kolorystycznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotel do podawania cytostatyków wyposażony w profilowane podłokietniki o długości 500 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 38

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotel do podawania cytostatyków wyposażony w profilowane podłokietniki o szerokości 140 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

SPECJALISTA
działu Zamówień Publicznych
mgr Anna Lis

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr inż. Jacek Banaszak