

Miechów, dnia 13 lipca 2020 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

**Nr sprawy: 20/2020** - Dostawa kardiowerterów-defibrylatorów oraz stymulatorów dla Szpitala św. Anny w Miechowie.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zostały zadane następujące pytania:

**Zapytanie 1**

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ Pakiet 5 :

Pkt 10 - Stymulatory dwujamowy

Czy Zamawiający dopuści urządzenie mające okres referencji A/V w zakresie min. 150-500 ms?

**Ad.1** Zamawiający dopuszcza podany okres refrakcji.