



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881 REGON 000302480
www.szpitalprzasnysz.pl sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

BDO: 000110316

SPZZOZ.ZP/44/2023

Przasnysz, dnia 15.11.2023 r

**Do wszystkich,
którzy pobrali SWZ**

Dotyczy: dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnysz.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnysz na zapytania udziela odpowiedzi.

Pyt. 1

W związku z obowiązywaniem na terenie RP patentów obejmujących materiały eksploatacyjne do wstrzykiwacza Medrad Stellant, chroniących własność intelektualną firmy Bayer (EP1687049 zatytułowany „Strzykawki, interfejsy strzykawek i tłoki do strzykawek do użytku z iniektorami medycznymi”, EP3326673 zatytułowany „Strzykawki, interfejsy strzykawek i trzpienie strzykawek do użytku z iniektorami medycznymi”). Obydwa patenty zostały prawidłowo walidowane (informację o złożeniu tłumaczenia patentów ogłoszono w Wiadomościach Urzędu Patentowego odpowiednio 31 października 2019 r. i 31 marca 2020 r.) i pozostaną w mocy do dnia 23 listopada 2024 (Patenty) informujemy, że opisany w przez Zamawiającego asortyment narusza prawo patentowe, został wprowadzony na rynek i jest dystrybuowany bez zgody firmy Bayer oraz nie podlegał żadnej walidacji przez producenta wstrzykiwacza. Uprzejmie informujemy, że do posiadanego przez Zamawiającego wstrzykiwacza właściwym produktem są: Jednorazowe, sterylne, zestawy wkładów TK do wstrzykiwacza kontrastu Medrad Stellant CT Dual, wolne od ftalanów o wytrzymałości do 350 PSI, składające się z dwóch razem pakowanych wkładów o pojemności 200ml, 1 x łącznik niskociśnieniowy z trójnikiem typu „T” o dł. 152 cm, 2 ostrzy typu spike. W związku z powyższą informacją zapytujemy, czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia zestawów wkładów produkcji Bayer/ Medrad opisanych powyżej i zgodnych z instrukcją obsługi wstrzykiwacza?”

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pyt. 2

Pytanie 1 - Dot. Zał. nr 2 do SWZ – Formularze cenowe – pakiet nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w pakiecie nr 5 zestawu ze zwijanym przewodem Y o długości 150 cm z podwójnym zaworem zwrotnym o wytrzymałości ciśnieniowej do 375 PSI. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 3

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie jaka dokładnie strzykawka automatyczna jest w posiadaniu Zamawiającego.

Odp. Strzykawka automatyczna: Model Optivantage DH, Producent Malliuckrodt.

Pyt. 4

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do ofertowania w pakiecie numer 5 zestawu do wstrzykiwacza kontrastu, w skład którego wchodzi łącznik o wytrzymałości ciśnieniowej do 350 psi.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 5

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do ofertowania w pakiecie numer 5 zestawu do wstrzykiwacza kontrastu, w skład którego wchodzi łącznik Y długości 150cm (z uwagi na różne zaokrąglenia stosowane przez producentów- 60cali = +/- 150cm)

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 6

Pytanie do PAKIET 4 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści worek stomijny otwarty jednocześnie (połączenie płytki i worka) z zapinką, z filtrem filtrującym gazy wydobywające się z przetoki jelitowej – worek przeznaczony do zaopatrzenia kolostomii i ileostomii; worek wyposażony w przylepiec z materiału o właściwościach gojących i ochronnych – przylepiec aż z 4 hydrokoloidów z naturalnym miodem Manuka; worek z miękkiej włókniny, odporny na wilgoć, zamykany na zintegrowany rzep; symetryczny kształt worka z zaokrąglonymi, miękkimi krawędziami; rozmiar przylepca do docięcia 13-60-80 mm, worek przezroczysty?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 7

Pytanie do PAKIET 4 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści worek stomijny otwarty jednocześnie system (połączenie płytki i worka) z zapinką i filtrem przeznaczony do zaopatrzenia kolostomii i ileostomii; wyposażony w przylepiec z materiału o właściwościach gojących i ochronnych - przylepiec aż z 4 hydrokoloidów; worek z miękkiej włókniny, odporny na wilgoć, symetryczny kształt worka z zaokrąglonymi, miękkimi krawędziami; system wyposażony w filtr, który odprowadza gazy, neutralizuje nieprzyjemne zapachy i zapobiega balonowaniu worka, rozmiar przylepca do docięcia 10-70 mm, worek kolor beżowy?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 8

Pytanie do PAKIET 4 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści worek stomijny otwarty jednocześnie system (połączenie płytki i worka) z zapinką i filtrem przeznaczony do zaopatrzenia kolostomii i ileostomii; wyposażony w przylepiec z materiału o właściwościach gojących i ochronnych - przylepiec aż z 4 hydrokoloidów; worek z miękkiej włókniny, odporny na wilgoć, symetryczny kształt worka z zaokrąglonymi, miękkimi krawędziami; system wyposażony w filtr, który odprowadza gazy, neutralizuje nieprzyjemne zapachy i zapobiega balonowaniu worka, rozmiar przylepca do docięcia 13-60 mm, worek przezroczysty?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

DYREKTOR
SP. Z O.O. w Wrasnym

mgr Zbigniew Makowski