



Słupsk dnia 07. 02. 2023 r.

Numer sprawy nr: SE-407/6/23

Wykonawcy w postępowaniu

### Odpowiedzi na zadane pytania

dotyczące Opisu przedmiotu zamówienia w prowadzonym postępowaniu w trybie **zaptania ofertowego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.**

W dniach 06-08 lutego 2023 r. Zamawiający otrzymał pytania dot. Opisu przedmiotu zamówienia. Poniżej zamieszczamy treść pytań oraz odpowiedzi zamawiającego.

#### Część I

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne pozycje?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Część II.

##### **Pozycje 12-15**

Zamawiający nad pozycją 12 opisał wymagania dot. kaniuli bezpiecznej, natomiast w pozycjach poniżej nie wspomniano o tym, że należy zaoferować właśnie kaniule bezpieczne. Wobec tego prosimy o wyjaśnienie, doprecyzowanie jakich kaniul wymaga Zamawiający – zwykłych/standardowych lub też bezpiecznych.

**Odp. Zgodnie z Opisem warunków zamówienia, jak dla pozycji 12 (opis powyżej).**

##### **Pozycja 17**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą kroplową min. 60 mm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

##### **Pozycja 17**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z drenem o długości 150 cm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

##### **Pozycja 41**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarach od CH6 do CH20?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

##### **Pozycja 43**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 2.0 mm x 255 mm?+

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

##### **Pozycja 44**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 4.7 mm x 340 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

##### **Pozycja 50**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 36 mm?

**Odp. Zgodnie z Opisem warunków zamówienia.**



**Pozycja 51**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 50 mm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pozycja 53**

Czy Zamawiający papier w rozmiarze 106,5mm x 23mm?

**Odp. Zgodnie z Opisem warunków zamówienia.**

**Pozycja 58**

Czy Zamawiający dopuści balonik o pojemności 5-10 ml?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pozycja 71**

Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka o długości 2,1m?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pozycje 73-76**

Czy Zamawiający dopuści łyżki metalowe mikrobiologicznie czyste, niesterylne?

**Odp. Zgodnie z Opisem warunków zamówienia.**

**Pozycje 73-76**

Czy Zamawiający dopuści łyżki wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego ABS, sterylne?

**Odp. Zgodnie z Opisem warunków zamówienia.**

**Pozycje 79**

Czy Zamawiający dopuści kołnierz ortopedyczny dla dzieci posiadający 3 stopnie regulacji (niemowlę, dziecko, mały dorosły)?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Część III.****Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybrane pozycje?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje.**

**Poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawkę 20ml w opakowaniu a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Poz. 6-9,11**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawkę jednego producenta w celu zapewnienia pełnej kompatybilności połączeń?

**Odp. Nie**

**Poz. 12-15**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę zgodnie z poniższymi parametrami

posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem

igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut

cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG

kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przysycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru

uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką

filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia

dostępna w różnych rozmiarach od 14 G do 24 G

jednorazowego użytku

nie zawiera lateksu

nie zawiera ftalanów

sterylizowana tlenkiem etylenu

pakowanie: 1 sztuka – twardej blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru

**Odp. Zgodnie z Opisem warunków zamówienia.**

### **Poz. 12-15**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę zgodnie z poniższymi rozmiarami:

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
24 x ¾"	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1¼"	1,1 x 32	różowy	61
18 x 1¾"	1,3 x 45	zielony	100
17 x 1¾"	1,5 x 45	biały	142

**Odp. Zgodnie z Opisem warunków zamówienia.**

### **Poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dla dzieci jak Neoflon o parametrach jak w swz, w opakowaniu a'100?



**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

### **Poz. 17**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą o długości 62mm z drenem 150cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odp. Zgodnie z Opisem warunków zamówienia.**

**Poz. 41**

Czy Zamawiający oczekuje nazwy producenta na łączniku, w celu pełnej identyfikacji produktu?

**Odp. Zgodnie z Opisem warunków zamówienia.**

**Poz. 41**

Czy Zamawiający oczekuje pełnej wymaganej rozmiarówki tj. od ch6 do ch22?

**Odp. Tak**

**Poz. 43**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę dla dzieci o średnicy 2.0mm, długości roboczej 250 mm ( $\pm 5$ )?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Poz. 44**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę dla dorosłych o średnicy 4.7mm, długości roboczej 355 mm ( $\pm 5$ )?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Poz. 59**

Czy Zamawiający oczekuje worków dostępnych z drenami o dł. minimalnej 90 cm i maksymalnej 150 cm, do wyboru zamawiającego?

**Odp. Tak**

**Poz. 63**

Czy Zamawiający oczekuje worka na wymiociny o pojemności tylko 2L w celu bezpieczniejszego składania ilości treści wymiotnej?

**Odp. Zgodnie z Opisem warunków zamówienia.**

**Poz. 69**

Czy Zamawiający dopuści pęsetę o długości 13cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Poz. 73-76**

Czy Zamawiający dopuści łyżki metalowe sterylne, niesterylizowane, mikrobiologicznie czyste?

**Odp. Zgodnie z Opisem warunków zamówienia.**

*Zamawiający:*