



Wolsztyn, dnia 22.08.2022 r.

Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/189/2022

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „**sukcesywna dostawa materiałów medycznych i opatrunków dla SPZOZ w Wolsztynie**”, TP/15/2022

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – (Dz.U. poz. 2021.1129 t.j.), Zamawiający zmienia:

1. **Załącznik nr 2 do SWZ:**

- Pakiet 2, pozycja 2, Zamawiający dopuszcza rękaw elastyczny siatkowy o szerokości w stanie swobodnym 1,5-3,5cm, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań.
- Pakiet 2, pozycja 3, Zamawiający dopuszcza rękaw elastyczny siatkowy o szerokości w stanie swobodnym 4,0-6,0cm,
- Pakiet 2, pozycja 4, Zamawiający dopuszcza rękaw elastyczny siatkowy o szerokości w stanie swobodnym 5,0-9,5cm,
- Pakiet 2, pozycja 5, Zamawiający dopuszcza rękaw elastyczny siatkowy o szerokości w stanie swobodnym 8,0-14,0cm.
- Pakiet 2, pozycja 16-18, Zamawiający dopuszcza opaskę gipsową o czasie wiązania 5-6minut.
- Pakiet 2, pozycja 16-18, Zamawiający dopuszcza opaskę gipsową nawiniętą na plastikowy trzpień typu krzyżak.
- Pakiet 2, pozycja 19, Zamawiający dopuszcza wyściółkę pod gips pakowaną zbiorczo a'12 sztuk z podaniem ceny za 1 sztukę.
- Pakiet 2, pozycja 20, Zamawiający dopuszcza wyściółkę pod gips pakowaną zbiorczo a'6 sztuk z podaniem ceny za 1 sztukę,
- Pakiet 2, pozycja 21, 23, 26, Zamawiający dopuszcza przylepiec pakowany zbiorczo a'12 sztuk z podaniem ceny za 1 sztukę
- Pakiet 2, pozycja 22, 24, 25, Zamawiający dopuszcza przylepiec pakowany zbiorczo a'12 sztuk z podaniem ceny za 1 sztukę,
- Pakiet 5, pozycja 16, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie chusty bawełnianej,
- Pakiet 8, pozycja 1-2, Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości,
- Pakiet 8, pozycja 3, Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a'50szt z przeliczeniem zamawianej ilości,
- Pakiet 8, pozycja 4, Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a'100szt z przeliczeniem zamawianej ilości
- Pakiet 10, pozycja 1, Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.
- Pakiet 19, pozycja 1, Zamawiający dopuszcza tufery pakowane a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.
- Pakiet nr 11 poz. 1, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania obłożenia o całkowitej gramaturze laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 (+/-0,5) g/m2, z taśmą mocującą w serwecie operacyjnej pokrytą klejem umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań.
- Pakiet nr 20 poz. 1-2, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fartuchów o odporności na przenikanie cieczy 37 cm H2O. pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań,
- Pakiet nr 4 poz. 1, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 6 x 7,5 cm pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań,

- Pakiet nr 1, Zamawiający dopuszcza chusteczki pakowane w dyspenser a'50 szt.
- Pakiet nr 2 poz. 16-18: Zamawiający dopuszcza opaskę gipsową nawiniętą na perforowany tubus,
- Pakiet nr 2 poz. 30, Zamawiający dopuszcza ligninę pakowaną w opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią
- Pakiet nr 2 poz. 31, Zamawiający dopuszcza watę bawełnianą, która jest wyrobem medycznym
- **Pakiet 19 poz. 3, Zamawiający w Pakiecie 19 wykreśla poz. 3.**
- Pakiet nr 2, **Pozycje 1-5, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie** rękawa opatrunkowego o długości w stanie swobodnym 12m o szerokości i przeznaczeniu odpowiednio:

Pozycja 1 – szerokość 3 cm – dorośli: dłoń, ręka, dzieci: głowa

Pozycja 2 - szerokość 2 cm – dorośli: palce, dzieci: dłoń, ręka, noga, stopa

Pozycja 3 - szerokość 5 cm – dorośli: noga, stopa, dzieci: tułów

Pozycja 4 - szerokość 6,5 cm – dorośli: głowa, dzieci: tułów

Pozycja 5 - szerokość 8,5 cm – dorośli: tułów

- **Pakiet nr 6, Pozycja 3-5., Zamawiający dopuszcza** możliwość zaoferowania kompresów pakowanych indywidualnie w opakowanie papier-folia, a następnie w torebkę powlekaną – pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ,
- Pakiet nr 6, **Pozycja 3-5, Zamawiający dopuszcza** możliwość zaoferowania kompresów sterylizowanych parą wodną
- Pakiet nr 6, **Pozycja 8, Zamawiający dopuszcza** możliwość zaoferowania kompresów z gazy w opakowaniu a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych opakowań tj.: 4 250 opakowań – pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ,
- Pakiet nr 9, **Pozycja 6, Zamawiający dopuszcza** możliwość zaoferowania serwety 2 warstwowej z łąką chłonną o gramaturze min.110 g/m<sup>2</sup> w miejscu wzmocnienia w pozostałej min. 55 g/m<sup>2</sup> – pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
- Pakiet nr 11, **Pozycja 1, Zamawiający dopuszcza** możliwość zaoferowania zestawu o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z padem chłonnym, z otworem (9 x 12 cm) 250/280 x 280 (zintegrowana z osłonami na kończyny dolne)

1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm

1 samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu 50 x 50 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej, o gramaturze min. 55g/m<sup>2</sup> oraz min. 110 g/m<sup>2</sup> w miejscu wzmocnienia - pozostałe parametry zgodnie z SWZ

- Pakiet nr 15, **Pozycja 1, Zamawiający dopuszcza** możliwość zaoferowania zestawu, w którego składzie: serweta do cięcia cesarskiego jest w rozmiarze 250/200 x 315 cm, otwór 24 x 19 cm (folia na brzegach) - wbudowany worek na płyny 360 stopni - wbudowany uchwyt Velcro - bez legginsów - pozostałe komponenty i parametry zgodnie z SWZ
- Pakiet nr 15, **Pozycja 2. Zamawiający dopuszcza** możliwość zaoferowania zestawu, w którego składzie jest serweta na stół narzędziowy jest w rozmiarze 150 x 190 cm, uchwyty Velcro w rozmiarze 2 x 23 cm wbudowane zostały w serwetę główną oraz znajdują się 2 sztuki ręczników celulozowych 30 x 33 cm - pozostałe komponenty i parametry zgodnie z SWZ.
- Pakiet nr 15, **Pozycja 3. : Zamawiający dopuszcza** możliwość zaoferowania zestawu, w którego składzie dodatkowo znajdują się kompresy z gazy 7,5 x 7,5 cm 12 warstw 17 nitek x 10 sztuk - pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
- Pakiet 17, poz.1, **Zamawiający dopuszcza** opatrunek z możliwością utrzymania do 5 dni
- Pakiet 17, poz.4, Zamawiający dopuszcza opatrunek pod warunkiem spełnienia wykonania w technologii Hydrofiber,
- Pakiet 17, poz.5, Zamawiający dopuszcza opatrunek nowszej generacji biofilm, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.
- **Pakiet nr 16, poz. 1, Zamawiający zmienia opis poz. 1 na:**

*Sterylna serweta na stolik Mayo 75-85x140-145 cm wykonana z mocnej folii PE o grubości 70μ o gramaturze 65g/m<sup>2</sup>, ze wzmocnieniem chłonnym o wymiarze 55x88cm - włóknina polipropylenowa o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup> zespolona z folią na całej powierzchni. W obszarze krytycznym gramatura 95 g/m<sup>2</sup>. Spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Składana rewersowo. Serwety pakowane jednostkowo w rozrywaną torebkę papierowo-foliową. Opakowanie zaopatrzone w 4 etykiety przylepne, zawierające numer katalogowy, serię i datę ważności oraz informację o producencie. Wszystkie sztuki w kartonie zbiorczym dodatkowo zapakowane w torbę foliową. Sterylizacja tlenkiem etylenu.*



➤ **Pakiet nr 16, poz. 2, Zamawiający dopuszcza** zaoferowanie zestawu w postaci:  
Sterylny zestaw uniwersalny ze wzmocnieniem . Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50 $\mu$  z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)
  - 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88cm , składana rewersowo
  - 2 x serweta boczna 90x75 cm, ze wzmocnieniem 60x25 cm z przylepcem o długości 84cm
  - 1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów
  - 1 x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów
  - 1 x taśma lepna włókninowa 9X50 cm
  - 4 x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem
- Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max.58g/m<sup>2</sup> odpornego na penetrację płynów (>175 cmH<sub>2</sub>O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia  $\leq 1,7 \log_{10}$ ). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pyłących włókien wiskozy i celulozy (polipropylen 60 g/m<sup>2</sup> ), o łącznej gramaturze w 121 g/m<sup>2</sup>. Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepnią ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. zestaw= 1 op.

➤ **Pakiet nr 16, poz. 3, Zamawiający dopuszcza** Sterylny zestaw do operacji tarczycy. Skład zestawu:

1 x serweta w kształcie litery T o wymiarach min. 196x269x309 cm +/- 3 cm z przylepnym otworem w kształcie rombu o bokach 13x13 cm (paski kleju max. szerokość 2 cm) wykonana w części okrywającej pacjenta z chłonnego, niepyłącego (wskaźnik pylenia max.1.9 Log<sub>10</sub>) trilaminatu (polipropylen-polietylen-polipropylen) o gramaturze max. 66 g/m<sup>2</sup> (bez celulozy i wiskozy) odpornego na penetrację wody min.200 cm H<sub>2</sub>O. Materiał o dużej odporności na rozerwanie na mokro i sucho (min.190 kPa) a w obszarze obszernego wzmocnienia (60x75cm +/- 1cm) min. 570 kPa. Zintegrowana z serwetą jednorodna, mata antypoślizgowa na narzędzia 45x25cm +/- 1cm i 3 podwójne uchwyty na przewody.

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm +/- 1cm z folii PE 50 $\mu$  z mikroteksturą ze wzmocnieniem z polipropylenu w części środkowej 75x190cm +/- 1cm .

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, zapakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym min. 2 etykiety zawierające kod EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

-1x serweta na stolik Mayo ( dopuszcza się pakowana oddzielnie) Opakowanie jednostkowe: wentylowana torba do sterylizacji; Zestaw = 1 op.

➤ **Pakiet nr 16, poz. 4, Zamawiający dopuszcza** Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego. Skład zestawu:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 $\mu$  ze wzmocnieniem z polipropylenu

-1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem



-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm z włókniny Spunlace  
-2 x ręcznik chłonny celulozowy z mikrością zapobiegającą rozrywaniu 20x30 cm  
-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm kształt T, z otworem 30x36cm wypełniony folią chirurgiczną, z torbą na płyny 270<sup>0</sup> min. 65x110 cm z kształtką do formowania oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x65+/- 3cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40x60 +/-3cm. Serweta w części okrywającej pacjentkę z laminatu z warstwą komfortu (trilaminat o gramaturze max.66g/m<sup>2</sup>), pozbawiona włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia≤1,9 log10),o odporności na penetracje płynów > 200cm H<sub>2</sub>O. Obszar wzmocnienia o wysokiej odporności na rozerwanie na sucho i mokro (>570kPa). I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy . Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. zestaw= 1 op.



Pakiet 11 , Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym opisie:

1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem w części krytycznej

1x taśma przylepna 9x50cm

2x ręcznik chłonny 30x20cm z mikrością zabezpieczającą przed rozrywaniem

1x serweta z bilaminatu 75x90cm

1x serweta do zabiegów ginekologicznych 290/175/242cm ze zintegrowanymi nogawicami z przylepnym paskiem do fiksacji serwety w okolicy łonowej 15X5 cm, z przylepnym otworem 10x17cm, z torbą na płyny z gęstym filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlace do regulacji worka (możliwość mocowania z fartuchem operatora). Serweta główna wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawiona pyłących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze max.58g/m<sup>2</sup>, (współczynnik pylenia≤1,7 log10). Materiał odporny na przenikanie płynów > 175 cm H<sub>2</sub>O.I klasa palności Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjentki .Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.



2. Ilekroć w SWZ, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie terminu składania ofert, tj. należy rozumieć:  
**30.08.2022 r. godz. 9:00;**
3. Ilekroć w SWZ, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie otwarcia ofert należy rozumieć:  
**30.08.2022 r. godz. 9:15.**

**Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.**

**Z wyrazami szacunku**  
**Karol Mońko**

Załączniki - Pakiety

Sporządziła: Bernadeta Kurp z KP

