

Miechów, dnia 24 września 2020 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

### Informacja o odrzuceniu oferty

Szpital św. Anny w Miechowie informuje o odrzuceniu oferty złożonej przez Lubuskie przedsiębiorstwo Wielobranżowe Romar Roman Marciniak w postępowaniu pn. dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitala św. Anny w Miechowie nr 23/2020 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) w związku z niezgodnością oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

W zadaniu nr 17- balkonik do nauki chodzenia (2 szt.) w punkcie 7 załącznik nr 2b do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (parametry techniczne), zamawiający wskazał parametry wymagane *Zakres regulacji wysokości w rączkach : 77-92 cm, skok regulacji wysokości co 2,5 cm* w złożonej ofercie Wykonawca zaoferował parametry: *Tak Zakres regulacji wysokości w rączkach : 78-93 cm, skok regulacji wysokości co 2,5 cm*

W zadaniu nr 24 - wózek siedzący (1 szt.) w załączniku nr 2b do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (parametry techniczne),

- w punkcie 9 Zamawiający wskazał parametry wymagane *Wysokość siedziska od podłogi: 50 cm (+/- 2 cm)* w złożonej ofercie Wykonawca zaoferował parametry: *Tak Wysokość siedziska od podłogi 53 cm*

- w punkcie 10 Zamawiający wskazał parametry wymagane *Wysokość wózka: 90cm (+/- 2 cm)* w złożonej ofercie Wykonawca zaoferował parametry: *Tak Wysokość wózka 94 cm*

- w punkcie 13 Zamawiający wskazał parametry wymagane *Głębokość wózka: 102 cm (+/- 2 cm)* w złożonej ofercie Wykonawca zaoferował parametry: *Tak Głębokość wózka: 111 cm*

- w punkcie 14 Zamawiający wskazał parametry wymagane *Wysokość oparcia: 45 cm (+/- 2 cm)* w złożonej ofercie Wykonawca zaoferował parametry: *Tak Wysokość oparcia: 42 cm*

Złożona oferta jest niezgodna ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia tym samym nie spełnia wymogu Zamawiającego i jest niezgodna z zapisem rozdziału VIII punkt 9 b SIWZ .

Stwierdzona niezgodność nie może zostać poprawiona w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, gdyż zapis w ofercie nie ma charakteru omyłki. Wskazać bowiem należy, iż art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, nakazuje odrzucić ofertę, której treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.